

**Memorando 33.506/2024**De: **Joyce Susan Silva Luz** Setor: **SAU-DAB - Departamento Atenção Básica**Despacho: **21- 33.506/2024**Assunto: **Aquisição de Cateter Uretral da Demanda Judicial ao J. V. D. T.**

Atibaia/SP, 30 de Julho de 2024

Prezados, segue análise técnica do insumo.

-Considerando as necessidades de saúde do paciente, que trata-se de um adolescente, que realiza o procedimento de auto-sondagem, muitas vezes em ambiente escolar e fora do domicílio;

-Considerando que o cateter hidrofílico SPEEDICATH NAVY já possui revestimento hidrofílico em toda a sua extensão (não sendo necessária nenhuma ativação extra para liberação da solução hidrofílica);

-Considerando que o cateter hidrofílico SPEEDICATH NAVY possui guia de inserção e ponta maleável a arredondada, facilitando o procedimento pelo próprio adolescente, tornando o mesmo mais confortável e menos traumático;

Julgo como mais adequado ao paciente, que é o objeto-foco de nosso cuidado, o cateter hidrofílico SPEEDICATH NAVY para atendimento da demanda.

É o que proponho.

Sem mais para o momento.

—
Joyce Susan Silva Luz

Departamento de Atenção Básica

Chefe de Divisão de Apoio Terapêutico

Secretaria Municipal de Saúde de Atibaia