

Memorando 18- 60.668/2025

De: Heloísa B. - SAU-DVE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/11/2025 às 14:28:34

Setores envolvidos:

SAD, SAU, SAD-DEPL, SAD-DCDC, SAU-DFN, SAU-DVS, SAU-DVE, SAU-CP, SAU-DVE-ENF, SAU-CP-GERAL, SAU-DIR, BFS, TCA, SAU-DVS-GES

Aquisição - Caixa Térmica e Gelo Reutilizável

Prezados,

A instalação de sistema basculante em oficina pode comprometer/danificar o material isolante térmico, além de comprometer a vedação da tampa e a vida útil do produto, por se tratar de adaptação, opino pela recusa do orçamento.

Att,

—

Heloísa Cristiane Bordin
Enfermeiro VE Atibaia



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9E2B-8401-85FC-6C02

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



HELOÍSA CRISTIANE BORDIN (CPF 277.XXX.XXX-35) em 19/11/2025 14:28:48 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LUANE MARIN SANCHES GUIMARAES (CPF 369.XXX.XXX-41) em 24/11/2025 13:33:58 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/9E2B-8401-85FC-6C02>