



PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA
ESTADO DE SÃO PAULO
Mapa de Preços

Cotação Nº: 340/2025	Data da Cotação: 06/11/2025	Validade: 06/12/2025	Quant. de Itens: 1
Solicitações de Compra: 2595/2025			

Nº 1 1302242339994 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS / IMUNOBIOLOGICOS 340 LITROS - EQUIPAMENTO VERTICAL COM CAPACIDADE NO MÍNIMO DE 340 LITROS; - GABINETE EM AÇO TRATADO COM PINTURA RESISTENTE A CORROSÃO EPÓXI OU PORCELANIZADA OU AÇO INOX 304, SENDO O MESMO ISOLADO TERMICAMENTE COM NO MÍNIMO 2CM DE POLIURETANO EXPANDIDO OU SIMILAR DE FORMA A GARANTIR A ESTABILIDADE TÉRMICA INTERNA; - CONSTRUÍDA EM GABINETE TIPO VITRINE, VIDRO TRIPLO COM SISTEMA ANTI EMBAÇAMENTO; - EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO DE FORMA A GARANTIR FÁCIL ASSEPSIA E QUE NÃO TENHAM CANTOS E ARESTAS QUE POSSAM OCASIONAR ACIDENTES AOS USUÁRIOS; - CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 OU PLÁSTICO DE ENGENHARIA PREFORMADO OU MATERIAL SUPERIOR ANTI CORROSÃO; - MÍNIMO DE 6 PRATELEIRAS/GAVETAS COM PORTAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE SENDO NO MÍNIMO UMA MONTADA DE FORMA A GARANTIR ABERTURA RÁPIDA PARA USO DIÁRIO OU PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES; - PORTA ISOLADA ATRAVÉS DE GUARNIÇÃO DE SILICONE, OU SISTEMAS QUE O VALHA OU SUPERIOR; FECHAMENTO MAGNÉTICO. - REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE UNIDADE SELADA, COM COMPRESSOR HERMÉTICO SILENCIOSO DE USO CONTÍNUO MONTADO SOBRE DISPOSITIVO QUE EVITE A PROPAGAÇÃO DA VIBRAÇÃO PARA O RESTANTE DO SISTEMA; - DOTADO DE SISTEMA TIPO HOT-COLD-CYCLE (DEGELO AUTOMÁTICO), QUE EVITE O ACUMULO DE GELO E GARANTA EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO; - FAIXA DE OPERAÇÃO E CONTROLE: +2°C A +8°C , COM TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DESEJÁVEL DE +5°C; - CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO PARA GARANTIR HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA EM TODOS OS COMPARTIMENTOS; - GRANDE CAPACIDADE DE RECUPERAÇÃO TÉRMICA, MANTENDO A TEMPERATURA INTERNA ESTÁVEL NA TEMPERATURA AJUSTADA MESMO COM USO FREQUENTE DE ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTA; - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO LIVRE DE UFC; - TER PELO MENOS 3 SENSORES DE TEMPERATURA SENDO: 01 IMERSO EM SOLUÇÃO, SIMULANDO AS CONDIÇÕES DE TEMPERATURA DOS FLUIDOS ARMazenados, 01 PARA CONTROLE DA TEMPERATURA DO AR, 01 PARA ACIONAMENTO INDEPENDENTE, LIGADO AO SISTEMA DE SEGURANÇA; - PAINEL FRONTAL PARA CONTROLE E SINALIZAÇÃO DIGITAL COMPLETO E COMPOSTO BASICAMENTE POR CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO; - DISPLAY EM LED DE ALTA LUMINOSIDADE OU LCD RETROILUMINADO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA. - TERMÔMETRO DIGITAL COM RESOLUÇÃO 0,1°C, E LEITURAS DAS TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA DIRETAMENTE E SIMULTANEAMENTE NO MESMO DISPLAY QUE DEVEM SER MEMORIZADAS MESMO COM O DESLIGAMENTO DA CÂMARA E SEU REINÍCIO MANUAL; - FÁCIL ACESSO PARA LEITURA DO PONTO DE CONTROLE E PROGRAMAÇÃO DIRETAMENTE NA CÂMARA COM: MEMÓRIA DO PONTO DE TRABALHO E PREFERENCIALMENTE EVENTOS EVENTOS E DESEMPENHO DE TEMPERATURA;- TRAVAMENTO PARA EVITAR ALTERAÇÕES INADVERTIDA DE PARÂMETROS PRÉ-CONFIGURADOS; - LEITURA DAS TEMPERATURAS DE MÁXIMA E MÍNIMA; - ALARME AUDIOVISUAL DE FÁCIL AJUSTE PARA SITUAÇÕES DE: DESVIO DE TEMPERATURA CONFIGURÁVEL DE MÁXIMA E MÍNIMA, PORTA ABERTA; INTERRUPTOR SILENCIADOR DE ALARME SONORO; - SINALIZADOR DE REFRIGERAÇÃO EM RECUPERAÇÃO; - SISTEMA DE AUTO TESTE EM TODAS AS FUNÇÕES; - CONJUNTO DE SEGURANÇA ANALÓGICO, QUE PERMITA A MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA ENTRE +2°C A +8°C, NA EVENTUALIDADE DE UMA FALHA NO SISTEMA ELETRÔNICO MICROPROCESSADO; - ILUMINAÇÃO INTERNA INDIRETA, ACIONADA PELA ABERTURA DA PORTA OU BOTÃO FRONTAL EXTERNO; - SISTEMA DE MONITORAMENTO DA REDE ELÉTRICA, QUE RESTABELEÇA OS PROGRAMAS DE PROGRAMAÇÃO EM CASO DE VARIAÇÕES DE TENSÃO ABRUPTAS; - SISTEMAS PARA EXPORTAÇÃO DOS DADOS MEMORIZADOS; - SISTEMAS DE BATERIAS INTERNAS OU EXTERNAS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM CASO DE FALTA DE ENERGIA, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 48HORAS PARA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E ALARMES; EM CASO DE UTILIZAÇÃO DE BATERIA EXTERNA, O ALARME DE FALTA DE ENERGIA DA REDE ELÉTRICA DEVERÁ SER ACIONADO DE MODO A INFORMAR AO USUÁRIO QUE A FONTE PRINCIPAL, REDE ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA ESTÁ AUSENTE; - VOLTAGEM 110/220 BIVOLT /60HZ, ESTABILIZADOS; - PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS E FREIOS DE SEGURANÇA DE MODO A FACILITAR A LOCOMOÇÃO; - TODOS OS MATERIAIS E RECURSOS PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM SER INCLUSOS NO FORNECIMENTO, ASSIM COMO TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; - O EQUIPAMENTO DEVE TER INTERFACE COM USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS; - POSSUIR REGISTRO GRÁFICO CONTÍNUO DE TEMPERATURA DE FORMA A FACILITAR A RASTREABILIDADE DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À GRANDEZA E SUAS VARIAÇÕES EM INTERVALOS DE TEMPO DETERMINADOS; - ACOMPANHAR PENDRIVE PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS; EXTRAIR/GERAR RELATÓRIOS DE TEMPERATURA, TENSÃO DA REDE ELÉTRICA, ABERTURA DE PORTA, DENTRE OUTROS DE FORMA OFFLINE; - SOLUÇÃO COMPLETA DE MONITORAMENTO REMOTO COM OS SEGUINTE PARÂMETROS MÍNIMOS, TEMPERATURA MÉDIA, MÁXIMA E MÍNIMA, ABERTURA DE PORTA EM TEMPO REAL, FALTA DE ENERGIA OU TEMPO DE FUNCIONAMENTO COM BATERIA; - SISTEMA EMERGÊNCIA: INTEGRADO AO EQUIPAMENTO, COM BATERIA SELADA RECARREGÁVEL, MANTÉM TODAS AS FUNÇÕES ELÉTRICAS E COMPRESSOR EM FUNCIONAMENTO EM CASOS DE FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 48 HORAS - O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA, E APRESENTAR MANUAL EM PORTUGUÊS COM O MESMO CONTEÚDO APRESENTADO À AGÊNCIA; - ALARMES AUDIOVISUAIS PARA A PORTA ABERTA E PARA BAIXA E ALTA TEMPERATURA PRÉ-CALIBRADOS RESPECTIVAMENTE EM +3°C A +7°C, PODENDO SER AJUSTADOS MANUALMENTE EM OUTRAS TEMPERATURAS.

Fornecedor	Quantidade	Und. Med.	Valor cotado Unt.	Valor total	Vencido
CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA (40810592000121)	20,00	UN	17.999,99	359.999,80	Não
BH LABORATORIOS LTDA (22283196000101)	20,00	UN	17.000,00	340.000,00	Não
NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA (12561319000175)	20,00	UN	16.593,39	331.867,80	**Sim*
Preço Médio:			17.197,79	343.955,80	

informe o código E32C-8173-E06D-7EF7
Assinado por: MAURICIO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/32C-8173-E06D-7EF7





PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA
ESTADO DE SÃO PAULO
Mapa de Preços

Cotação Nº: 340/2025	Data da Cotação: 06/11/2025	Validade: 06/12/2025	Quant. de Itens: 1
Solicitações de Compra: 2595/2025			

Total do Preço Médio: 343.955,80

HEBERT DOS SANTOS ANDRADE
Responsável pela Pesquisa de Preço

MAURO TEIXEIRA DA SILVA.
Chefe divisão Compras Diretas e Cotações

Assinado por 1 pessoa: MAURO TEIXEIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/E32C-8173-E06D-7EF7> e informe o código E32C-8173-E06D-7EF7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E32C-8173-E06D-7EF7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MAURO TEIXEIRA DA SILVA (CPF 064.XXX.XXX-67) em 06/11/2025 09:37:23 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/E32C-8173-E06D-7EF7>