



Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Porto Nacional
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria da Assistência Farmacêutica
Porto Nacional – TO, 03 de Outubro de 2024.

OFICIO DAF 001/outubro 2024.

Assunto: **RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO**
Ref. Pregão Eletrônico Nº 06/2024.

A diretoria da Assistência Farmacêutica Municipal, através do integrante técnico, o farmacêutico Sóstennes José Silvestre, vem esclarecer a todos os licitantes que:

1. O item 217 (Braçadeira pni de naylon adulto 1 via para monitor multiparametro + conector, manguito removível, fecho em velcro, 25 x 35cm), deverá ser compatível com a marca COMEN, modelo C90 e/ou com a marca DIXTAL, modelo DX 2023.
2. O item 232 (Kit laringoscópio: 01 cabo + 03 laminas com led curvas +3 laminas com led reta) deverá apresentar as seguintes especificações técnicas:

Características Principais:


- Iluminação: LED Branco Quente
- Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts)
- Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres)
- Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas)
- Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente
- Vida útil: 20.000 h

Acompanha:

- Lâminas 3 laminas curvas (N.º 3, 4 e 5) e 3 laminas retas (N.º 3, 4 e 5)
- Cabo de pilhas médias
- Bolsa de transporte

Estamos disponíveis para quaisquer demais esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,



SÓSTENNES JOSÉ SILVESTRE

Farmacêutica CRF: 847
Integrante técnico
Diretora da Assistência Farmacêutica