

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Ar Respirável - Manutenção Equipamento Autônomo

Descrição Detalhada: CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE 5L/M. Locação de aparelhos concentradores de oxigênio que funcionem através de ligação em rede elétrica, cujo princípio de funcionamento se baseie na retenção de nitrogênio e outros gases que compõem o ar ambiente, proporcionando ao paciente o oxigênio através de máscara ou cateter nasal, numa concentração variável de 90 a 95%, dependendo do fluxo prescrito. Acompanhado com back-up de 7 a 10 m3 composto de: regulador, fluxômetro, umidificador e cateter. Características: - Alimentação: 127 ou 220 Volts; - Fluxo mínimo: 0,5 a 5 litros/minuto; Consumíveis Concentradores (Inclusos na primeira instalação e trocados conforme período descrito): - Cateter nasal e de traqueostomia. (3 meses) - Copo de umidificador. (6 meses) -Extensão de no mínimo 7 metros. -Suporte para cilindro back-up. • Fornecer 1 cateter ou máscara e 1 copo reserva para emergência e revezamento na higienização.

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 600
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 384.000,00
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Pedregulho/SP (600)

2 - Ar Respirável - Manutenção Equipamento Autônomo

Descrição Detalhada: SV/MÊS CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE 10L/M. Locação de aparelhos concentradores de oxigênio que funcionem através de ligação em rede elétrica, cujo princípio de funcionamento se baseie na retenção de nitrogênio e outros gases que compõem o ar ambiente, proporcionando ao paciente o oxigênio através de máscara ou cateter nasal, numa concentração variável de 90 a 95%, dependendo do fluxo prescrito, com back-up de 7 e 10 m3 composto de: regulador; fluxômetro, umidificador e cateter. Características: - Alimentação: 127 ou 220 Volts; - Fluxo mínimo: 0,5 a 10 litros/minuto; Consumíveis Concentradores (Inclusos na primeira instalação e trocados conforme período descrito): - Cateter nasal e de traqueostomia (3 meses) - Copo de umidificador (6 meses). -Extensão de no mínimo 7 metros. -Suporte para cilindro back-up. • Fornecer 1 cateter e 1 copo reserva para emergência e revezamento na higienização.

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 226.500,00
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Pedregulho/SP (300)

3 - Gás comprimido

Descrição Detalhada: Nome: Oxigênio, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Fórmula Química: O2, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Número De Referência Química: Cas 10024-97-2,

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1125
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 50.625,00
Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Pedregulho/SP (1125)

4 - Gás Comprimido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1125

Valor Total (R\$):	50.625,00
---------------------------	-----------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): Rodregulha/SP (1125)

5 - Gás Comprimido

Descrição Detalhada: Gás Comprimido Nome: Oxigênio , Aspecto Físico: Incolor, Inodoro , Fórmula Química: O2 , Grau De Pureza: Pureza Mínima De

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Valor Total (R\$):	16.875,00
---------------------------	-----------

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rodregulho/SP (275)

6 - Gás Comprimido

Descrição Detalhada: Gás Comprimido Nome: Oxigênio , Aspecto Físico: Incolor, Inodoro , Fórmula Química: O2 , Grau De Pureza: Pureza Mínima De

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$):	16.875,00
--------------------	-----------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rodregulho/SP (275)