



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPAVA
RUA SÃO SALVADOR, 70
Email: igarapava.saude@gmail.com

Igarapava, 18 de dezembro de 2024.

Referência:

ANÁLISE DE PROPOSTA:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2024 Aquisição, através de emenda parlamentar em parcela única, de 26 camas hospitalares tipo Fowler atenda às necessidades da Santa Casa de Igarapava, assegurando qualidade, segurança e eficiência no atendimento aos pacientes, através de Pregão Eletrônico. (Art. 28, inc. I – Lei 14.133/2021). - DEP. SAÚDE

OFÍCIO INTERNO/MEMORANDO 5621/2024

Ofício n. 678/2024 – SMS

Prezada Senhora:

Pelo presente, tendo em vista a solicitação de análise técnica dos documentos apresentados pela empresa **GMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA** com referência ao equipamento CAMA TIPO FOWLER ELETRICA, apresentamos os seguintes apontamentos após análise da documentação:

Na análise da proposta apresentada pela empresa GMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA, observamos que em sua proposta comercial, a mesma ofertou a marca/modelo Cama 1033 (AS). O modelo ofertado atende ao edital, conforme itens abaixo:

Cama 1033 (AS)

ESTRUTURA: Estrutura reforçada, produzida em aço carbono.

LEITO: Articulável com quatro seções, produzido em aço carbono com leito perfurado.

PINTURA / ACABAMENTO: Estrutura e leito com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó.

CABECEIRA E PESEIRA: Removíveis, produzidas em polietileno (PEAD) e com suporte em aço carbono.

GRADES LATERAIS: Quatro grades laterais em polietileno (PEAD) com acionamento semi-giro.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPAVA
RUA SÃO SALVADOR, 70
Email: igarapavasaude@gmail.com

RODÍZIOS: Rodízios com diâmetro de 3", sendo dois com freio em diagonal.

ACIONAMENTO: Através de atuadores lineares bivolt (110/240V), acionados por controle remoto com fio.

MOVIMENTOS: Fowler, Semi-Fowler, Sentado, flexão de pernas, elevação e retorno simultâneo do dorso e pernas e elevação de leito e movimento cardíaco.

CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA: 180kg

DIMENSÕES - Altura mínima e máxima do leito: 450mm e 650mm - Largura e comprimento útil: 900mm e 1900mm - Largura e comprimento total: 1050mm e 2000mm (± 5 cm)

Registro na Anvisa 81325370008 - Garantia de 24 meses contra defeito de fabricação.

A Cama a ser entregue deverá ser conforme modelo abaixo, como ofertado no catálogo.



Sendo assim, o equipamento ofertado Cama 1033 (AS) **ATENDE AO SOLICITADO.**

Sem mais para o momento

Aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração.

Rosalia Alves Vieira Fuzato
Gestor do Contrato

Andreia Francisco de Paula
Fiscal do Contrato

Luiz Carlos Vergara Pereira
Diretor do Departamento de Saúde

Ilma. Sra.
Caroline Rodrigues Silva
Chefe de Divisão de Licitação
Prefeitura Municipal de Igarapava



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F4C7-F973-F2DB-878D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROSALIA ALVES VIEIRA FUZATO (CPF 273.XXX.XXX-88) em 18/12/2024 14:16:52 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LUIZ CARLOS VERGARA PEREIRA (CPF 038.XXX.XXX-33) em 18/12/2024 15:03:19 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANDREIA FRANCISCO DE PAULA (CPF 194.XXX.XXX-40) em 18/12/2024 15:04:15 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/F4C7-F973-F2DB-878D>