



**MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA SECRETARIA
DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

Pregão Eletrônico nº 34/2026

Processo nº 1.109/2026

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos médicos, de enfermagem e de fisioterapia, para atendimento às necessidades das unidades solicitantes do Município de Porto Ferreira.

**3º NOTA DE
ESCLARECIMENTO**

Após o recebimento do 7º pedido de esclarecimentos acerca do PE 34/2026, vimos a esclarecê-lo:

DÚVIDAS

Os itens 208 e 209 Eletrodos para Desfibrilador CMOS DRAKE. Segundo o fabricante não existe no mercado produto compatível e/ou genérico com o equipamento Life 400 Futura e, de acordo com o descritivo no TR trata-se de Pás originais CMOS DRAKE, sendo assim, serão aceitos somente produtos originais CMOS DRAKE. <https://cmosdrake.com.br/blog/comunicado-importante-eletrodos-cmos-drake/> Está correto o meu entendimento? Questiono porque os eletrodos (pás de choque adesivas e descartáveis) de uso adulto e infantil, da marca Cmos Drake são submetidos à Certificação de Conformidade do Inmetro, foram desenvolvidas exclusivamente para utilização no equipamento DEA LIFE 400 FUTURA de sua marca e estão vinculados ao número de registro do equipamento perante ANVISA. Isso fica claro também no catálogo e manual onde a utilização de eletrodos não homologados pela Cmos Drake pode afetar o desempenho do produto além da perda de garantia do equipamento. Qual a cor dos conectores?

ESCLARECIMENTO

Esclarecemos que, diante da ausência de comprovação técnica de equivalência por parte de outros fabricantes e considerando a natureza crítica do equipamento médico envolvido, justifica-se a exigência de eletrodos originais CMOS Drake, compatíveis com o desfibrilador DEA Life 400 Futura, a fim de garantir a segurança, a confiabilidade e o adequado desempenho do equipamento. Adicionalmente, os eletrodos destinados aos equipamentos DEA Life 400 Futura deverão possuir conector padrão azul/branco, em razão da compatibilidade com os desfibriladores atualmente em utilização nesta instituição, assegurando sua correta conexão e pleno funcionamento.

Porto Ferreira, 22 de junho de 2026.

Edson Carlos Pereira
Pregoeiro





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EBCF-8058-136D-7DB5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDSON CARLOS PEREIRA (CPF 277.XXX.XXX-43) em 22/06/2026 07:31:27 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/EBCF-8058-136D-7DB5>