



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RUA EPISCOPAL, 1575 - CENTRO - CEP 13.560-905
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33621000
CNPJ: 45.358.249/0001-01 HOME PAGE:

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 92/2026

Unidade Solicitante: 2.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Solicitação Nº: 92/2026

Data Entrega Item/Serviço:

Prazo Cons./Exec.: 1 - IMEDIATO
Forma Entr./Exec.: 1 - IMEDIATO
Local para Entrega: 3 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE - SMS - RUA DA IMPRENSA 399 - PRÓX. BALÃO DO BONDE - VILA FARIA
Funcionário: 21776 - SILVANA DA SILVA ROSA
Gestor Indicado: 26147 - LEANDRO LUCIANO SANTOS
Órgão Financeiro: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Unidade Financeira: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Legislação / Convenio / Contrato :

Objeto: CAMPO CIRURGICO SEM FENESTRA 50X50
Justificativa: O campo cirúrgico sem janela 50x50 é um item básico de assepsia, essencial para manter a esterilidade em pequenos procedimentos médicos, odontológicos e ambulatoriais.
Principais Funções
Cobertura de Superfícies: É utilizado para cobrir mesas de instrumentos (mesas de Mayo), criando uma área estéril onde o profissional pode apoiar pinças, seringas e gazetas sem risco de contaminação.
Barreira Antimicrobiana: Serve para delimitar o campo operatório, protegendo o paciente de bactérias presentes na pele ao redor ou em áreas não estéreis.
Proteção Contra Fluidos: Fabricado em material repelente a líquidos, ele impede que sangue ou fluidos corporais entrem em contato com superfícies ou com a roupa do profissional.
Isolamento de Equipamentos: Pode ser usado para cobrir equipamentos próximos ao campo cirúrgico que não podem ser esterilizados, mantendo a higiene do ambiente.

O que a falta do campo cirúrgico pode ocasionar?
Trabalhar sem o campo cirúrgico compromete gravemente a cadeia de esterilidade:
Infecção do Sítio Cirúrgico: Sem a barreira física, microrganismos de áreas não esterilizadas podem migrar para a incisão, causando infecções pós-operatórias que podem exigir o uso de antibióticos fortes ou novas intervenções.
Contaminação dos Instrumentos: Se os instrumentos forem apoiados diretamente em uma mesa comum (não estéril), eles perdem a esterilidade instantaneamente, tornando-os impróprios para o uso no paciente.
Contaminação Cruzada: Aumenta o risco de fluidos do paciente contaminarem o ambiente ou o profissional, facilitando a transmissão de doenças.
Dificuldade na Organização: O campo ajuda a manter o material organizado e visível. Sua falta gera um ambiente de trabalho confuso e tecnicamente inadequado para procedimentos invasivos.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22708/2025 RESTOU FRACASSADO
PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ANDAMENTO Nº 725/2026
CONTA 1282

Observação:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RUA EPISCOPAL, 1575 - CENTRO - CEP 13.560-905
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33621000
CNPJ: 45.358.249/0001-01 HOME PAGE:

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 92/2026

Ficha - Dotação Orçamentaria: 718 - 23.02.10.302.2074.2.121.3.3.90.30.01.3100000
Fonte: 1 - TESOURO Aplicação: 310000 - SAÚDE GERAL
Sub-Elemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vlr. Total
1	23.5.1948	2000	UND	CAMPO CIRURGICO, 50X50CM, SEM FENESTRA, ESTERIL CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL, USO ÚNICO, TAMANHO 50 CM X 50 CM, NÃO FENESTRADO, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO SSMMS 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDIO, NÃO PREJUDICIAL A SAÚDE E HIPOALERGÊNICO, NÃO TECIDO, RESPIRÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA DE 40 G/M². EMBALADO EM ENVELOPE COM ABERTURA ASSÉPTICA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. PRODUTO E EMBALAGEM DEVEM ESTAR DE ACORDO COM NORMAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES	-	0,0000	0,00
Total:						R\$ 0,00	
Total Geral:						R\$ 0,00	

Documento assinado digitalmente



SILVANA DA SILVA ROSA
Data: 06/02/2026 13:42:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

