



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

Administração 2025/2028

**Barrinha é cada um de nós. Vamos em frente!**

📍 PRAÇA ANTÔNIO PRADO, 70 - CENTRO BARRINHA-SP - CEP 14.860-027

🌐 barrinha.sp.gov.br ☎ 16. 3943.9400 CNPJ: 45.370.087/0001-27

## EDITAL DE 1º RETIFICAÇÃO

*Pregão Eletrônico nº 018/2026*

17 de junho de 2026

### 1. Preâmbulo

A Prefeita Municipal de Barrinha, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital de Pregão Eletrônico nº 018/2026, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CADEIRAS, E ELETROELETRONICOS DESTINADOS A SAUDE MUNICIPAL (RECURSO ESTADUAL)**. Esta alteração decorre do acolhimento das decisões proferidas em sede de impugnações, visando a adequação técnica e a ampliação da competitividade do certame.

### 2. Das Alterações no Descritivo Técnico

Ficam alteradas as especificações técnicas constantes no Termo de Referência e demais anexos do edital referente ao **item 10 Raio-X Digital Fixo (DR)**, conforme descritivo atualizado e detalhado abaixo:

#### Item 10

Raio-X Digital Fixo (DR)

Objeto: Aquisição de equipamento de raios-X fixo digital (DR) para exames gerais em ambiente clínico / hospitalar, com estação de trabalho integrada.

Especificações Técnicas Mínimas:

Gerador: Alta frequência ± microprocessado;

Alimentação 220 Vac trifásico ou 380 Vac;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

Administração 2025/2028

**Barrinha é cada um de nós. Vamos em frente!**

📍 PRAÇA ANTÔNIO PRADO, 70 - CENTRO BARRINHA-SP - CEP 14.860-027

🌐 barrinha.sp.gov.br ☎ 16. 3943.9400 CNPJ: 45.370.087/0001-27

Potência compatível com exames gerais, com escala de tensão de 40 kV a 150 kV (passos de 1 kV);

Corrente ajustável 10–600 mA (mín.), tempo de exposição de até 5 s, mAs variável por presets.

Mesa Bucky: Tampo flutuante com altura ajustável ( $\geq 55$ –85 cm), carga mínima de 200 kg;

Grade antidifusora padrão ( $\geq 35$ –40 LP/cm), freios confiáveis, deslocamento longitudinal/ lateral suficiente.

Bucky Mural: Altura ajustável entre  $\approx 40$  a 170 cm, com sistema de travamento seguro e grade antidifusora.

Detector Digital Plano: Tamanho aproximado entre 34 × 42 cm (ou maior);

Tecnologias com fio ou wireless, com sistema de CSI ou similar;

Resolução compatível com alta qualidade DR, profundidade de imagem compatível com 12–16 bits, peso suportado  $\geq 100$  kg.

Estação de Trabalho / PACS: Compatível com imagens DICOM 3.0 (Print, Storage, Worklist);

Estação com PC moderno (mín. i5 ou equivalente),  $\geq 8$  GB RAM, armazenamento para  $\geq 5.000$  imagens, monitor  $\geq 19$ ";

Software com recursos de realce, medições básicas e integração de rede.

Segurança e Regulamentação: Equipamento novo com registro ANVISA vigente;

Conformidade com IEC 60601-1 e IEC 60601-2-54;

Mesa e bucky com certificação conforme normas de resistência.

Garantia e Suporte: Garantia mínima de 24 meses para equipamento e transdutores;

Assistência técnica autorizada nacional com prestação por 5 anos.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

Administração 2025/2028

**Barrinha é cada um de nós. Vamos em frente!**

📍 PRAÇA ANTÔNIO PRADO, 70 - CENTRO BARRINHA-SP - CEP 14.860-027  
🌐 [barrinha.sp.gov.br](http://barrinha.sp.gov.br) ☎ 16. 3943.9400 CNPJ: 45.370.087/0001-27

### 3. Das Disposições Gerais

As demais cláusulas, itens e condições estabelecidas no Edital original do Pregão Eletrônico nº 018/2026, que não foram objeto de modificação por este instrumento de retificação, permanecem inalteradas e em pleno vigor.

### 4. Da Reabertura de Prazo e Nova Data da Sessão

Considerando que as alterações ora publicadas impactam diretamente na formulação das propostas comerciais e na busca por equipamentos compatíveis pelos licitantes, fica estabelecida a reabertura do prazo de publicidade do certame, conforme determina a legislação vigente.

A nova data para a realização da sessão pública de disputa de lances fica agendada para:

**Nova Data da Sessão: 02/07/2026 às 09:00 horas.**

O presente edital de retificação, estará disponível para consulta e download no portal oficial de licitações da Prefeitura Municipal de Barrinha e na plataforma eletrônica de compras utilizada pelo município.

**MARIA LUCIA TERESINHA GROTTA**

**Prefeita Municipal de Barrinha - SP**