



Prefeitura Municipal de Pitangueiras

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Dr Euclides Zanini Caldas nº 633 - Centro - CEP: 14750-000

Pitangueiras/SP - Fone (16) 3952-9121

Pitangueiras, 15 de Outubro de 2026.

Ofício Gabinete - SMS nº705/2026

ASSUNTO: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2026

Objeto: Aquisição de equipamentos odontológicos.

Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado, referente aos itens 13 – Contra Ângulo, 14 – Alta Rotação e 22 – Peça Reta, a Secretaria Municipal da Saúde esclarece que as rotações indicadas no Termo de Referência correspondem aos requisitos mínimos exigidos para os equipamentos, sendo aceitos produtos que apresentem rotações superiores às especificadas, desde que atendam às demais características técnicas necessárias à adequada utilização.

Dessa forma, poderão ser ofertados equipamentos com rotação de até 450.000 rpm para a peça de alta rotação e até 22.000 rpm para as peças de baixa rotação, conforme mencionado pela empresa.

Quanto aos demais parâmetros técnicos, tais como nível de ruído, pressão de trabalho, consumo de água e características correlatas, serão aceitas pequenas variações em relação aos valores indicados no Termo de Referência, desde que não comprometam a funcionalidade, a segurança, a qualidade e o desempenho dos equipamentos, bem como o atendimento às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde.

Ressalta-se que os equipamentos ofertados deverão atender à finalidade pretendida pela Administração e às demais exigências estabelecidas no edital e no Termo de Referência.

Sendo o que nos cabia para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Lucimara Francisco Gallo
Secretária Municipal de Saúde

Ao

Setor de Compras e Licitações

Prefeitura Municipal de Pitangueiras/SP