



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA
Rua Rio de Janeiro, 300 – FONE: 3636-1151
E-mail = dae.saude@aracatuba.sp.gov.br

Araçatuba, 28 de Fevereiro de 2025

2ª Análise de Amostras de Fraldas

Pregão 3/2025
Processo 28/2025

Segue análise das amostras dos itens que foram reprovados na primeira amostragem:

ITEM 1 – FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO PARA INCONTINÊNCIA INTENSA – TAMANHO P
Empresa: ARKEEN COMERCIAL LTDA
Resultado: **REPROVADA** – Apresentou amostra fora do prazo (recebida em 27/02/2025) e mesmo após análise não atende aos requisitos: **Indicadores de umidade desaparecem após molhar, o gel de absorção forma grumos após molhar, apresentam cortes irregulares com defeitos de fabricação, a fita adesiva ao descolar para reposicionar rasga a fralda.**

ITEM 2 – FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO PARA INCONTINÊNCIA INTENSA – TAMANHO P -
Empresa: ARKEEN COMERCIAL LTDA
Resultado: **REPROVADA** - Apresentou amostra fora do prazo (recebida em 27/02/2025) e mesmo após análise não atende aos requisitos: **Indicadores de umidade desaparecem após molhar, o gel de absorção forma grumos após molhar, apresentam cortes irregulares com defeitos de fabricação, a fita adesiva ao descolar para reposicionar rasga a fralda.**

ITEM 3 – FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL – TAMANHO M
Empresa: JOZELIA GOMES DA SILVA
Resultado: **REPROVADA – Não apresentou amostra**

ITEM 4 – FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL – TAMANHO G
Empresa: M. N. P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Resultado: **REPROVADA – Não apresentou amostra**

ITEM 5 – FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO PARA INCONTINÊNCIA INTENSA – TAMANHO M –
Empresa: ARKEEN COMERCIAL LTDA
Resultado: **REPROVADA** - Apresentou amostra fora do prazo (recebida em 27/02/2025) e mesmo após análise não atende aos requisitos: **Indicadores de umidade desaparecem após molhar, o gel de absorção forma grumos após molhar, apresentam cortes irregulares com defeitos de fabricação, a fita adesiva ao descolar para reposicionar rasga a fralda.**

ITEM 6 – FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO PARA INCONTINÊNCIA INTENSA – TAMANHO G –
Empresa: ARKEEN COMERCIAL LTDA
Resultado: **REPROVADA** - Apresentou amostra fora do prazo (recebida em 27/02/2025) e mesmo após análise não atende aos requisitos: **Indicadores de umidade desaparecem após molhar, o gel de absorção forma grumos após molhar, apresentam cortes irregulares com defeitos de fabricação, a fita adesiva, ao descolar para reposicionar, rasga a fralda.**

ITEM 7 – FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO PARA INCONTINÊNCIA INTENSA – TAMANHO GG –
Empresa: TATEX CONFECÇÕES LTDA
Resultado: **REPROVADA – Não apresentou amostra**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA

Rua Rio de Janeiro, 300 – FONE: 3636-1151

E-mail = dae.saude@aracatuba.sp.gov.br

ITEM 8 – FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL – TAMANHO XG – Marca ENZOBABY

Empresa: CIPRUS INDUSTRIAL LTDA

Resultado: **REPROVADA – Não apresentou amostra**

ITEM 9 – LENÇO UMEDECIDO ROLO GRANDE COM 400 – Marca FIESTA

Empresa: A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

Resultado: **REPROVADA – Não apresentou amostra**

ITEM 11 – FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL – TAMANHO XXG – Marca ENZOBABY

Empresa: WILSON PEREIRA DA SILVA – TACOS EPP

Resultado: **REPROVADA – Não apresentou amostra**

A/C Pregoeiro

Secretaria Municipal de Administração

Divisão de Licitação e Contratos

PMA – ATA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4718-3666-80B2-AE12

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MONICA PAGANI CANALIS (CPF 181.XXX.XXX-57) em 28/02/2025 09:07:03 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ELYDIA CRISTINA CONSTANTINO (CPF 321.XXX.XXX-77) em 28/02/2025 10:12:22 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JULIANA GALLINARI TOLENTINO (CPF 342.XXX.XXX-90) em 28/02/2025 10:35:04 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracatuba.1doc.com.br/verificacao/4718-3666-80B2-AE12>