Prefeitura Municipal de Araçatuba
CNPJ: 45.511.847/0001-79
Telefone: (18)3607-6500
Endereço: Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, Aracatuba - SP, 16.015-920

ANEXO V

Modalidade: 87/2026 - Pregão Eletrônico
Processo: 1086/2026
Protocolo Digital: 21.480/2026
Objeto: Aquisição de ultrassom
Justificativa: Em anexo

ITENS GERAIS

Item/Lote	Quantidade	Unidade
1 - 78167 Ultrassom diagnóstico sem aplicação transesofágica	1,0000	Un

Caracteristicas: Ultrassom diagnóstico sem aplicação transesofágica:
Equipamento de ultrassom diagnóstico sem aplicação transesofágica, transportável sobre rodízios, com arquitetura de processamento digital que ofereça qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M e Modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de ruído e artefatos. Imagem Trapezoidal no Transdutor Linear, com ampliação do campo de visão. Imagem Harmônica, com aplicação para todos os transdutores, incluindo Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. PowerDoppler Direcional. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos e pacote de cálculos simples. Recurso de ajuste automático de parâmetros de imagem em Modo B e Modo Doppler, acionável por comando único. Divisão de tela em, no mínimo, 1, 2 e 4 imagens, para visualização e análise em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color e Modo Espectral, incluindo modo de divisão dupla com combinações de modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática da curva Doppler. Acesso a imagens salvas para pós-análise e processamento, com capacidade de armazenar imagens em movimento (cine loop) e realizar pós-processamento de medidas e de imagens. Banco de palavras em português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 21 polegadas, com braço articulado com ajuste de altura e ângulo, permitindo arquivar e revisar imagens. Frame rate compatível com a visualização fluida de estruturas em tempo real. Transdutores multifrequenciais, de banda larga. Capacidade de armazenamento interno (HD ou SSD) suficiente para a demanda de exames do serviço, com no mínimo 250 GB. No mínimo 2 (duas) portas USB. Conectividade de rede DICOM 3.0, com no mínimo 3 (três) portas ativas para transdutores. Exportação de imagens em pelo menos um formato de imagem estática (ex.: JPEG ou BMP), um formato de vídeo (ex.: AVI ou MPEG4) e em DICOM. Gravação de imagens em mídia removível (USB, DICOM ou similar). Impressão direta. Presets programáveis pelo usuário. Transdutores multifrequenciais de banda larga, contemplando no mínimo: Transdutor Convexo, Transdutor Endocavitário, Transdutor Linear, Transdutor Setorial adulto. Acessórios: impressora colorida e no-break compatíveis com o equipamento.