

Re: Solicitação esclarecimento - PE Mat. Hospitalar PE 46/2025



**De** <almoxarifadosaude@saojosedoriopardo.sp.gov.br>  
**Para** Ana Beatriz - licitação <ana.boaro@saojosedoriopardo.sp.gov.br>  
**Data** 2025-10-02 09:04

Bom dia!

Em relação ao item 384

COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL,  
ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO TAMANHO 7,5 X 7,5  
CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA) sem desfiados

São embalados em envelopes pequenos com 10 unidades no tamanho 7,5 X 7,5 dentro de cada um, estéril!

Att  
Carmen

Em 2025-10-02 08:55, Ana Beatriz - licitação escreveu:

Prezadas, segue pedido de esclarecimento, por favor responder até sexta dia 03/10/2025 às 15h:

"Prezados, solicito esclarecimento referente o item 384. Poderia nos informar qual a quantidade que está sendo solicitada nesse item, se com 5, 10 ou 500 unidades. Desde já agradeço a atenção."

--

Atenciosamente  
Ana Beatriz de A. Boaro

Setor de licitação  
Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo