

Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - PE 31/2026 - MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO



De

Para

Data

<farmacia@saojosedoriopardo.sp.gov.br>

Licitação | Prefeitura S. J. R. Pardo <licitacao@saojosedoriopardo.sp.gov.br>

20/10/2026 16:39

Boa tarde!

Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 31/2026, informamos que há concordância com o recebimento dos sensores Guardian Link MMT-7020C1 com prazo de validade remanescente de 180 (cento e oitenta) dias, conforme questionado pela empresa.

Ressaltamos que as solicitações de fornecimento serão realizadas de acordo com a demanda e a necessidade da Administração, de forma parcelada, conforme as condições estabelecidas no edital e na Ata de Registro de Preços. Dessa maneira, as aquisições serão compatíveis com a necessidade de atendimento dos pacientes, não havendo previsão de formação de estoque em quantidades que possam ocasionar a proximidade do vencimento dos produtos.

Atenciosamente,

Márcia Helena Costa e Silva
CRF 24713

Boa tarde!

Segue pedido de esclarecimento referente ao Pregão de Bomba de Insulina, favor responder no prazo de 03 dias uteis.

Att

Roseane

SETOR DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

E-MAIL: licitacao@saojosedoriopardo.sp.gov.br
TEL: (19) 3682-7831

----- Mensagem original -----

ASSUNTO:
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - PE 31/2026 - MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DATA:
20/10/2026 14:21

DE:
"Carlos, Lara" <lara.carlos@medtronic.com>

PARA:
"licitacao@saojosedoriopardo.sp.gov.br"
<licitacao@saojosedoriopardo.sp.gov.br>

CÓPIA:
"Marinho, Karina" <karina.b.marinho@medtronic.com>, "Santos, Zuleide" <zuleide.c.santos@medtronic.com>, "Galdino, Elisabete [BRA07]" <elisabete.galdino@medtronic.com>

Prezados, bom dia. A AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.645.409/0003-90, apresenta o seguinte esclarecimento:

Analizando o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP 31/2026 - MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO e com a intenção de apresentarmos nossa proposta de maneira correta, solicitamos a gentileza de nos esclarecer sobre os questionamentos abaixo:

Informamos que os sensores Guardian Link MMT-7020C1 apresentam validade de 12 meses a partir da sua fabricação. Por se tratar de produto importado, é necessário levar em consideração que há um prazo para sua importação, logística e trâmites de desembaraço aduaneiro. Assim, o sensor, no seu momento de entrega, possuirá validade pelo menos de 6 meses da data de sua fabricação para comercialização no Brasil.

Pergunta: os sensores serão aceitos com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias?

Obrigada e sendo assim, aguardamos retorno desta R. Administração.

Atenciosamente,

Lara de Lima Carlos

Estagiária de Licitação | Captação | Bid &Tenders

Medtronic

Tower Bridge Corporate

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85 / 10º Floor | São Paulo, SP, 04576-010 | Brazil

lara.carlos@medtronic.com

[medtronic.com](#) [1] | [Facebook](#) [2] | [LinkedIn](#) [3] | [Twitter](#) [4] | [YouTube](#) [5]

[\[6\]](#)

[CONFIDENTIALITY AND PRIVACY NOTICE] Information transmitted by this email is proprietary to Medtronic and is intended for use only by the individual or entity to which it is addressed, and may contain information that is private, privileged, confidential or exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient or it appears that this mail has been forwarded to you without proper authority, you are notified that any use or dissemination of this information in any manner is strictly prohibited. In such cases, please delete this mail from your records. To view this notice in other languages you can either select the following link or manually copy and paste the link into the address bar of a web browser:
<http://emaildisclaimer.medtronic.com>

Links:

- [1] <http://www.medtronic.com/>
- [2] [https://urldefense.com/v3/https://www.facebook.com/Medtronic_!!NFcUtLLUcw!ROZQ8pzxFwAikaST-wiEKqBld8Zsy6W4Hx2Dxnf6IU9kNwKmfjY8F4H1UergAeCPXxFtYNiVZ8McAV-Mh8A0YGx5smV\\$](https://urldefense.com/v3/https://www.facebook.com/Medtronic_!!NFcUtLLUcw!ROZQ8pzxFwAikaST-wiEKqBld8Zsy6W4Hx2Dxnf6IU9kNwKmfjY8F4H1UergAeCPXxFtYNiVZ8McAV-Mh8A0YGx5smV$)
- [3] [https://urldefense.com/v3/https://www.linkedin.com/company/medtronic?trk=biz-companies-cym_!!NFcUtLLUcw!ROZQ8pzxFwAikaST-wiEKqBld8Zsy6W4Hx2Dxnf6IU9kNwKmfjY8F4H1UergAeCPXxFtYNiVZ8McAV-Mh8A0QBU73cq\\$](https://urldefense.com/v3/https://www.linkedin.com/company/medtronic?trk=biz-companies-cym_!!NFcUtLLUcw!ROZQ8pzxFwAikaST-wiEKqBld8Zsy6W4Hx2Dxnf6IU9kNwKmfjY8F4H1UergAeCPXxFtYNiVZ8McAV-Mh8A0QBU73cq$)
- [4] [https://urldefense.com/v3/https://twitter.com/Medtronic_!!NFcUtLLUcw!ROZQ8pzxFwAikaST-wiEKqBld8Zsy6W4Hx2Dxnf6IU9kNwKmfjY8F4H1UergAeCPXxFtYNiVZ8McAV-Mh8A0RZ_600u\\$](https://urldefense.com/v3/https://twitter.com/Medtronic_!!NFcUtLLUcw!ROZQ8pzxFwAikaST-wiEKqBld8Zsy6W4Hx2Dxnf6IU9kNwKmfjY8F4H1UergAeCPXxFtYNiVZ8McAV-Mh8A0RZ_600u$)
- [5] [https://urldefense.com/v3/https://www.youtube.com/user/MedtronicCorp_!!NFcUtLLUcw!ROZQ8pzxFwAikaST-wiEKqBld8Zsy6W4Hx2Dxnf6IU9kNwKmfjY8F4H1UergAeCPXxFtYNiVZ8McAV-Mh8A0UxwJXpJ\\$](https://urldefense.com/v3/https://www.youtube.com/user/MedtronicCorp_!!NFcUtLLUcw!ROZQ8pzxFwAikaST-wiEKqBld8Zsy6W4Hx2Dxnf6IU9kNwKmfjY8F4H1UergAeCPXxFtYNiVZ8McAV-Mh8A0UxwJXpJ$)
- [6] <https://www.medtronic.com/us-en/index.html>