

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
Hospital e Maternidade Drº Acílio Carreon Garcia

CNPJ:45.781.184/0001-2
Incr. Est. : Isento

Nova Odessa 12 de Fevereiro de 2025.

JUSTIFICATIVA DA IMPUGNAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO
ELETRÔNICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
ESTERILIZAÇÃO DE PEÇAS CIRÚRGICAS

Em resposta a Impugnação da Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico na Contratação de Empresa Especializada para a Esterilização de Peças Cirúrgicas.

A esterilização de produtos hospitalares, equipamentos e outros materiais médicos que entram em contato direto ou indireto com pacientes é fundamental, evitando a contaminação em procedimentos cirúrgicos, curativos, ou qualquer outro procedimento consequentemente reduzindo o custo da hospitalização por infecção hospitalar.

Existem várias formas de realizar a esterilização. Porém, a decisão de qual processo utilizar deve ser baseada no **tipo de material** e no **risco de contaminação**. A Empresa Prestadora do Serviço Especializado que realiza a melhor opção para esterilização dos artigos.

Como o Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa não possui Central Esterilizadora, por isso foi colocado no Termo de Referência todos os Métodos possíveis de Esterilização.

O **Óxido de Etileno para Esterilização** é um processo de difusão de gás que deve ser realizado em autoclave própria, para ter seu mecanismo de ação ativo. Dessa forma, o ETO consegue esterilizar e eliminar os microrganismos viáveis dos materiais médico-hospitalares. Além da autoclave, o processo requer o uso de embalagens de papel grau cirúrgico para que o gás de óxido de etileno penetre a barreira estéril e alcance todas as superfícies do instrumento, realizando uma esterilização adequada. Procedimento regularizado pela ANVISA.

O processo de esterilização, somando todas as fases, desde a inspeção inicial, lavagem, secagem, controle de qualidade I, embalagem, controle de qualidade II, esterilização dentro da **autoclave óxido de etileno**, aeração, conferência final e expedição para o motorista realizar a entrega, sua conclusão leva aproximadamente dez a 12 horas.

As Empresas participantes do Pregão Eletrônico podem optar tanto pela Esterilização por Óxido de Etileno ou pôr a Esterilização dos Materiais Termossensíveis por Vapor a Baixa Temperatura e Formaldeído (VBTF).

Em virtude ao prazo de entrega de solicitação da entrega a cada 12 horas. A Esterilização de Materiais por Óxido de Etileno abrirá **Exceção** somente para este tipo de esterilização da seguinte maneira: O material deve ser coletado na Central de Material Área Limpa sendo transportado em carro preparado tecnicamente para este fim específico, conforme RDC nº 15/2012 no mínimo três vezes por semana (segunda- feira, quarta-feira e sexta-feira) conforme horário e cronograma definido por ambas, sendo o processo de esterilização comprovado por meio de monitoramento físico, químico e biológico.

Os materiais deverão estar separados e condicionados em embalagem fechada, identificados com data da esterilização, validade, lote, autoclave, caixa cirúrgica, responsável, total de peças e observações. As etiquetas de identificação deverão ser autoadesivas.

Atenciosamente;



Documento assinado digitalmente
ROSANA CASTRO DOS SANTOS DE MELO
Data: 14/02/2025 13:17:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Enfª Rosana Castro dos Santos de Melo

Coren - SP:180566

Coordenadora Maternidade/Unidade de Apoio Recém Nascido/Centro Cirúrgico