UNICAMP

**ADENDO N º 01**
**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS**
**DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO**
**DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO**
**SUPRIMENTOS**
**EDITAL**

Adendo 01 - Aprovado Segundo Portaria Interna nº 01 de 27 de fevereiro de 2026

**PREGÃO ELETRÔNICO DGA Nº. 2373/2026**

**CONTRATANTE (UASG): 450161**

**NÚMERO CONTROLE INTERNO UASG 90414/2026**

**ID contratação PNCP: 46068425000133-1-002073/2026**

**PROCESSO Nº. 01-P-8404/2026**

**OBJETO: Registro de Preços de Equipos para uso em Bomba de Infusão Parenteral**

A Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP – torna público o Adendo I ao edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, objetivando a alteração no Termo de Referência, conforme se segue:

**Alteração do item 04 do Termo de Referência (TABELA PRESENTE NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA)**

**Onde se lia:**

**DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:**
1. A EMBALAGEM DO EQUIPO DEVERÁ SER TIPO BLISTER.
2. A EMBALAGEM DEVE INDICAR O PRIMING DO EQUIPO.
3. O EQUIPO DEVE SER SEM INJETOR LATERAL;
4. SERÃO ACEITOS EQUIPOS DE USO DEDICADO À BOMBA DE INFUSÃO OFERTADA.
5. AS CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADE DA EMBALAGEM E DO PRODUTO DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES DO TESTE FUNCIONAL.

**Leia-se:**

**DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:**
1. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE APRESENTAR RÓTULO COMPLETO EM PORTUGUÊS.
2. O EQUIPO DEVE SER DESPROVIDO DE INJETOR LATERAL.
3. SERÃO ACEITOS EQUIPOS COM CONTROLE DE GOTEJAMENTO POR SISTEMA DE PRESILHA OU CLAMP.
4. A PONTA DO EQUIPO DEVE TER CONECTOR LUER LOCK ROTATIVO COM GIRO LIVRE SEM FIXAÇÃO NO TUBO FLEXÍVEL.
5. SERÃO ACEITOS EQUIPOS DE USO DEDICADO À BOMBA DE INFUSÃO OFERTADA.
6. O EQUIPO DEVERÁ ATENDER A RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 539, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.

---

**Alteração do Anexo I – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS do Termo de Referência para o item 04**

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 417651F8 79054B19 BC1F6546 D675334E

**Onde se lia:**

| **Avaliação Amostral** | | |
|---|---|---|
| ***Fase pré-analítica (compatibilidade com o descritivo, identificação e embalagem)*** | **Sim** | **Não** |
| A embalagem traz todas as informações em português | | |
| Rótulo traz especificações capaz de identificar o produto | | |
| Possui registro ANVISA vigente e compatível com aquele apresentado em proposta | | |
| O produto é compatível com a bomba de infusão ofertada em comodato | | |
| O equipo é indicado para infusão parenteral de sangue e hemoderivados | | |
| Possui indicação do priming do cateter | | |
| Embalagem íntegra | | |
| Permite abertura e transferência asséptica | | |
| Produto atende ao descritivo e a descrição complementar | | |
| Matéria-prima e/ou composição atende ao descritivo | | |
| As dimensões/medidas/tamanho/calibre atende ao descritivo | | |
| O equipo apresenta cinta plástica de contenção | | |
| O equipo possui regulador de fluxo com pinça rolete | | |
| Possui pinça corta-fluxo | | |
| A ponta do equipo é com conector luer lock rotativo com giro livre | | |
| O equipo apresenta filtro de 200 micras | | |
| O equipo é sem injetor lateral | | |
| A tampa do conector distal apresenta filtro eliminador de ar | | |
| O equipo possui tampas oclusoras nas extremidades | | |
| ***Caso o produto obtenha resposta negativa para quaisquer dos quesitos supracitados, o mesmo será considerado reprovado.*** | | |
| ***Se todos os quesitos acima obtiveram respostas positivas, prosseguir o teste para a fase analítica em teste funcional.*** | | |
| ***Fase analítica (características do produto e seu desempenho)*** | **Sim** | **Não** |
| As pontas perfurantes são capazes de penetrar o ponto de conexão da bolsa sem quebrar, sem necessidade de perfuração anterior e sem que ocorra perda do material durante este processo | | |
| A construção do equipo e seus componentes se mantêm íntegros ao longo da sua utilização e não desmontam | | |
| Conexões com ajustes livres de vazamentos | | |

Divisão de Suprimentos - DGA
**Fone:** 19 – 3521 2503
**dga.unicamp.br**

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 417651F8 79054B19 BC1F6546 D675334E

| | | |
|---|---|---|
| O equipo apresenta sistema corta fluxo em caso de desconexão acidental da bomba | | |
| A pinça corta-fluxo bloqueia o fluxo sem comprometer a integridade da extensão | | |
| O cateter permite o fluxo adequado de infusão parenteral de sangue e hemoderivados | | |
| O produto atende as especificações do edital | | |

**Leia-se:**

| Teste Funcional | Sim | Não |
|---|---|---|
| A embalagem do produto apresenta rótulo completo em português | | |
| A embalagem do produto permite que a sua abertura e a transferência sejam assépticas | | |
| A embalagem do equipo é do tipo blister | | |
| O equipo é livre de látex | | |
| A aplicação de uso do equipo é para sangue e hemoderivados | | |
| O equipo apresenta sistema corta fluxo em caso de desconexão acidental da bomba | | |
| As pontas perfurantes são capazes de penetrar o ponto de conexão da bolsa sem quebrar, sem necessidade de perfuração anterior e sem que ocorra perda do material durante este processo | | |
| A tampa do conector distal é com filtro eliminador de ar | | |
| A câmara gotejadora apresenta filtro de ar | | |
| O equipo apresenta filtro específico para sangue e hemoderivados (200 MICRAS) | | |
| O equipo é construído totalmente translúcido | | |
| O equipo apresenta cinta plástica de contenção | | |
| O equipo apresenta capa de proteção contra luminosidade | | |
| O equipo apresenta conexões com ajustes livres de vazamentos | | |
| O equipo é estéril | | |
| A construção do equipo e seus componentes se mantêm íntegros ao longo da sua utilização e não desmontam | | |
| A ponta do equipo é com conector luer lock rotativo com giro livre sem fixação no tubo flexível | | |
| A pinça corta-fluxo bloqueia o fluxo sem comprometer a integridade da extensão | | |
| O equipo é de uso dedicado a bomba de infusão ofertada | | |
| O equipo atende a RDC nº RDC nº 539, de 30 de agosto de 2021 | | |
| O produto tem registro vigente na ANVISA | | |
| O produto atende as especificações do edital | | |

Em razão das modificações realizadas, em atendimento ao disposto no § 1º do artigo 55 da Lei Federal 14.133/2021, o acolhimento das propostas terá início em **27/10/2026** e a abertura da sessão pública ocorrerá em **12/11/2026 às 9h00min.**

**Pregoeiro:** Ahamed Yanes Abou Chami



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 417651F8 79054B19 BC1F6546 D675334E

**Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital e de seus anexos que não conflitam com o presente Adendo.**

Divisão de Suprimentos - DGA
**Fone:** 19 – 3521 2503
**dga.unicamp.br**

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 417651F8 79054B19 BC1F6546 D675334E

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA MENDES GODOI, ASSISTENTE TÉCNICO, em 26/10/2026, às 11:34 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

**A autenticidade do documento pode ser conferida no site: sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador: 417651F8 79054B19 BC1F6546 D675334E**

UNICAMP
SIGAD

**PREGÃO ELETRÔNICO DGA nº 2373/2026**

**CONTRATANTE (UASG): 450161**

**PE NÚMERO CONTROLE INTERNO UASG 90414/2026**

**PROCESSO Nº 01-P-8404/2026**

**OBJETO: Registro de Preços de Equipos para uso em Bomba de Infusão Parenteral**

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço**

**MODO DE DISPUTA: Aberto**

**PARTICIPAÇÃO: Ampla**

**DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 22/10/2026**

**HORÁRIO: 09:00h**

**PREGOEIRO(A): SANDRA HELENA FANTINATTI GRILLO**

Torna-se público que a Universidade Estadual de Campinas, por meio da Divisão de Suprimentos da Diretoria Geral de Administração, sediada na Praça das Bandeiras, 45, Quadra 2, Prédio 1, Cidade Universitária "Zeferino Vaz", Distrito de Barão Geraldo, Campinas/SP, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, observando-se as subdivisões subsequentes na forma de itens que compõem este instrumento.

## 1. Do objeto


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

1.1. **O objeto da presente licitação é o Registro de Preços de Equipos para Uso em Bomba de Infusão Parenteral,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. **A licitação será realizada em grupo único,** formado por mais de um item, conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

## 2. Do registro de preços

2.1. Não será admitida a adesão a esta ata de registro de preços, conforme justificativa apresentada nos autos do processo.

## 3. Da participação na licitação

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e na plataforma do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados na subdivisão anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.3. A não observância do disposto na subdivisão anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.4. Nos limites previstos no art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021, e na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, serão observadas, caso aplicáveis, as regras de tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, para o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI.

3.5. Em relação às regras aplicáveis à presente licitação concernentes a tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

3.5.1. **Para o grupo 01 (composto pelos itens de 01 a 04) a participação é ampla,** sendo aplicáveis as regras de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, observado o disposto no § 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.6. Não poderão disputar esta licitação:

3.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.6.3. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.5. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.6.6. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.6.7. aquele que não tenha representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.

3.7. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.7.1. A vedação de participação de agente público do órgão ou entidade licitante ou contratante de que trata a subdivisão acima estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.6.2 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.9. Será permitida a participação de sociedades cooperativas nesta licitação, nos termos do art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.10. Será admitida a participação de pessoas jurídicas em consórcio, nos termos do art. 15 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.11. Será vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da Lei nº 14.133, de 2021.

## 4. Da apresentação da proposta e dos documentos de habilitação


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.1.1. As disposições deste Edital que tratam especificamente da forma de realização da fase de habilitação são aplicáveis na hipótese em que a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, se ausente previsão expressa em sentido diverso.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que atenda ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007 (se admitida a participação de cooperativa no item 3) deverá declarar, ainda, em campo


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei n.º 14.133, de 2021, excetuada a hipótese de se verificar uma das exceções dos §§ 1º ao 3º do art. 4º supracitado, conforme especificado nos itens 4.5.1 e 4.5.2 subsequentes.

4.5.1.Não se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, na hipótese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, no item 3.

4.5.2. Não têm direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas (se admitida a participação de cooperativas) que, no ano-calendário de realização da licitação, tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021.

4.5.3. Na hipótese de se verificar uma das exceções especificadas no item 4.5.1 ou no item 4.5.2, o licitante deverá assinalar o campo “não”, por não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.5.4. Na hipótese de item para participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item.

4.5.5. Na hipótese de itens em que a participação não seja exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada (se admitida a participação de cooperativa).

4.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

4.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata a subdivisão acima.

4.11. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.11.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço;

4.12. O valor final mínimo parametrizado na forma do item 4.10 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

## 5. Do preenchimento da proposta

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitário, total do item e total do lote

5.1.1.1) no preço deverá ser considerada a isenção do ICMS prevista no artigo 55 do Anexo I do Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços, do Estado de São Paulo, aprovado pelo Decreto nº 45.490/2000, ou seja, sem a carga tributária do ICMS.

5.1.1.2) o valor equivalente à isenção do ICMS deverá ser indicado no respectivo documento fiscal por ocasião do pagamento, e não se aplica aos casos de imposto já retido antecipadamente por sujeição passiva por substituição (previstos no § 4º do artigo 55 do Anexo I do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, aprovado pelo Decreto nº 45.490/2000), e aos casos de empresas cujo documento fiscal de venda seja emitido fora do Estado de São Paulo.

5.1.1.3) na proposta deverão ser consideradas a concessão do desconto e a alíquota do ICMS aplicada no valor ofertado. Tratando-se de ICMS com alíquota diferente da estabelecida para operações ou prestações internas (artigo 52, inciso I, do referido Regulamento do ICMS) ou com base de cálculo que não corresponda ao valor total do produto que são objeto da proposta, o embasamento legal que o justifica deverá também ser levado em conta.

5.1.2. Marca;

5.1.3. Fabricante;

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. Nesta licitação para registro de preços, o licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para futura contratação, nos termos da documentação que constitui Anexo deste Edital.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinação legal de retenção de tributo, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na legislação vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as vedações previstas na Lei Complementar nº 123, de 2006, não poderão aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário diferenciado em sua proposta, devendo elaborá-la de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situação descrita na subdivisão acima deverá requerer ao órgão fazendário competente a sua exclusão do Simples Nacional até o último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorrida a situação de vedação, nos termos do art. 30, *caput*, inc. II, e § 1º, inc. II, da Lei Complementar nº 123, de 2006, apresentando à Administração a comprovação da exclusão ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado não realizar espontaneamente o requerimento de que trata o subitem anterior, caberá ao ente público contratante comunicar o fato ao órgão fazendário competente, solicitando que o Contratado seja excluído de ofício do Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. I, da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte do Contratado pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituição do Estado de São Paulo; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e do Contratado ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

## 6. Da abertura da sessão, classificação das propostas e formulação de lances

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser 1% (um por cento).:

6.8.1. A aplicação do percentual redutor mínimo entre os lances incidirá sobre o valor total da proposta.

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado, definido no início deste Edital.


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata a subdivisão acima, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisões acima, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.11.5. Após o reinício previsto na subdivisão acima, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nas subdivisões acima, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.18. Em relação à hipótese de itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

6.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdivisão acima terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido na subdivisão acima.

6.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas subdivisões anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.18.5. Não se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, na hipótese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, no item 3.

6.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.19.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.19.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.20.1. Nesta licitação para registro de preços, não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de realização ou entrega, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.20.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.20.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.20.5. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, do descritivo técnico, ficha técnica ou catálogo com as especificações técnicas do produto, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.20.6. O descumprimento da exigência estabelecida no subitem 6.20.6. acarretará a desclassificação da licitante.

6.20.7. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, a critério do pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio da documentação exigida.

6.21. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## 7. Da fase de julgamento

7.1. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNCIAI, do Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br);

7.1.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas – CEEP (http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx); e

7.1.7. Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros (Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação (Decreto estadual nº 67.608, de 2023)..

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Caso atendidas as condições de participação, prosseguirá a análise da fase de julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.5.1 e 4.5 deste Edital.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata o item 7.6, o pregoeiro passará à verificação da documentação de habilitação do licitante conforme disposições do item 8.

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vícios insanáveis;

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.8. Caso seja definido no item 1 que o objeto da licitação consiste em fornecimento de bens, serão considerados indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata a subdivisão acima, só será considerada após diligência do Pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços ou outra espécie de planilha elaborada pela Administração conforme documentação anexada a este Edital, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

7.11.1. O ajuste de que trata a subdivisão acima se limita ao saneamento de erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita da área especializada no objeto.

7.13. Caso seja estabelecida a exigência de apresentação de amostra(s) ou de execução de prova de conceito na documentação que integra este Edital como Anexo considerando o objeto da licitação, por ocasião do julgamento das propostas, será exigido do licitante classificado em primeiro lugar a sua realização, conforme procedimento disciplinado na documentação que integra este Edital como Anexo, sob pena de não aceitação da proposta.

7.13.1. Não será possível o acompanhamento da avaliação de amostra.

7.13.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.13.3. Caso se trate de exigência de apresentação de amostra(s), se não houver entrega da(s) amostra(s) ou se ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo pregoeiro, ou se houver entrega de amostra(s) fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.13.3.1 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

que atenda às especificações constantes na documentação que integra este Edital como Anexo.

**8. Da fase da habilitação**

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

8.1.2. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

8.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

8.8. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

8.8.1. A não observância do disposto na subdivisão acima poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação (Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

8.9. A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de, no mínimo, 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro.

8.10. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64):

8.11.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

8.11.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.12. Na análise dos documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo disposto no item 8.9.1.

8.14. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata a subdivisão anterior.

8.15. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de pequeno porte e das cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (se admitida a participação de cooperativas no item 3) somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação, exceto na hipótese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, no item 3.

8.15.1. Havendo alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, o licitante habilitado nas condições da subdivisão acima deverá comprovar sua regularização sob pena de decadência, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração.

8.16. A disciplina da adjudicação e da homologação encontra-se no item 14 deste Edital.

## 9. Da ata de registro de preços



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, conforme minuta que integra este Edital como Anexo, sob pena de decadência do direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.1.2. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

9.2. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

9.3. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

9.4. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

9.5. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas neste item 9, a Administração poderá convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, observado o disposto no item 10 deste Edital.

## 10. Da formação do cadastro de reserva


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

10.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

a) dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

b) dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

10.2. As contratações respeitarão a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata.

10.2.1. A apresentação de novas propostas dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário na forma da alínea "a" do subitem anterior não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.2.2. Os licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão, na ordem de classificação, aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.3. A fase de apresentação de amostra(s) ou de execução de prova de conceito que seja exigida na documentação que integra este Edital, quando houver, e a habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva serão efetuadas quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

a) quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos neste Edital; ou

b) quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas no item 9 da Ata de Registro de Preços, conforme minuta que integra este Edital como Anexo.

10.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista na documentação que integra este Edital, poderá:

a) convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

b) adjudicar e celebrar a contratação nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observados o disposto neste item 10 e a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

## 11. Dos recursos

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

11.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada à vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados através de solicitação via link para: https://www.dga.unicamp.br/documento/solicitacao-esclarecimentos-impugnacao-vistas-processos-licitacao/

## 12. Das infrações administrativas e sanções

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato;

12.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa à inexecução total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame, inclusive não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

12.1.5.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.5.4. deixar de apresentar amostra, caso exigida na documentação que integra este Edital; ou

12.1.5.5. caso exigida na documentação que integra este Edital, apresentar amostra em desacordo com as especificações do Edital;

12.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, no prazo e condições estabelecido pela Administração;

12.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

12.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3. caso exigida na documentação que integra este Edital, apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. advertência;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4. O recolhimento da multa dar-se-á na forma indicada na Resolução GR-019/2023,


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

de 23/03/2023, a qual regulamenta a forma de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 no âmbito da UNICAMP e que pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: https://www.pg.unicamp.br/norma/31521/0.

12.4.1. As importâncias relativas às multas serão descontadas do pagamento a que tiver direito a Contratada.

12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.

12.6. Antes da aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.7. A sanção de advertência será aplicada, após regular processo administrativo, ao responsável em decorrência da infração administrativa relacionada no item 12.1.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

12.8. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada, após regular processo administrativo, ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.9. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada, após regular processo administrativo, ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infrações administrativas previstas nos itens12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja extensão e duração observará o prazo previsto no art. 156, § 5º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

12.10. A recusa injustificada do adjudicatário em formalizar a contratação ou assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos pela Administração, descrita no subitem 12.1.6.1, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5º, da Lei nº 14.133, de 2021).


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

12.11. A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta nos termos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante, o adjudicatário ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.12. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

12.13. Da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, observando-se o disposto no art. 166 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.14 Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, caberá pedido de reconsideração no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, observando-se o disposto no art. 167 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.16. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados à Administração Pública.

12.17. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante à Contratada, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, caso exigida na documentação que integra o Edital, ou, quando for o caso, será cobrada judicialmente (art. 156, § 8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.18. Os atos previstos como infrações administrativas na lei de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

12.19. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 14.133, de 2021, ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

12.20. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei nº 14.133, de 2021).

## 13. Da impugnação do edital e do pedido de esclarecimento

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, através do link: https://www.dga.unicamp.br/documento/solicitacao-esclarecimentos-impugnacao-vistas-processos-licitacao/

13.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.3.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada nos autos do processo de licitação.

13.4. A decisão da impugnação ou a resposta ao pedido de esclarecimento serão divulgadas em sítio eletrônico oficial conforme especificado na subdivisão subsequente, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.4.1. As decisões das impugnações e as respostas aos pedidos de esclarecimento serão juntadas aos autos do processo licitatório, ficarão disponíveis para consulta por qualquer interessado, e serão publicadas no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

13.6. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante, das condições previstas neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A ausência de pedido de esclarecimento implicará na presunção de que os interessados não tiveram dúvidas a respeito da presente licitação, razão pela qual não serão admitidos questionamentos extemporâneos.

## 14. Das disposições gerais

14.1. Exaurida a fase recursal, será observado o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

14.2. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

14.4. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.7.Os casos omissos serão solucionados pelo pregoeiro.

14.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

de expediente na Administração.

14.10. No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

14.10.1. As falhas passíveis de saneamento na documentação apresentada pelo licitante são aquelas cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da abertura da sessão pública deste Pregão.

14.10.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público, nos termos do inciso III do art. 12 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.11. Caso seja vencedor da licitação, o licitante a ser contratado estará sujeito à assinatura de Termo de Ciência e de Notificação, quando prevista a sua apresentação em ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme a disciplina aplicável.

14.12. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

14.13. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Campinas, por mais privilegiado que outro seja.

14.14. Os casos omissos da presente licitação serão solucionados pelo Pregoeiro.

14.15. Para agilizar os procedimentos relativos ao empenhamento das despesas resultantes das futuras contratações, recomenda-se que o licitante informe, na proposta, a Agência do Banco do Brasil S/A em que mantém conta corrente, bem como o seu número, para que os pagamentos ocorram em conformidade com o disposto neste Edital.

14.16. As propostas sem a expressa indicação de prazos e/ou condições estabelecidas neste Edital serão consideradas ratificadas, nos termos do presente, pelos licitantes.

14.17. Com a apresentação da proposta, a proponente assume, independentemente de Declaração que:


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

14.17.1. tem ciência dos impedimentos à contratação com a Universidade Estadual de Campinas, previstos na Lei estadual nº 12.799/08 – CADIN ESTADUAL;

14.17.2. tem pleno conhecimento das disposições contidas no Edital e seus Anexos, bem como no Manual da Divisão de Segurança do Trabalho - DSTr/DGRH (disponível no site https://www.dgrh.unicamp.br/wp-content/uploads/sites/18/2018/01/man_dsso_seguranca.pdf.

14.18. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado de São Paulo - D.O.E. e nos endereços eletrônicos: http://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

14.19. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.19.1. ANEXO I – Termo de Referência;

14.19.2. ANEXO II – Minuta de Nota de Empenho;

14.19.3. ANEXO III – Minuta da Autorização de Fornecimento;

14.19.4. ANEXO IV – Minuta de Ata de Registro de Preços.

Campinas, 07 de outubro de 2026


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**AQUISIÇÃO DE BENS POR REGISTRO DE PREÇOS – ÁREA DA SAÚDE**

**Minuta aprovada pelo Parecer PG nº 2471, de 2025 e Despacho PG nº 4566, de 2025**

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS**

**TÉCNICO**

## 1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Registro de Preços de EQUIPOS PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL**,** nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| LOTE | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE MÍNIMA | QUANTIDADE MÁXIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **01** | **EQUIPO PARA BOMBA, ISENTO DE PVC:** EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO; DE SISTEMA PERISTALTICO LINEAR (DEDILHAMENTO); PARA INFUSAO DE FARMACOS PARENTERAIS; PONTA PERFURANTE, COMPATIVEL COM BOLSAS E FRASCOS; COM TUBO EM MATERIAL ISENTO DE LATEX E PVC; TRANSPARENTE; CAMARA FLEXIVEL DE GOTEJAMENTO, TRANSPARENTE, CONTENDO FILTRO INTERNODE 15 MICRA; COMPRIMENTO: 250 A 285 CM; FILTRO DE SOLUCAO E DE ELIMINACAO DE AR DE 0,2 MICRA; COM INTERMEDIARIO (OU SEM) EM SILICONE; REGULADOR DE FLUXO EM PLASTICO COM SISTEMA ROLETE RECARTILHADO; SISTEMA DE ENGATE CONICO POR CONECTOR MACHO, ENCAPSULAMENTO PROTETOR REMOVIVEL; COM INJETOR; CLAMP ANTIFLUXO LIVRE COM TRAVA MECANICA; CONTROLE DE GOTEJAMENTO POR SISTEMA DE PRESILHA TIPO CLAMP; TAMPAS OCLUSORAS NOS CONECTORES TERMINAIS; EXTREMIDADE PADRAO LUER-LOCK ROTATIVO,C/ CAPA PROTETORA,SIST. DE CONTROLE DO PREENCHIMENTO C/FILTRO; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL C/BARREIRA MICROBIANA QUE | 610270 (SIMILAR) | UNIDADE | 01 | 6250 |



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02738E0E2C14631E9A92728717ADB5AE0D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PERMITA TRANSFERENCIA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE<br><br>**DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:**<br>1. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE APRESENTAR RÓTULO COMPLETO EM PORTUGUÊS.<br>2. SERÃO ACEITOS EQUIPOS COM CONTROLE DE GOTEJAMENTO POR SISTEMA DE PRESILHA OU CLAMP.<br>3. OS EQUIPOS DEVERÃO APRESENTAR CINTA PLÁSTICA DE CONTENÇÃO NO INTERIOR DA EMBALAGEM.<br>4. O EQUIPO DEVE APRESENTAR SISTEMA CORTA FLUXO EM CASO DE DESCONEXÃO ACIDENTAL DA BOMBA.<br>5. SERÃO ACEITOS EQUIPOS DEDICADOS À BOMBA DE INFUSÃO OFERTADA;<br>6. O EQUIPO DEVERÁ ATENDER A RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 539, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.<br><br>**CÓDIGO UNICAMP: 983289** | | | | |
| | **02** | **EQUIPO PARENTERAL P/ BI, TRANSPARENTE, MACRGOTAS:**<br>EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO; DE SISTEMA PERISTALTICO LINEAR (DEDILHAMENTO); MACROGOTAS; LIVRE DE LATEX; PARA INFUSAO DE FLUIDOS POR VIAS PARENTERAIS; PONTA PERFURANTE COMPATIVEL COM BOLSAS E FRASCOS; COM TUBO EM PVC FLEXIVEL TRANSPARENTE; CAMARA FLEXIVEL DE TRANSPARENTE; FILTRO POROSO 15 MICRAS, LOCALIZADO NA CAMARA GOTEJADORA E PROXIMO AO PACIENTE; COMPRIMENTO: 250 A 290CM; SISTEMA DE ENTRADA DE AR C/FILTRO DE 0,22 MICRAS ENTRE A PONTA E A CAMARA; COM INTERMEDIARIO (OU SEM) EM SILICONE; | 610284 (SIMILAR) | UNIDADE | 01 | 8300 |



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02738E9C1E2C14C01E9A92F287ADB5AE0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REGULADOR DE FLUXO EM PLASTICO COM SISTEMA ROLETE RECARTILHADO; SISTEMA DE ENGATE CONICO POR CONECTOR MACHO, ROSCA GIRO LIVRE E SEM FIXACAO NO TUBO; COM INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE OU COM SISTEMA LIVRE DE AGULHAS (NEEDLE FREE); CONTROLE DE GOTEJAMENTO POR SISTEMA DE PRESILHA TIPO CLAMP; TAMPAS OCLUSORAS NOS CONECTORES TERMINAIS; EXTREMIDADE RESISTENTE A FLUXO DE PRESSAO; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL C/BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA TRANSFERENCIA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE. COMPLEMENTO: O DISPOSITIVO DEVE TER SISTEMA CORTA FLUXO EM CASO DE DESCONEXAO ACIDENTAL DA BOMBA. CINTA PLASTICA DE CONTENCAO. EMBALAGEM DO TIPO BLISTER.<br><br>**DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:**<br>1. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE APRESENTAR RÓTULO COMPLETO EM PORTUGUÊS.<br>2. SERÃO ACEITOS EQUIPOS COM CONTROLE DE GOTEJAMENTO POR SISTEMA DE PRESILHA OU CLAMP.<br>3. A PONTA DO EQUIPO DEVE TER CONECTOR LUER LOCK ROTATIVO COM GIRO LIVRE SEM FIXAÇÃO NO TUBO FLEXÍVEL.<br>4. SERÃO ACEITOS EQUIPOS DEDICADOS À BOMBA DE INFUSÃO FORNECIDA.<br>5. O EQUIPO DEVERÁ ATENDER A RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 539, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.<br><br>**CÓDIGO UNICAMP: 340851** | | | | |



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92738EC2E14631E9A92F287AD75AE0D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **03** | **EQUIPO FOTOSSENSIVEL P/BOMBA DE INFUSAO**<br>EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO; DE SISTEMA SISTEMA PERISTALTICO LINEAR (DEDILHAMENTO); MACROGOTAS; LIVRE DE LATEX; PARA INFUSAO DE FARMACOS PARENTERAIS FOTOSSENSIVEIS; PONTA PERFURANTE, COMPATIVEL C/BOLSAS E FRASCOS; SEM PVC E DEHP; PROTECAO CONTRA LUMINOSIDADE; CAMARA FLEXIVEL DE FILTRO POROSO 15 MICRAS, LOCALIZADO NA CAMARA GOTEJADORA E PROXIMO AO PACIENTE; COMPRIMENTO: 250 A 290 CM; SISTEMA DE ENTRADA DE AR C/FILTRO 0,22 MICRAS ENTRE A PONTA E A CAMARA; COM INTERMEDIARIO (OU SEM) EM SILICONE; REGULADOR DE FLUXO EM PLASTICO COM SISTEMA ROLETE RECARTILHADO; SISTEMA DE ENGATE CONICO POR CONECTOR MACHO, ENCAPSULAMENTO PROTETOR REMOVIVEL; CONTROLE DE GOTEJAMENTO POR SISTEMA DE PRESILHA TIPO CLAMP; DEVE APRESENTAR SISTEMA CORTA FLUXO EM CASO DE DESCONEXAO ACIDENTAL; TAMPAS OCLUSORAS NOS CONECTORES TERMINAIS; ACOMPANHA: CAPA DE PROTECAO CONTRA LUMINOSIDADE PARA BOLSA OU FRASCO; EXTREMIDADE TIPO RESISTENTE A FLUXO DE PRESSAO; A PONTA DO EQUIPO DEVE TER CONECTOR LUER LOCK ROTATIVO COM GIRO LIVRE; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL C/BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA TRANSFERENCIA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE; OS EQUIPOS DEVERAO APRESENTAR CINTA PLASTICA DE CONTENCAO NO INTERIOR DA EMBALAG. COMPLEMENTO: O DISPOSITIVO DEVE TER SISTEMA CORTA FLUXO EM CASO DE DESCONEXAO ACIDENTAL DA BOMBA. | 610292<br>(SIMILAR) | UNIDADE | 01 | 4900 |



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92738EC2E14301E9A92728717ADB5AE0D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CINTA PLASTICA DE CONTENCAO. EMBALAGEM DO TIPO BLISTER<br>**DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:**<br>1. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE APRESENTAR RÓTULO COMPLETO EM PORTUGUÊS.<br>2. A PONTA DO EQUIPO DEVE TER CONECTOR LUER LOCK ROTATIVO COM GIRO LIVRE SEM FIXAÇÃO NO TUBO FLEXÍVEL.<br>3. O EQUIPO APRESENTA CAPA DE PROTEÇÃO CONTRA LUMINOSIDADE.<br>4. SERÃO ACEITOS EQUIPOS DE USO DEDICADO A BOMBA DE INFUSÃO OFERTADA.<br>5. O EQUIPO DEVERÁ ATENDER A RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 539, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.<br><br>**CÓDIGO UNICAMP: 952690** | | | | |
| | **04** | **EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO HEMODERIVADOS**<br>EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO; DE SISTEMA VOLUMETRICO; PERISTATICA (DEDILHAMENTO); P/ INFUSAO PARENTERAL DE SANGUE E HEMODERIVADO; TIPO MACROGOTAS, ESTERIL, DE USO UNICO E DESCARTAVEL; COM TUBO EM PVC FLEXIVEL, LIVRE DE LATEX, ATOXICO, APIROGENICO E TRANSPARENTE; CAMARA FLEXIVEL DE MATERIAL TRANSPARENTE COM FILTRO ESPECIFICO PARA HEMODERIVADOS (200 MICRAS); COMPRIMENTO: 200 A 290 CM; COM INTERMEDIARIO DE SILICONE (OU SEM); PONTA PERFURANTE UNIVERSAL, COM SISTEMA DE CONTROLE DE PREENCHIMENTO, SISTEMA CORTA-FLUXO LIVRE; CONTROLE DE GOTEJAMENTO POR REGULADOR DE FLUXO EM PLASTICO COM PINCA ROLETE; TAMPAS OCLUSORAS EM EXTREMIDADES E CINTA DE CONTENCAO; EXTREMIDADE TIPO LUER LOCK REVERSIVEL COM CONECTOR MACHO, ROSCA | 610180 (SIMILAR) | UNIDADE | 01 | 1300 |



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92738EC2E14630E9492787AD75AE0D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GIRO LIVRE; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL APROPRIADO COM BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA A TRANSFERENCIA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE<br><br>**DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:**<br>1. A EMBALAGEM DO EQUIPO DEVERÁ SER TIPO BLISTER.<br>2. A EMBALAGEM DEVE INDICAR O PRIMING DO EQUIPO.<br>3. O EQUIPO DEVE SER SEM INJETOR LATERAL;<br>4. SERÃO ACEITOS EQUIPOS DE USO DEDICADO À BOMBA DE INFUSÃO OFERTADA.<br>5. AS CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADE DA EMBALAGEM E DO PRODUTO DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES DO TESTE FUNCIONAL.<br><br>**CÓDIGO UNICAMP: 987693** | | | | |

1.1.1. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

1.1.2. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade com o Decreto Estadual nº 68.185, de 11 de dezembro de 2023.

1.1.3. Os itens que compõem cada um dos lotes acima especificados deverão ser da mesma marca.

1.1.4. Na aquisição do objeto deverão ser fornecidos em comodato os equipamentos relacionados a seguir, conforme quantidade e especificações técnicas descritas, que ficarão instalados nas dependências da Contratante para utilização até o consumo total dos produtos adquiridos por meio desta contratação:

**Lote 1:**

Equipamento: "Bomba de Infusão Peristáltica Volumétrica Linear"

Quantidade: 94 unidades

Local: 10 unidades ficarão alocadas na engenharia clínica do Hemocentro e 84 unidades na engenharia clínica do CAISM, posteriormente serão disponibilizadas para uso nas unidades assistenciais, conforme demanda.

**Especificações técnicas dos equipamentos:**



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92738EC2E2A14C01E9A92F287AD75AE0

1. **Aplicação:1.1.** Infusão de soluções parenterais e hemoderivados;

2. **Características Gerais:**

**2.1.** Projetada para utilização com equipo dedicado;

**2.2.** Compatível com equipos específicos para:

**2.2.1.** Soluções parenterais;

**2.2.2.** Fármacos fotossensíveis;

**2.2.3.** Hemoderivados;

**2.2.4**. Quimioterápicos;

**2.3.** Portátil;

**2.4.** Com alça de transporte;

**2.5.** Monocanal;

**2.6.** Controlada por microprocessador;

**2.7.** Sistema de calibração de fábrica para entrega de fluxo/volume, sem necessidade de ajustes/intervenções pelo operador;

**2.8.** Sistema de infusão através de mecanismo peristáltico linear do tipo "dedilhamento";

**2.9.** Sistema de preenchimento do equipo através de função tipo "purgar" ou "bolus";

**2.10. Possibilidade de trabalhar sem sensor de gotas, mantendo as funções de alarme de ar na linha e oclusão habilitados;**

**2.11.** Com conexão "wi-fi" no equipamento ou através de estativa/estação que permita acesso a todos os equipamentos conectados;

**2.12.** Peso máximo admissível com baterias instaladas de 3,0 Kg;

3. **Sistema de Fixação:**

**3.1.** Sistema de fixação através de dispositivo tipo "morsa";

**3.2.** Com ajuste para fixar o equipamento em estruturas verticais ou horizontais;

**3.3.** Possibilidade de empilhamento de 03 bombas de infusão através de um dos dispositivos abaixo:

**3.3.1.** Sistema de conexão/engate entre os equipamentos;

**3.3.2.** Sistema de conexão por meio de "racks";

4. **Indicação Digital:**

**4.1.** Tela de LCD/LED:

**4.1.1.** De 04 polegadas;

**4.1.2.** Com sistema de iluminação ou retro iluminação;

**4.1.3.** Com ajuste de intensidade luminosa pelo usuário;

**4.1.4.** Ajuste de modo noturno, diminui a iluminação por um período programado;

**4.2.** Indicação de operação em bateria;



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02738E0E2C14631E9A92728 7AD75AEA0D

**4.3.** Indicação de operação em rede elétrica;

**4.4.** Visualizações não simultâneas:

**4.4.1.** Fluxo (ml/h);

**4.4.2.** Volume total programado;

**4.4.3.** Volume infundido ou regressivo;

**4.4.4.** Tempo total para infusão;

**4.4.5.** Tempo decorrente/ou decorrido de infusão;

**4.4.6.** Indicação da quantidade de carga de bateria em 03 níveis;

**4.4.7.** Falhas de funcionamento;

**4.5.** Visualizações simultâneas na mesma tela, sem necessidade de pressionar nenhum botão/tecla, função, setas/cursores e barra de rolagem (ou similares):

**4.5.1.** Fluxo (ml/h);

**4.5.2.** Volume total programado e/ou volume infundido e/ou apresentação do valor regressivo do volume total programado conforme a taxa de infusão;

**5. Parâmetros de Infusão:**

**5.1.** Erro de infusão de 5,0 % ou inferior;

**5.2.** Faixa de volume total ajustável de 0,1 a 9.999 ml:

**5.2.1.** Com incremento de microvolume de 0,1 ml;

**5.2.2.** Com incremento de macrovolume de 1,0 ml;

**5.3.** Faixa de fluxo ajustável de 0,1 a 1200 ml/h:

**5.3.1.** Com incremento de microfluxo com incrementos de 0,1 ml/h;

**5.3.2.** Com incremento de macrofluxo com incrementos de 1,0 ml/h

**5.4.** Cálculo automático de parâmetros:

**5.4.1.** Inserção de volume total e tempo total: cálculo automático de fluxo (ml/h);

**5.4.2.** Inserção de fluxo (ml/h) e volume total: cálculo automático do tempo total;

**5.5.** Sistema de pausa manual e/ou programável pelo operador;

**5.6.** Sistema KVO com ajuste de fluxo;

**5.7.** Sistema Bolus:

**5.7.1.** Com sistema de segurança para evitar acionamento acidental;

**5.7.2.** Ajustável pelo operador de 0,1 a 999 ml/h;

**5.8.** Ajuste de tempo:

**5.8.1.** De 01 minuto a 99 horas e 59 minutos;

**5.8.2.** Com incremento de 01 minuto;

**5.9.** Modo de dose (peso corporal) com seleção de:



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92738E9C-E2C1-4631-9A92-7287ADB5AE0D

**5.9.1.** mL/h;

**5.9.2.** µg/kg/min;

**5.9.3.** mg/kg/h;

**5.9.4.** Biblioteca programável;

**5.10.** Com um dos modos avançados abaixo:

**5.10.1.** Modo de intervalo ou intermitente: permite administrar duas taxas de doses distintas em intervalos regulares e por um número definido de etapas;

**5.10.2.** Modo de etapas múltiplas ou velocidades múltiplas: a velocidade de infusão da solução aumenta ou diminui nos níveis especificados;

**5.10.3.** Modo de início atrasado ou retardo: a infusão começa a ser administrada após o tempo selecionado;

**5.10.4.** Bolus programável com seleção de volume e tempo, com cálculo automático do fluxo/vazão;

**5.10.5.** Biblioteca de fármacos com limite máximo de dosagem pré-definida de acordo com a droga;

**6. Alarmes:**

**6.1.** Oclusão com identificação diferenciada em tela para:

**6.1.1.** Oclusão Distal: entre a droga e o equipamento;

**6.1.2.** Oclusão Proximal: entre o equipamento e o paciente;

**6.1.3.** Tempo de oclusão com equipamento configurado no modo de maior sensibilidade com fluxo de 100 ml/h: ≤ 02 minutos (com tolerância de 30 segundos);

**6.2.** Ar na Linha:

**6.2.1.** Sensor ultrassônico;

**6.2.2.** Com ajuste de sensibilidade;

**6.2.3.** Nível de detecção do sensor de 0,05 ml;

**6.2.4.** Detecção cumulativa: ≤ 4,0 ml;

**6.3.** Infusão completa;

**6.4.** Infusão perto do fim;

**6.5.** Funcionamento em KVO;

**6.6.** Nível baixo de carga de bateria;

**6.7.** Falta de energia da rede;

**6.8.** Porta aberta;

**6.9.** Erro de fluxo e/ou fluxo não compatível;

**6.10.** Lembrete de início de infusão após programação;

**6.11.** Ajuste de volume do alarme;

**6.12.** Silenciador temporário de alarme;



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02738E0E2C14C30E9A92728 7AD75AEAD

**7. Características Elétricas:**

**7.1.** Alimentação elétrica: 110~220VAC@60Hz por comutação automática;

**7.2.** Potência/consumo máximo admissível de 30 W;

**7.3.** Alimentação simultânea para 03 equipamento conectados entre si (por cabos ou por intermédio de racks), porém, sendo alimentados por um único ponto de rede elétrica, sem necessidade de réguas ou qualquer outro tipo de dispositivo de adaptação;

**7.4.** Bateria interna recarregável com autonomia de 05 horas (para vazão de 25 ml/h);

**7.5.** Tempo máximo admissível para recarga total do equipamento desligado, considerando a bateria totalmente descarregada: ≤ 10 horas;

**7.6.** Cordão de alimentação elétrica destacável sem auxílio de ferramenta;

**8. Segurança:**

**8.1.** Bloqueio das funções e sistema de desbloqueio;

**8.2.** Grau de proteção elétrica: Classe I tipo BF;

**8.3.** Grau de proteção contra penetração de líquidos: IP22;

**8.4.** Relatório dos últimos 1.000 erros/eventos;

**8.5.** Sistema de auto teste inicial;

**8.6.** Indicação de falha/necessidade de substituição da bateria;

**8.7.** Aviso de manutenção preventiva;

**8.8.** Sistema de contra fluxo livre: ao remover o equipo da bomba de infusão, o sistema fecha automaticamente o clipe contra fluxo livre do equipo de infusão;

**8.9.** Sistema contra instalação errada do equipo: dificulta o fechamento da porta se o equipo não estiver instalado corretamente;

**8.10.** Sistema de vedação da porta para proteger o interior da bomba contra o derramamento de solução;

**9. Acessórios:**

**9.1.** Demais acessórios necessários para garantir o perfeito funcionamento do equipamento**.**

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como de natureza comum.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021 e no Decreto estadual nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

**Vigência da contratação**

1.4. A vigência obedecerá às condições contidas no Item 7.1 e subitens deste Termo de Referência.

1.4.1. O detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência consta na Ata.



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02738E0E2C14C30E9A92F287ADB5AEA0

**Subcontratação**

1.5. A contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

**Adesão à Ata de Registro de Preços**

1.6. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta contratação, conforme justificativa apresentada nos autos do processo.

## 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A contratação se faz necessária para manter o estoque abastecido com equipos parenterais para bomba de infusão e garantir a continuidade da assistência prestada aos pacientes atendidos pelas Unidades Assistenciais da Área da Saúde da Unicamp, CAISM e HEMOCENTRO, a qual é referência nacional para tratamento de diversas patologias. Muitos desses pacientes atendidos necessitam de administração de medicação com volume e dosagem controlada, por exemplo, a administração de drogas vasoativas ou sedativas, indução de trabalho de parto, e ou com restrição hídrica devido a condições clínicas instáveis.

Além da necessidade de controle de rigoroso de infusão das drogas vasoativas, há também a necessidade de adotar padrões de segurança na infusão de hemocomponentes e seguir a indicação de insumos adequados e as recomendações dos fabricantes dos equipamentos de infusão, os quais indicam o uso de bomba volumétrica para as transfusões. Ademais, como medida de segurança e mitigação de eventos adversos durante as infusões de quimioterápicos, há a recomendação de uso de infusão controlada, garantindo maior conforto e segurança aos pacientes em tratamento quimioterápico endovenoso.

Dessa forma, o desabastecimento do estoque e a impossibilidade de administração de medicações por bomba de infusão, torna impossível o atendimento aos pacientes com quadro clínico grave e a manutenção do suporte à vida, ocasionando risco iminente de morte, principalmente aos pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva. Além de elevar o risco de possíveis eventos adversos relacionados relacionados à assistência à saúde, ocasionados por falhas de infusão de quimioterápicos e hemocomponentes.

Importante esclarecer que equipo para uso em bomba de infusão da marca “X” não se encaixa na bomba de infusão da marca “Y”, ou seja, é imprescindível o uso de equipo dedicado ao equipamento, de mesma marca. Ainda, conforme consta nos manuais dos equipamentos, os fabricantes não recomendam e não garantem a segurança da infusão controlada em caso de tentativa de uso de equipos de marcas diferentes da marca da bomba de infusão.

Isto posto, para o uso do objeto desta contratação é necessário que sejam disponibilizadas as bombas de infusão para atendimento a cada necessidade, visto que se trata de tecnologias de uso dedicado aos insumos e com indicação de uso distintas, sendo uma para uso parenteral. Dessa forma, como as Unidades de Saúde não dispõem desses equipamentos e o mercado apresenta uma variedade de marcas e modelos, será necessária a contratação dos mesmos em conjunto com o objeto, conforme quantidades abaixo:

| Lote | Equipamento em comodato | U.F. | CAISM | HEMO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMBA P/ INFUSÃO PARENTERAL | UN. | 84 | 10 | 94 |



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02738E0E2C14631E9A92728 7AD75AEA0D

2.2. O objeto da contratação está previsto parcialmente no Plano de Contratações Anual 2026, por meio do ID detalhado abaixo, conforme consta das informações básicas deste Termo de Referência.

| CÓDIGO UNICAMP | Nº ID PCA | Unidade |
|---|---|---|
| 983289 | 7267 | CAISM |
| 340851 | 7267 | CAISM |
| 952690 | 7267 | CAISM |
| 987693 | 7267 | CAISM |
| 31578 (Unificado com o item 983289) | 4010 | Hemocentro |

## 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1 A especificação do Objeto encontra-se detalhada no Item 1, combinada aos requisitos descritos no Item 4, ambos descritos neste Termo de Referência.

Em relação à aquisição de equipamentos, essa alternativa não foi considerada adequada, uma vez que poderia vincular a Administração ao uso de insumos dedicados de uma única marca, restringindo a competitividade, reduzindo o poder de negociação e limitando a incorporação de novas tecnologias. Além disso, a aquisição implicaria futura contratação de serviços de manutenção após o término do período de garantia. Também se observa que, no contexto da área da saúde, os equipamentos estão sujeitos a frequentes atualizações tecnológicas, apresentando vida útil estimada de até 10 anos, o que reduz a atratividade dessa modalidade sob a perspectiva do ciclo de vida do objeto.

A análise das alternativas de fornecimento, realizada a partir das informações obtidas no mercado, demonstrou que o modelo de aquisição dos insumos com disponibilização dos equipamentos em comodato apresenta maior vantajosidade econômica para a Administração quando comparado ao fornecimento mediante locação, resultando em menor custo global da contratação.

Adicionalmente, a análise da memória de cálculo evidencia que o objeto possui natureza de uso contínuo, porém com volume de consumo variável. Nesse contexto, a adoção do sistema de registro de preços mostra-se mais adequada, pois permite maior flexibilidade na gestão das quantidades demandadas, sem obrigatoriedade de consumo integral do quantitativo estimado em Ata.

Dessa forma, considerando a necessidade de contratação, a recente revisão do processo de trabalho informada pela equipe assistencial e a avaliação das alternativas disponíveis, conclui-se que a solução mais vantajosa para a Administração consiste na contratação do objeto descrito no item 1.1 deste Termo de Referência, em lote único e de mesma marca, mediante registro de preços, com fornecimento dos equipamentos em comodato, conforme previsto no item 1.1.4 deste Termo de Referência.

A adoção de **lote único** justifica-se pela necessidade de garantir a plena compatibilidade entre os equipos parenterais e as bombas de infusão disponibilizadas em comodato, uma vez que tais dispositivos operam, em sua maioria, com sistemas específicos de reconhecimento e calibração de equipos, definidos pelos respectivos fabricantes. A padronização em uma única marca reduz riscos assistenciais decorrentes de incompatibilidades técnicas, assegura o correto funcionamento dos equipamentos e contribui para a segurança do paciente durante a administração de terapias intravenosas.



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02738E0E2C14631E9A92728717ADB5AE0D

## 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

### 4.1. Da Qualificação Técnica

4.1.1. Não será exigida documentação de qualificação técnica das licitantes.

### 4.2. Da exigência de ficha técnica, catálogo ou equivalente

4.2.1. Para verificar se o objeto ofertado atende às exigências contidas no edital, após solicitação do pregoeiro, deverá ser apresentado pela licitante vencedora da fase de lances, no campo próprio do sistema da plataforma compras.gov:

a) ficha técnica

4.2.2 Para a análise técnica da proposta do equipamento, a licitante vencedora deverá apresentar:

a) Proposta técnica contendo todas as características do equipamento ofertado, conforme solicitado no Descritivo Técnico constante no Termo de Referência (TR) e/ou Edital.
b) Documentação técnica, como catálogo e/ou manual do fabricante, sugerindo-se incluir as remissões aos subitens do Descritivo Técnico, de modo a comprovar cada especificação apresentada.
c) Registro do equipamento junto ao Ministério da Saúde – ANVISA, informando o respectivo número.
d) Cópia do certificado de conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da empresa, emitido segundo as normas ISO 9001 e/ou ISO 13485.
e) Cópia do certificado de conformidade do equipamento ofertado, emitido de acordo com as normas NBR IEC ou IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 e IEC 60601-2-24, por laboratório de certificação reconhecido (INMETRO, UL, TUV, SEV, VDE, entre outros).
f) Cópias autenticadas dos documentos previstos acima, letras “C” a “E” deverão ser entregues à UNICAMP, na Área de Suprimentos da Unidade Compradora, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a homologação do certame, para juntada aos autos da licitação. A análise dessa documentação será realizada pelo Centro de Engenharia Biomédica antes da assinatura do contrato.

### 4.3. Da exigência da apresentação de documentação complementar pela licitante vencedora

4.3.1. O envio da proposta implicará o pleno e inequívoco entendimento de que a licitante reúne condições de apresentar os seguintes documentos, caso seja a vencedora da fase de lances:

a) Licença Sanitária Estadual ou Municipal vigente da licitante ou publicação no Diário Oficial em conformidade com a CVS 01/2024, com atividade econômica (CNAE) correspondente ao item:

a.1) No caso de licença vencida, deverá ser apresentado o protocolo de renovação, formulado no prazo, acompanhado da licença anterior, correspondente ao último exercício.



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02738E0E2C14C30E9A92F287ADB5AE0D

a.2) Na vigência da contratação, a contratada deverá apresentar a licença sanitária atualizada imediatamente após o seu deferimento.

b) Autorização de Funcionamento de Empresa emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou publicação no Diário Oficial em conformidade com a RDC 16/2014;

c) Certificado de Registro do Produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA ou cópia da publicação no Diário Oficial da União, onde consta o produto e o cabeçalho identificando a Regulamentação Específica (RE) que registrou o produto em conformidade com a RDC 751/2022;

c.1) Para os produtos classe I e II deverá ser apresentada a última publicação e o cabeçalho identificando a portaria que o cadastrou e para produtos de classe III e IV a publicação vigente do registro do produto com o respectivo cabeçalho.

c.2) No caso de Registro vencido dos produtos de classe III e IV deverá ser apresentado o requerimento de revalidação, conforme disposto no § 2º do art. 8º do Decreto 8.077/13, para possibilitar a aplicação da regra contida no § 3º da referida disposição legal.

c.3) Para produtos isentos de registro deverá ser apresentado o Certificado de Isenção do Registro ou Declaração de Notificação.

4.3.2. A documentação deverá ser enviada para o e-mail centraldoc@dga.unicamp.br no prazo de até 03 (três) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período, após o encerramento da sessão pública, para conferência e sua juntada aos autos do processo da contratação.

4.3.3. A documentação original ou por cópia autenticada ou simples, juntamente com o original para cotejo, poderá ser solicitada por essa Administração, a seu critério, a qual deverá ser entregue no endereço constante no preâmbulo do edital.

4.3.3.1. Documentos autenticados eletronicamente em substituição à cópia autenticada ou simples serão aceitos desde que demonstrada a utilização de certificação ICP-Brasil.

4.3.4. Referida documentação deverá estar válida no momento de sua apresentação e de toda a execução do instrumento contratual.

4.3.4.1. No caso de a validade expirar no decorrer desse período, deverá ser providenciada a sua revalidação em tempo hábil para não haver prejuízo na entrega do objeto. Os documentos revalidados deverão ter as respectivas cópias encaminhadas à Divisão de Contratos da Diretoria Geral da Administração da UNICAMP.

4.3.5. A não apresentação da documentação ou a sua entrega em desacordo com o objeto licitado ensejará a aplicação de penalidades previstas no edital.

### 4.4. Indicação de marcas ou modelos

4.4.1. Não se aplica à presente contratação.

### 4.5. Da exigência de amostra

4.5.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra. Não será possível o acompanhamento da avaliação de amostra.

4.5.2. Serão exigidas amostras dos seguintes itens, na quantidade de:



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02738E0E2C14631E9A92F287ADB5AE0D

| ITEM | CÓDIGO | PRODUTO | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 01 | 983289 | EQUIPO PARA BOMBA, ISENTO DE PVC | 20 UNIDADES e 2 equipamentos |
| 02 | 340851 | EQUIPO PARENTERAL P/BOMBA DE INFUSAO | 10 UNIDADES e 1 equipamentos |
| 03 | 952690 | EQUIPO FOTOSSENSIVEL P/BOMBA DE INFUSAO | 10 UNIDADES e 1 equipamentos |
| 04 | 987693 | EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO HEMODERIVADOS | 05 UNIDADES e 01 equipamento |

4.5.2.1. Juntamente com as amostras, deverá ser enviado o equipamento em comodato previsto no item 1.1.4 deste Termo de Referência.

4.5.3. As amostras deverão ser entregues no endereço Hospital da Mulher Professor Dr. José Aristodemo Pinotti – CAISM, rua Alexander Fleming, 101 - Cidade Universitária Zeferino Vaz Distrito de Barão Geraldo - Campinas/SP - CEP 13083-881, no Apoio Administrativo (antiga COMAD) - Divisão de Gestão de Recursos e Aquisições - 2º piso, de segunda à sexta-feira das 09h00 às 17h00, no prazo limite de 05 (cinco) dias úteis contados do primeiro dia útil subsequente à data da realização da sessão pública do pregão, e serão recebidas mediante Termo de Recebimento, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

4.5.3.1. A amostra deverá estar identificada com a razão social da licitante vencedora da fase de lances, o número do Aviso de Contratação e do processo da Unicamp, bem como o item ao qual se refere.

4.5.3.2. O rótulo da amostra deverá conter a identificação do produto, o número do lote e, quando aplicável, o número do registro no Ministério da Saúde.

4.5.3.3. Para produtos para saúde é necessário que a rotulagem atenda ao artigo 47 da RDC Nº 751 de 21 de setembro de 2022 da ANVISA.

4.5.3.4. As amostras deverão ser transportadas e fornecidas em condições que assegurem a integridade do produto e das condições de esterilidade.

4.5.3.5. As amostras deverão ser entregues em embalagem íntegra, original, livre de corpo estranho e/ou sujidade.

4.5.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas, a proposta será desclassificada.

4.5.5. Serão avaliados os aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade, conforme Formulário de Avaliação de Amostras constante no Anexo I e II deste Termo de Referência.

4.5.5.1 A metodologia e os critérios de avaliação dos produtos que compõem o referido documento, avaliará as características técnicas do item para atendimento ao descritivo, a funcionalidade, o desempenho esperado, bem como possíveis desvios de qualidade ou inconformidades em sua apresentação. Para isso, a amostra será utilizada de acordo com a sua aplicabilidade e a indicação do fabricante.

4.5.6. O prazo de análise da amostra será de 10 (dez) dias úteis, sendo os resultados das avaliações divulgados por meio de mensagem no sistema.



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02738E0E2C14C30E9A92728 7AD75AEA0D

4.5.6.1. Após análise da amostra, será emitido o laudo que indicará a aprovação ou reprovação do objeto analisado, fundamentada e motivadamente, devendo constar a assinatura de quem o elaborou e ser anexado aos autos do processo licitatório.

4.5.7. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência.

4.5.8. A amostra da licitante vencedora da fase de lances não será devolvida, pois servirá para a realização dos testes ou para a comparação do objeto no momento de sua entrega.

4.5.8.1. Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

4.5.8.2. No caso de equipamento cedido em comodato, se aprovado na avaliação da amostra, o mesmo poderá ser mantido para a execução contratual.

4.5.8.3. No caso de equipamento cedido em comodato, se não aprovado, a empresa deverá retirá-lo no prazo de até 30 dias corridos após solicitação formal.

4.5.9. A licitante vencedora da fase de lances que ofertar objeto de marca já homologada, conforme relação descrita a seguir, fica dispensada da apresentação de amostra e o Pregoeiro passará à etapa de habilitação.

| Lote | ITEM | CÓDIGO | PRODUTO | MARCAS HOMOLOGADAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MARCA | REFERÊNCIA |
| 1 | 01 | 983289 | EQUIPO PARA BOMBA, ISENTO DE PVC | EQUIPO FRESENIUS EQUIPAMENTO: VOLUMAT MC AGILIA. | VOLUMAT AGILIA VL ON 70 |
| | 02 | 340851 | EQUIPO PARENTERAL P/BOMBA DE INFUSAO | EQUIPO FRESENIUS EQUIPAMENTO: VOLUMAT MC AGILIA. | VOLUMAT AGILIA LINE VL ST 02 - M46441900SSA |
| | 03 | 952690 | EQUIPO FOTOSSENSIVEL P/BOMBA DE INFUSAO | EQUIPO FRESENIUS EQUIPAMENTO: VOLUMAT MC AGILIA | VL ON90 - M46444900SSA |
| | 04 | 987693 | EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO HEMODERIVADOS | EQUIPO FRESENIUS EQUIPAMENTO: VOLUMAT MC AGILIA | VL TR00 TRANSFUSION - M46442800S |

4.5.9.1. Constitui exceção a hipótese de marca homologada que apresente inconformidade e/ou evento adverso notificado por órgão regulador no período compreendido entre a publicação do edital e a fase de análise das propostas no pregão, caso em que as amostras deverão ser enviadas. Esta hipótese deverá ser informada pela equipe técnica ao pregoeiro e, por este, às licitantes na sessão pública.

4.5.9.2. A licitante vencedora da fase de lances que ofertar produto de marca que, embora não homologada, tenha sido aprovada pela comissão técnica responsável até a



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02738E0E2C14631E9A92728 7AD75AEA0

data de abertura da sessão pública, está dispensada da apresentação da amostra, sendo esta situação informada ao pregoeiro e, por este, às licitantes na sessão pública.

**4.6. Dos Requisitos Específicos – Material Médico Hospitalar**

4.6.1. Os produtos para saúde deverão estar em conformidade com a:

a) Resolução – RDC nº 751 de 15 de setembro de 2022.

b) Resolução – RDC n° 546 de 30 de agosto de 2021, no que se refere aos requisitos essenciais de segurança e eficácia dos dispositivos médicos, bem como sua devida identificação, mediante o uso de rótulos, conforme o uso a que se destinam.

c) Resolução – RDC nº 665 de 30 de março de 2022, no que se refere ao cumprimento dos requisitos estabelecidos pelas “Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos”.

4.6.2. Durante a vigência do contrato, a Contratada deverá disponibilizar equipe técnica para realização de orientações e ou capacitação referente às especificidades para uso do objeto, conforme data e horário solicitado pela Contratante.

**4.7. Dos Requisitos Específicos – Equipamentos Médico-Hospitalares (CEB)**

4.7.1 Não serão aceitos equipamentos modificados, ou seja, aqueles que tenham sofrido alterações ou adaptações em suas configurações originais apenas para atender às exigências do edital.

4.7.2 A Contratada será responsável por ministrar treinamento aos servidores da área da saúde da UNICAMP que irão operar o equipamento, contemplando: configuração, funcionamento, inspeção e orientações de prevenção de danos. Ao término, deverá ser fornecido Certificado de Conclusão, contendo a participação e o conteúdo programático do treinamento, sem quaisquer custos à Contratante.

**4.8. Da exigência de carta de solidariedade**

4.8.1. Não se aplica à presente contratação.

## 5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

**5.1. Forma de fornecimento**

5.1.1. A forma de fornecimento do objeto será definida no respectivo instrumento contratual.

**5.2. Condições de Entrega**

5.2.1. O prazo de entrega dos bens é de até 7 (sete) dias úteis, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento.

5.2.1.1. Em casos de urgência ou emergência, a contratante poderá solicitar a entrega antecipada dos bens, antes do prazo estabelecido no item 5.2.1., mediante comunicação formal ao fornecedor.

5.2.2. Os bens deverão ser entregues no(s) seguinte(s) endereço(s) e horário(s), de acordo com a necessidade do contratante, conforme local indicado na Autorização de Fornecimento ou outro instrumento equivalente:



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02738E0E2C14631E9A92F287ADB5AEA0

**● Almoxarifado do CAISM/UNICAMP:**

Rua Alexander Flemming, 101 – Cidade Universitária "Zeferino Vaz" – Barão Geraldo – Campinas / SP, CEP 13.083-881, em dias úteis de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 16h30.

**● Almoxarifado Central/UNICAMP:**

Rua Carlos Chagas, 421 – Cidade Universitária "Zeferino Vaz" – Campinas / SP, CEP 13.083-878, em dias úteis de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 16h30.

**● Centro de Distribuição da Empresa RV Ímola Transportes e Logística Ltda:**

Avenida Júlia Gaioli, 740 - Módulo 8 / Galpão T200, Água Chata – Guarulhos/SP, CEP 07251-900,

de segunda à sexta, dias úteis, das 8h às 16h.

**● Almoxarifado do Hemocentro:**

Rua Carlos Chagas, 480 – Cidade Universitária "Zeferino Vaz" – Barão Geraldo – Campinas / SP, CEP 13.083-878, em dias úteis de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 16h30 - Almoxarifado do HEMOCENTRO/UNICAMP.

5.2.3. É obrigatório que o produto seja entregue com, no mínimo, 80% da sua validade ou com validade mínima de 12 meses contados da sua data de entrega.

5.2.4. A entrega da documentação necessária à emissão de crachás, assim como a liberação pela Segurança do Trabalho, deverá ocorrer conforme disposto no "MANUAL DE SEGURANÇA" da DSTr – Divisão de Segurança do Trabalho – DGRH da UNICAMP.

5.2.4.1. A Contratada deverá atender as exigências relativas à segurança higiene e saúde do trabalhador, procedimentos internos da Universidade, assim como as regras estabelecidas pela legislação vigente, devendo participar do treinamento de integração de segurança no trabalho na Divisão de Segurança do Trabalho – DSTr, segundo as orientações contidas no Manual de Segurança do Trabalho no endereço: https://www.dgrh.unicamp.br/wp-content/uploads/sites/18/2018/01/man_dsso_seguranca.pdf

**5.3. Recebimento**

5.3.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

5.3.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 2 dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.3.3.O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar da conclusão da entrega do objeto, ou da parcela estabelecida no item 5.2 deste Termo de Referência, e da apresentação da



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02738E0C1E2C14C01E9A92F2B7AD75AE0D

respectiva nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

5.3.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

5.3.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, com a comunicação ao contratado para emissão de Nota Fiscal/Fatura no que pertine à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento.

5.3.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

5.3.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

**5.4. Garantia, manutenção e assistência técnica**

5.4.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 09 (nove) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

5.4.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

5.4.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

5.4.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

5.4.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

5.4.6. Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 02 dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

5.4.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

5.4.8. Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02738E0E2C14631E9A92728 7AD75AEA0

5.4.9.. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

5.4.10. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

5.4.11. A manutenção preventiva deve ser realizada pela empresa, em conformidade ao estabelecido nos manuais técnicos e/ou operacionais do equipamento, bem como, entregar relatório técnico que permita apresentação em conformidade às exigências da Vigilância Sanitária de Campinas (DEVISA).

**5.5. Condições Específicas de Entrega – Material Médico-Hospitalar**

5.5.1. Os produtos deverão ser transportados e fornecidos em condições que assegurem a integridade do produto e das condições de esterilidade.

5.5.1.1. Os invólucros utilizados para assegurar a esterilidade dos produtos deverão obedecer às normas da ABNT vigentes e deverão permitir a transferência asséptica.

5.5.1.2. Os produtos deverão ser entregues em embalagem íntegra, original, livre de corpo estranho e/ou sujidade.

5.5.2. Os artigos deverão apresentar embalagem contendo o número do registro na ANVISA, número de lote, data e método de esterilização a que foi submetido e o prazo máximo de validade da esterilização recomendado pelo fabricante e etiqueta de identificação com o descritivo do produto com todas as características especificadas em língua portuguesa.

5.5.3. O objeto poderá ser submetido a testes, ensaios e demais provas exigidas por normas técnicas, cujos custos correrão por conta da Contratada.

5.5.3.1. Testes complementares do produto poderão ser realizados junto a órgãos, institutos ou empresas credenciadas para esse fim, de escolha e por solicitação da Unicamp, cujo ônus será da contratada, nos termos do artigo 140 ,§ 4º da Lei Federal nº 14.133 /2021.

5.5.4. Dentro dos processos de tecnovigilância, caso seja constatada qualquer alteração na qualidade ou composição do produto (queixa técnica) ou evento adverso, será documentado junto às autoridades sanitárias e o seu lote será interditado junto ao sistema da unidade de saúde, ficando a contratada comprometida a trocá-lo no prazo máximo de 02 dias úteis, sem ônus à instituição, além de fornecer à unidade de saúde, retorno documentado quanto às providências técnicas encaminhadas e seus resultados.

5.5.4.1. Caso a Contratada não observe o disposto neste subitem, o fato será documentado dentro do sistema de tecnovigilância e a homologação da marca revogada.

5.5.5. Caso o produto apresente desvio de qualidade ou na presença de queixa técnica, a contratante poderá solicitar laudos que certifiquem a composição, a qualidade e o desempenho do produto.

5.5.6. Os produtos serão devolvidos na hipótese de não corresponderem às especificações contidas no instrumento contratual ou apresentarem baixa qualidade, devidamente justificada, devendo ser substituídos no prazo de até 2 dias úteis.

5.5.7. Durante a validade do produto, se for constatada qualquer alteração na sua qualidade ou composição, a contratada se compromete a trocá-lo, sem ônus à contratante, no prazo de 2 dias úteis, devendo especificar as condições adequadas de armazenamento, a serem observadas pela Contratante.



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02738E0E2C14630E9A92F287ADB5AEAD

5.5.8. Constitui obrigação da Contratada a correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas no objeto no prazo máximo de até 2 dias úteis.

5.5.9. Será rejeitado, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com o edital, proposta e instrumento contratual.

## 5.6. Condições Específicas de Entrega – Equipamento em comodato

5.6.1. Na primeira contratação, e no prazo de até 7 (sete) dias úteis contados da data do recebimento do instrumento contratual, a contratada deverá fornecer 94 unidades de bomba de infusão parenteral em comodato, mencionadas no subitem [1.1.4], acompanhado(s) da nota fiscal e, quando aplicável, respectiva documentação técnica, nas dependências das unidades de saúde descritas a seguir:

a) 84 unidades para o CAISM
b) 10 unidades para o Hemocentro

5.6.2. Os equipamentos deverão estar em linha de fabricação, sendo que protótipos ou em fase de obsolescência não serão aceitos.

5.6.3. A manutenção preventiva, bem como a corretiva deverá ser executada pela Contratada e sem qualquer ônus à Contratante, conforme solicitado.

5.6.3.1. A solicitação de assistência técnica poderá ser feita por telefone, se necessário, com a posterior formalização do pedido e seu envio à Contratada.

5.6.3.2. Para a realização da manutenção preventiva a Contratada deverá agendar data e horário com a Engenharia Clínica de cada uma das Unidades.

5.6.4. A prestação de assistência técnica (corretiva), com a presença ou não de assessor técnico, conforme o caso, deverá ser atendida no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados do horário do recebimento formal da solicitação, que será transmitida à Contratada através de e-mail.

5.6.5 No caso de paralisação dos equipamentos em virtude de constantes defeitos técnicos e/ou não corrigidos nos prazos fixados, a Contratada deverá substituí-los no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

5.6.5.1 Nessa hipótese os equipamentos substitutos deverão possuir a mesma capacidade e especificação dos que forem substituídos, bem como atender as necessidades para as quais se destinam, mantidas as demais condições estabelecidas na contratação.

5.6.6 Os equipamentos serão devolvidos à empresa após encerramento do contrato.

5.6.6.1 O equipamento cedido em comodato deverá ser retirado pela licitante no prazo de 7 (sete) dias corridos contados da data de sua comunicação formal.

5.6.7. Serão de responsabilidade e ônus da Contratada:

a) a reposição de peças e acessórios das bombas de infusão;
b) o treinamento para o correto manuseio das bombas de infusão;
c) o transporte, frete, seguro, tributos, pagamento dos prêmios de seguro, bem como outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre os mesmos



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02A3D4E9-E2C1-4C0E-9A92-7B7 AD75AEA0

5.6.8 Ministrar treinamento e reciclagem para todo pessoal que utilizará o(s) equipamento(s), sem ônus para a contratante. O treinamento deverá ser ministrado no início de cada vigência contratual e também quando houver necessidade de treinar novos operadores, tantas quantas vezes forem necessárias;

5.6.9 Fornecer manual de funcionamento e utilização, em língua portuguesa, para todo(s) o(s) equipamento(s) e acessórios fornecidos;

5.6.10 Executar os serviços deste contrato através de profissionais devidamente qualificados;

5.6.11 Realizar a instalação do equipamento em seu local definitivo de permanência em acompanhamento com um servidor dos seguintes serviços:

a) Da Engenharia Clínica do CAISM quanto aos equipamentos instalados no CAISM;
b) Da Engenharia Clínica do Hemocentro, quanto aos equipamentos instalados no Hemocentro.

5.6.12 Apresentar, ao término da instalação, programação anual com data e horário de cada visita para manutenção preventiva e calibração;

5.6.13 Fornecer e executar os protocolos de manutenção preventiva indicados pelo(s) fabricante(s) do(s) equipamento(s):

a) Entende-se como manutenção preventiva, as rotinas de revisão, limpeza, calibração e testes, cujo objetivo é evitar a ocorrência de defeitos e acidentes, bem como de garantir o contínuo e perfeito funcionamento dos equipamentos em condições seguras de operação, incluindo também a realização de reparos dos defeitos detectados durante a execução destas rotinas.
b) Entende-se como manutenção corretiva, os serviços de reparos para eliminar defeitos decorrentes de uso normal dos equipamentos objeto deste memorial, bem como testes e calibrações para garantir o perfeito funcionamento e segurança dos mesmos.

5.6.14 Reparar, corrigir, remover, ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vício, incorreções ou mau funcionamento, dentro do prazo máximo de 02 dias corridos, após esta o equipamento deverá ser substituído, sendo compulsório para o equipamento substituto a realização de calibração e emissão de certificado de acordo com item 5.6.15;

5.6.15 Após realização de manutenção corretiva com substituição de peças que afetem o desempenho do equipamento torna-se compulsório realizar calibração e emissão de documentação descrita em item 5.6.16.

5.6.16 Realizar a calibração dos equipamentos em comodato. O certificado de calibração deve ser emitido em conformidade com a ABNT NBR 17025:2017 e demais portarias do INMETRO, com emissão em nome da CONTRATANTE. A calibração deve ser executada *in loco*, anualmente ou em período inferior de acordo com as especificações do fabricante, imediatamente após instalação do equipamento e/ou corretiva descrita em item 5.6.13;

5.6.16.1. A evidência documental da conformidade dos equipamentos liberados para uso, serão as entregas do certificado de calibração, relatório de manutenção preventiva e relatório de ensaios elétricos.

5.6.16.2. A Contratada deverá entregar juntamente com os documentos apontados no item acima, os certificados de calibração dos padrões utilizados durante a execução das atividades de calibração, manutenção preventiva e ensaio de segurança elétrica, assegurando assim sua rastreabilidade.



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02738E0E2C14C30E9A92F287ADB5AEAD

5.6.16.3. A frequência mínima das atividades acima deverá ser anual.

5.6.16.4. Se durante o uso do equipamento for constatada falha ou mau funcionamento que potencialize risco ao paciente, a Contratada deverá antes da manutenção corretiva com ou sem substituição de peças, realizar a calibração antes e após a corretiva, apresentando os certificados ao contratante para tomadas de decisões e avaliar risco sanitário.

5.6.17 Atender as chamadas para manutenção corretiva independente das visitas para manutenção preventiva tantas vezes quantas forem necessárias, no prazo máximo de 02 dias corridos;

5.6.18 Fornecer por sua conta, todos os materiais necessários à execução dos serviços de Manutenção Corretiva, Preventiva e Calibração, tais como: ferramental, equipamentos de teste, lubrificantes, óleos, agentes químicos, borrachas, etc.;

5.6.19 A Contratada deverá fornecer por sua conta, todas as peças, partes e acessórios de reposição necessários à perfeita execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva visando garantir o perfeito funcionamento do equipamento. Inclua-se a essa relação de peças, aquelas de substituição obrigatória;

5.6.20 Responder integralmente, por perdas e danos que vier a causar à comodatária ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras condições contratuais ou legais a que estiver sujeita;

5.6.21. A manutenção corretiva e preventiva das bombas de infusão ficará a cargo da Contratada, deverá ser imediata quando solicitada e deverá ser realizada conforme cronograma.

**Dos equipamentos localizados no CAISM Unicamp:**

5.6.22 A realização de manutenções preventivas deve ser executada *in loco*, anualmente ou período inferior de acordo com as especificações do fabricante. O cronograma deve ser enviado com data e horário das visitas de manutenção preventiva, calibração e ensaios de segurança elétrico à Engenharia Clínica do CAISM para confirmação imediatamente no início de vigência e/ou renovação do contrato. Qualquer adiantamento ou cancelamento de visita para manutenção preventiva, calibração e ensaio de segurança elétrica deverá obrigatoriamente, ser comunicado pela contratada a Engenharia Clínica do CAISM por escrito e com antecedência mínima de 72 horas. Identificar a realização da manutenção preventiva e calibração através de etiqueta a ser fixada no equipamento, contendo a data da execução, data prevista para a próxima e do executor;

5.6.23 Exigir que seu agente de serviço, antes de iniciar a execução de qualquer serviço, apresente-se ao serviço de Engenharia Clínica do CAISM;

5.6.24 Permitir que seu agente de serviço seja acompanhado pelo servidor da Engenharia Clínica do CAISM, durante a execução de qualquer serviço;

5.6.25 Exigir que seu agente de serviço colabore com o servidor da Engenharia Clínica do CAISM, no sentido de fornecer todas as informações sobre o trabalho executado;

5.6.25.1 Apresentar ao servidor da Engenharia Clínica do CAISM, um relatório técnico para cada visita, contendo detalhadas as atividades executadas e pendentes, a relação de partes e peças substituídas com seus respectivos códigos e a discriminação das horas trabalhadas e profissionais que executaram os serviços. Os relatórios deverão ser individualizados.



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02738E9C-E2C1-4C0E-9A92-7B7 7DB5AE0D

**Dos equipamentos localizados no Hemocentro:**

5.6.26 A realização de manutenções preventivas deve ser executada in loco, anualmente ou período inferior de acordo com as especificações do fabricante. O cronograma deve ser enviado com data e horário das visitas de manutenção preventiva, calibração e ensaios de segurança elétrico à Engenharia do Hemocentro para confirmação imediatamente no início de vigência e/ou renovação do contrato. Qualquer adiantamento ou cancelamento de visita para manutenção preventiva deverá obrigatoriamente ser comunicado pela contratada ao Hemocentro por escrito e com antecedência mínima de 72 horas. Identificar a realização da manutenção preventiva e calibração através de etiqueta a ser fixada no equipamento, contendo a data da execução, data prevista para a próxima e do executor;

5.6.27 Exigir que seu agente de serviço, antes de iniciar a execução de qualquer serviço, apresente-se ao serviço da Engenharia Clínica do Hemocentro

5.6.28 Permitir que seu agente de serviço seja acompanhado pelo servidor da Engenharia do Hemocentro, durante a execução de qualquer serviço;

5.6.29 Exigir que seu agente de serviço colabore com o servidor da Engenharia Clínica do Hemocentro, no sentido de fornecer todas as informações sobre o trabalho executado;

5.6.29.1 Apresentar ao servidor da Engenharia Clínica do Hemocentro um relatório técnico para cada visita, contendo detalhadas as atividades executadas e pendentes, a relação de partes e peças substituídas com seus respectivos códigos e a discriminação das horas trabalhadas e profissionais que executaram os serviços. Os relatórios deverão ser individualizados.

5.6.30 As visitas de Manutenção Corretiva e Preventiva e assistência técnica serão realizadas no horário das 08h30min horas às 17h30min horas, de segunda a sexta-feira.

5.6.31 A contratada só poderá remover o(s) equipamento(s) ou qualquer parte dele(s) mediante consentimento prévio e por escrito:

a) Da Engenharia Clínica do CAISM quanto aos equipamentos instalados no CAISM.
b) Da Engenharia Clínica do Hemocentro, quanto aos equipamentos instalados no Hemocentro.

.

Campinas, 25 de agosto de 2026.

_____

**Unidades solicitantes:**
Almoxarifados (CAISM e Hemocentro)

**Área Técnica:**
Seção de Assessoria e Planejamento em Materiais (CAISM e Hemocentro)
Seção de Engenharia Clínica CAISM
Centro de Engenharia Biomédica - CEB/ UNICAMP



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02A3D4E9-E2C1-4C30-E9A9-27B7-AD75AE0D

Engenharia Clínica/Metrologia - Hemocentro

# ANEXO I – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

**De:** **Teste N°:_____**
**Para:**

**Data de entrega:** **Data para devolução:**

**N° do processo:** **N° do Pregão:** **Item: 01**

**CCAISM: 983289 – EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICO**
**Descrição completa:** EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO; DE SISTEMA PERISTALTICO LINEAR (DEDILHAMENTO); PARA INFUSAO DE FARMACOS PARENTERAIS; PONTA PERFURANTE, COMPATIVEL COM BOLSAS E FRASCOS; COM TUBO EM MATERIAL ISENTO DE LATEX E PVC; TRANSPARENTE; CAMARA FLEXIVEL DE GOTEJAMENTO, TRANSPARENTE, CONTENDO FILTRO INTERNODE 15 MICRA; COMPRIMENTO: 250 A 285 CM; FILTRO DE SOLUCAO E DEELIMINACAO DE AR DE 0,2 MICRA; COM INTERMEDIARIO (OU SEM) EM SILICONE; REGULADOR DE FLUXO EM PLASTICO COM SISTEMA ROLETE RECARTILHADO; SISTEMA DE ENGATE CONICO POR CONECTOR MACHO, ENCAPSULAMENTO PROTETOR REMOVIVEL; COM INJETOR; CLAMP ANTIFLUXO LIVRE COM TRAVA MECANICA; CONTROLE DE GOTEJAMENTO POR SISTEMA DE PRESILHA TIPO CLAMP; TAMPAS OCLUSORAS NOS CONECTORES TERMINAIS; EXTREMIDADE PADRAO LUER-LOCK ROTATIVO,C/ CAPA PROTETORA,SIST. DE CONTROLE DO PREENCHIMENTO C/FILTRO; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL C/BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA TRANSFERENCIA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE

**Descrição complementar:**

1. A embalagem do produto deve apresentar rótulo completo em português.
2. Serão aceitos equipos com controle de gotejamento por sistema de presilha ou clamp.
3. Os equipos deverão apresentar cinta plástica de contenção no interior da embalagem.
4. O equipo deve apresentar sistema corta fluxo em caso de desconexão acidental da bomba.
5. Serão aceitos equipos dedicados à bomba de infusão ofertada.
6. O equipo deverá atender a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 539, de 30 de agosto de 2021.

**Marca:** **Código/Referência:** **Lote:** **Validade:**
**Fabricante:** **Fornecedor:**
**Registro na Anvisa:** **Vigência:**

| Teste Funcional | Sim | Não |
|---|---|---|
| A embalagem do produto apresenta rótulo completo em português | | |
| A embalagem do produto permite que a sua abertura e a transferência sejam assépticas | | |
| A embalagem do equipo é do tipo blister | | |
| O equipo é livre de látex e PVC | | |
| A aplicação de uso do equipo é para uso parenteral para drogas não fotossensíveis | | |
| O equipo apresenta sistema corta fluxo em caso de desconexão acidental da bomba | | |
| Possui clamp antifluxo com trava mecânica | | |



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92738E9E-E2C1-4B3E-9A92-7287ADB5AE0D

| | | |
|---|---|---|
| As pontas perfurantes são capazes de perfurar e penetrar o ponto de conexão do equipo do recipiente de solução sem necessidade de perfuração anterior e sem que ocorra extração de material durante este processo | | |
| As pontas perfurantes são capazes de perfurar e penetrar o ponto de conexão do equipo do recipiente de solução sem quebrar | | |
| A tampa do conector distal é com filtro eliminador de ar | | |
| A câmara gotejadora apresenta filtro de ar | | |
| O equipo apresenta filtro de linha | | |
| O equipo é construído totalmente transparente | | |
| Possui controle de gotejamento do tipo clamp ou presilha | | |
| O equipo apresenta cinta plástica de contenção | | |
| Possui tampas oclusoras nos conectores terminais | | |
| O equipo é livre de vazamento pelas conexões | | |
| O equipo é estéril | | |
| A construção do equipo e seus componentes se mantêm íntegros ao longo da sua utilização e não desmontam. | | |
| O equipo é de uso dedicado à bomba de infusão ofertada | | |
| O equipo atende a RDC nº 539, de 30 de agosto de 2021 | | |
| O produto tem registro vigente na ANVISA | | |
| O produto atende as especificações do edital | | |

***Observações sobre o produto:*** dispensada a exigência do injetor.

_____

_____

**APROVADO ( )** **REPROVADO ( )**

**Nome:_____ COREN ( ) CRM ( ) nº:_____ Data: ___/_____/_____**

**Carimbo e assinatura:**



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02738E0E2C14C30E9A92F287ADB5AEA0

# ANEXO I – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

**De:** **Teste N°:_____**
**Para:**
**Data de entrega:** **Data para devolução:**

**N° do processo:** **N° do Pregão:** **Item: 02**

**CCAISM: 340851– EQUIPO PARENTERAL P/BOMBA DE INFUSAO**
**Descrição completa:** EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO; DE SISTEMA PERISTALTICO LINEAR (DEDILHAMENTO); MACROGOTAS; LIVRE DE LATEX; PARA INFUSAO DE FLUIDOS POR VIAS PARENTERAIS; PONTA PERFURANTE COMPATIVEL COM BOLSAS E FRASCOS; COM TUBO EM PVC FLEXIVEL TRANSPARENTE; CAMARA FLEXIVEL DE TRANSPARENTE; FILTRO POROSO 15 MICRAS, LOCALIZADO NA CAMARA GOTEJADORA E PROXIMO AO PACIENTE; COMPRIMENTO: 250 A 290CM; SISTEMA DE ENTRADA DE AR C/FILTRO DE 0,22 MICRAS ENTRE A PONTA E A CAMARA; COM INTERMEDIARIO (OU SEM) EM SILICONE; REGULADOR DE FLUXO EM PLASTICO COM SISTEMA ROLETE RECARTILHADO; SISTEMA DE ENGATE CONICO POR CONECTOR MACHO, ROSCA GIRO LIVRE E SEM FIXACAO NO TUBO; COM INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE OU COM SISTEMA LIVRE DE AGULHAS (NEEDLE FREE); CONTROLE DE GOTEJAMENTO POR SISTEMA DE PRESILHA TIPO CLAMP; TAMPAS OCLUSORAS NOS CONECTORES TERMINAIS; EXTREMIDADE RESISTENTE A FLUXO DE PRESSAO; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL C/BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA TRANSFERENCIA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE .
**COMPLEMENTO:** O DISPOSITIVO DEVE TER SISTEMA CORTA FLUXO EM CASO DE DESCONEXAO ACIDENTAL DA BOMBA. CINTA PLASTICA DE CONTENCAO. EMBALAGEM DO TIPO BLISTER.
**Descrição complementar:**

1. A embalagem do produto deve apresentar rótulo completo em português.
2. Serão aceitos equipos com controle de gotejamento por sistema de presilha ou clamp.
3. A ponta do equipo deve ter conector luer lock rotativo com giro livre sem fixação no tubo flexível.
4. Serão aceitos equipos de uso dedicado à bomba de infusão ofertada.
5. O equipo deverá atender a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 539, de 30 de agosto de 2021.

**Marca:** **Código/Referência:** **Lote:** **Validade:**
**Fabricante:** **Fornecedor:**
**Registro na Anvisa:** **Vigência:**

| Teste Funcional | Sim | Não |
|---|---|---|
| A embalagem do produto apresenta rótulo completo em português | | |
| A embalagem do produto permite que a sua abertura e a transferência sejam assépticas | | |
| A embalagem do equipo é do tipo blister | | |
| O equipo é livre de látex | | |
| A aplicação de uso do equipo é para uso parenteral para drogas não fotossensíveis | | |
| O equipo apresenta sistema corta fluxo em caso de desconexão acidental da bomba | | |
| As pontas perfurantes são capazes de perfurar e penetrar o ponto de conexão do equipo do recipiente de solução sem necessidade de perfuração anterior e sem que ocorra extração de material durante este processo | | |
| As pontas perfurantes são capazes de perfurar e penetrar o ponto de conexão do equipo do recipiente de solução sem quebrar | | |
| A tampa do conector distal é com filtro eliminador de ar | | |
| A câmara gotejadora apresenta filtro de ar | | |
| O equipo apresenta filtro de linha | | |
| O equipo é construído totalmente transparente | | |



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02738E0E2C14C30E9A92728 7ADB5AEA0

| | | |
|---|---|---|
| O equipo apresenta cinta plástica de contenção | | |
| O equipo é livre de vazamento pelas conexões | | |
| O equipo é estéril | | |
| A construção do equipo e seus componentes se mantêm íntegros ao longo da sua utilização e não desmontam. | | |
| A ponta do equipo é com conector luer lock rotativo com giro livre sem fixação no tubo flexível | | |
| O equipo é de uso dedicado à bomba de infusão ofertada | | |
| O equipo atende a RDC nº 539, de 30 de agosto de 2021 | | |
| O produto tem registro vigente na ANVISA | | |
| O produto às especificações do edital | | |

***Observações sobre o produto:***

_____

_____

**APROVADO ( )** **REPROVADO ( )**

**Nome:_____ COREN ( ) CRM ( ) nº:_____ Data: ___/_____/_____**

**Carimbo e assinatura:**



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92738E9C-E2C1-4C0E-9A92-7B7ADB5AEA0D

# ANEXO I – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

**De:** **Teste N°:_____**
**Para:**

**Data de entrega:** **Data para devolução:**

**N° do processo:** **N° do Pregão:** **Item: 03**

**CCAISM: 952690 – EQUIPO FOTOSSENSIVEL P/BOMBA DE INFUSAO**
**Descrição completa:** EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO; DE SISTEMA SISTEMA PERISTALTICO LINEAR (DEDILHAMENTO); MACROGOTAS; LIVRE DE LATEX; PARA INFUSAO DE FARMACOS PARENTERAIS FOTOSSENSIVEIS;PONTA PERFURANTE, COMPATIVEL C/BOLSAS E FRASCOS; SEM PVC E DEHP; PROTECAO CONTRA LUMINOSIDADE; CAMARA FLEXIVEL DE FILTRO POROSO 15 MICRAS, LOCALIZADO NA CAMARA GOTEJADORA E PROXIMO AO PACIENTE; COMPRIMENTO: 250 A 290 CM; SISTEMA DE ENTRADA DE AR C/FILTRO 0,22 MICRAS ENTRE A PONTA E A CAMARA; COM INTERMEDIARIO (OU SEM) EM SILICONE; REGULADOR DE FLUXO EM PLASTICO COM SISTEMA ROLETE RECARTILHADO; SISTEMA DE ENGATE CONICO POR CONECTOR MACHO, ENCAPSULAMENTO PROTETOR REMOVIVEL; CONTROLE DE GOTEJAMENTO POR SISTEMA DE PRESILHA TIPO CLAMP; DEVE APRESENTAR SISTEMA CORTA FLUXO EM CASO DE DESCONEXAO ACIDENTAL; TAMPAS OCLUSORAS NOS CONECTORES TERMINAIS; ACOMPANHA: CAPA DE PROTECAO CONTRA LUMINOSIDADE PARA BOLSA OU FRASCO; EXTREMIDADE TIPO RESISTENTE A FLUXO DE PRESSAO; A PONTA DO EQUIPO DEVE TER CONECTOR LUER LOCK ROTATIVO COM GIRO LIVRE; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL C/BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA TRANSFERENCIA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE; OS EQUIPOS DEVERAO APRESENTAR CINTA PLASTICA DE CONTENCAO NO INTERIOR DA EMBALAG. **COMPLEMENTO**: O DISPOSITIVO DEVE TER SISTEMA CORTA FLUXO EM CASO DE DESCONEXAO ACIDENTAL DA BOMBA. CINTA PLASTICA DE CONTENCAO. EMBALAGEM DO TIPO BLISTER
**Descrição complementar:**

1. A embalagem do produto deve apresentar rótulo completo em português.
2. A ponta do equipo deve ter conector luer lock rotativo com giro livre sem fixação no tubo flexível.
3. O equipo apresenta capa de proteção contra luminosidade.
4. Serão aceitos equipos de uso dedicado a bomba de infusão ofertada.
5. O equipo deverá atender a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 539, de 30 de agosto de 2021.

**Marca:** **Código/Referência:** **Lote:** **Validade:**
**Fabricante:** **Fornecedor:**
**Registro na Anvisa:** **Vigência:**

| Teste Funcional | Sim | Não |
|---|---|---|
| A embalagem do produto apresenta rótulo completo em português | | |
| A embalagem do produto permite que a sua abertura e a transferência sejam assépticas | | |
| A embalagem do equipo é do tipo blister | | |
| O equipo é livre de látex | | |
| A aplicação de uso do equipo é para uso parenteral para drogas fotossensíveis | | |
| O equipo apresenta sistema corta fluxo em caso de desconexão acidental da bomba | | |
| As pontas perfurantes são capazes de perfurar e penetrar o ponto de conexão do equipo do recipiente de solução sem necessidade de perfuração anterior e sem que ocorra extração de material durante este processo | | |
| As pontas perfurantes são capazes de perfurar e penetrar o ponto de conexão do equipo do recipiente de solução sem quebrar | | |



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92738E9C-E2C1-4C0E-9A92-7287ADB5AEA0

| | | |
|---|---|---|
| A tampa do conector distal é com filtro eliminador de ar | | |
| A câmara gotejadora apresenta filtro de ar | | |
| O equipo apresenta filtro de linha | | |
| O equipo é construído totalmente translucido na cor âmbar | | |
| O equipo apresenta cinta plástica de contenção | | |
| O equipo apresenta capa de proteção contra luminosidade | | |
| O equipo é livre de vazamento pelas conexões | | |
| O equipo é estéril | | |
| A construção do equipo e seus componentes se mantem íntegros ao longo da sua utilização e não desmontam. | | |
| A ponta do equipo é com conector luer lock rotativo com giro livre sem fixação no tubo flexível | | |
| O equipo é de uso dedicado a bomba de infusão ofertada | | |
| O equipo atende a RDC nº RDC nº 539, de 30 de agosto de 2021 | | |
| O produto tem registro vigente na ANVISA | | |
| O produto atende as especificações do edital | | |

***Observações sobre o produto:***

_____

_____

**APROVADO ( )** **REPROVADO ( )**

**Nome:_____ COREN ( ) CRM ( ) nº:_____ Data: ___/_____/_____**

**Carimbo e assinatura:**



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02738D4E9CE2C14C01E9A92F287ADB5AEA01

# ANEXO I – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

**De:** **Teste N°:_____**
**Para:**

**Data de entrega:** **Data para devolução:**

**N° do processo:** **N° do Pregão:** **Item: 04**

**CCAISM: 987693 – EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO HEMODERIVADOS**
**Descrição completa:** EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO; DE SISTEMA VOLUMETRICO; PERISTATICA (PISTAO OU DEDILHAMENTO); PARA INFUSAO PARENTERAL DE SANGUE E HEMODERIVADO; TIPO MACROGOTAS, ESTERIL, DE USO UNICO E DESCARTAVEL; COM TUBO EM PVC FLEXIVEL, LIVRE DE LATEX, ATOXICO, APIROGENICO E TRANSPARENTE; CAMARA FLEXIVEL DE MATERIAL TRANSPARENTE COM FILTRO ESPECIFICO PARA HEMODERIVADOS (200 MICRAS); COMPRIMENTO: 200 A 290 CM; COM INTERMEDIARIO DE SILICONE (OU SEM); PONTA PERFURANTE UNIVERSAL, COM SISTEMA DE CONTROLE DE PREENCHIMENTO, SISTEMA CORTA-FLUXO LIVRE; CONTROLE DE GOTEJAMENTO POR REGULADOR DE FLUXO EM PLASTICO COM PINCA ROLETE; TAMPAS OCLUSORAS EM EXTREMIDADES E CINTA DE CONTENCAO; EXTREMIDADE TIPO LUER LOCK REVERSIVEL COM CONECTOR MACHO, ROSCA GIRO LIVRE; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL APROPRIADO COM BARREIRA MICROBIANA QUE PERMITA A TRANSFERENCIA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE

**Descrição complementar:**

1. A embalagem do equipo deverá ser tipo blister.
2. A embalagem deve indicar o priming do equipo.
3. O equipo deve ser desprovido de injetor lateral;
4. Serão aceitos equipos com características compatíveis com a bomba de infusão ofertada em comodato.
5. As características e funcionalidade da embalagem e do produto devem estar de acordo com as descrições do teste funcional.

**Marca:** **Código/Referência:** **Lote:** **Validade:**
**Fabricante:** **Fornecedor:**
**Registro na Anvisa:** **Vigência:**

| **Avaliação Amostral** | | |
|---|---|---|
| ***Fase pré-analítica (compatibilidade com o descritivo, identificação e embalagem)*** | **Sim** | **Não** |
| A embalagem traz todas as informações em português | | |
| Rótulo traz especificações capaz de identificar o produto | | |
| Possui registro ANVISA vigente e compatível com aquele apresentado em proposta | | |
| O produto é compatível com a bomba de infusão ofertada em comodato | | |
| O equipo é indicado para infusão parenteral de sangue e hemoderivados | | |
| Possui indicação do priming do cateter | | |
| Embalagem íntegra | | |
| Permite abertura e transferência asséptica | | |
| Produto atende ao descritivo e a descrição complementar | | |
| Matéria-prima e/ou composição atende ao descritivo | | |
| As dimensões/medidas/tamanho/calibre atende ao descritivo | | |



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02738E0E2C14C30E9A92728 7AD75AEA0

| | | |
|---|---|---|
| O equipo apresenta cinta plástica de contenção | | |
| O equipo possui regulador de fluxo com pinça rolete | | |
| Possui pinça corta-fluxo | | |
| A ponta do equipo é com conector luer lock rotativo com giro livre | | |
| O equipo apresenta filtro de 200 micras | | |
| O equipo é sem injetor lateral | | |
| A tampa do conector distal apresenta filtro eliminador de ar | | |
| O equipo possui tampas oclusoras nas extremidades | | |
| ***Caso o produto obtenha resposta negativa para quaisquer dos quesitos supracitados, o mesmo será considerado reprovado.*** | | |
| ***Se todos os quesitos acima obtiveram respostas positivas, prosseguir o teste para a fase analítica em teste funcional.*** | | |
| ***Fase analítica (características do produto e seu desempenho)*** | **Sim** | **Não** |
| As pontas perfurantes são capazes de penetrar o ponto de conexão da bolsa sem quebrar, sem necessidade de perfuração anterior e sem que ocorra perda do material durante este processo | | |
| A construção do equipo e seus componentes se mantêm íntegros ao longo da sua utilização e não desmontam | | |
| Conexões com ajustes livres de vazamentos | | |
| O equipo apresenta sistema corta fluxo em caso de desconexão acidental da bomba | | |
| A pinça corta-fluxo bloqueia o fluxo sem comprometer a integridade da extensão | | |
| O cateter permite o fluxo adequado de infusão parenteral de sangue e hemoderivados | | |
| O produto atende as especificações do edital | | |

***Observações sobre o produto:***

_____

_____

**APROVADO ( )** **REPROVADO ( )**

**Nome:_____ COREN ( ) CRM ( ) nº:_____ Data: ___/_____/_____**

**Carimbo e assinatura:**



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92738E9C-E2C1-4C0E-9A92-7B7 7DB5AEA0D

## ANEXO II - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

| *"Bomba de Infusão Peristáltica Volumétrica Linear"* | Atende | Não atende |
|---|---|---|
| **1. Aplicação:** | | |
| **1.1.** Infusão de soluções parenterais e hemoderivados; | | |
| **2. Características Gerais:** | | |
| **2.1.** Projetada para utilização com equipo dedicado; | | |
| **2.2.** Compatível com equipos específicos para: | | |
| **2.2.1.** Soluções parenterais; | | |
| **2.2.2.** Fármacos fotossensíveis; | | |
| **2.2.3.** Hemoderivados; | | |
| **2.2.4.** Quimioterápicos ; | | |
| **2.3.** Portátil; | | |
| **2.4.** Com alça de transporte; | | |
| **2.5.** Monocanal; | | |
| **2.6.** Controlada por microprocessador; | | |
| **2.7.** Sistema de calibração de fábrica para entrega de fluxo/volume, sem necessidade de ajustes/intervenções pelo operador; | | |
| **2.8.** Sistema de infusão através de mecanismo peristáltico linear do tipo "dedilhamento"; | | |
| **2.9.** Sistema de preenchimento do equipo através de função tipo "purgar" ou "bolus"; | | |
| **2.10.** Possibilidade de trabalhar sem sensor de gotas, mantendo as funções de alarme de ar na linha e oclusão habilitados; | | |
| **2.11.** Com conexão "wi-fi" Conectividade sem fio (Wi-Fi); | | |
| **2.12.** O equipamento deve possuir conectividade sem fio (Wi- Fi) integrada ou, quando aplicável, por meio de acessório original do fabricante, compatível com a infraestrutura de rede do hospital, destinada exclusivamente à comunicação e transferência automática de dados (logs de eventos, parâmetros de uso, relatórios e configurações) para o sistema de gestão/conectividade do fabricante ou plataforma utilizada pela instituição, no equipamento ou através da estativa/estação que permita acesso a todos equipamentos conectados; | | |
| **2.13.** Peso máximo admissível com baterias instaladas de 3,0 Kg; | | |
| **3. Sistema de Fixação:** | | |
| **3.1.** Sistema de fixação através de dispositivo tipo "morsa"; | | |
| **3.2.** Com ajuste para fixar o equipamento em estruturas verticais ou horizontais; | | |



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02738E0E2C14C30E9A92F287ADB5AE0D

| | | |
|---|---|---|
| **3.3.** Possibilidade de empilhamento de 03 bombas de infusão através de um dos dispositivos abaixo: | | |
| **3.3.1.** Sistema de conexão/engate entre os equipamentos (cabos necessários para conectar 03 bombas simultaneamente); | | |
| **3.3.2.** Sistema de conexão por meio de “racks” (acompanhado de um rack para verificação durante o teste); | | |
| **4. Indicação Digital:** | | |
| **4.1.** Tela de LCD/LED: | | |
| **4.1.1.** De 03 polegadas; | | |
| **4.1.2.** Com sistema de iluminação ou retroiluminação; | | |
| **4.1.3.** Com ajuste de intensidade luminosa pelo usuário; | | |
| **4.1.4.** Ajuste de modo noturno, diminui a iluminação por um período programado; | | |
| **4.2.** Indicação de operação em bateria; | | |
| **4.3.** Indicação de operação em rede elétrica; | | |
| **4.4.** Visualizações não simultâneas: | | |
| **4.4.1.** Fluxo (ml/h); | | |
| **4.4.2.** Volume total programado; | | |
| **4.4.3.** Volume infundido ou regressivo; | | |
| **4.4.4.** Tempo total para infusão; | | |
| **4.4.5.** Tempo decorrente/ou decorrido de infusão; | | |
| **4.4.6.** Indicação da quantidade de carga de bateria em 03 níveis ou pela exibição percentual da capacidade restante; | | |
| **4.4.7.** Falhas de funcionamento; | | |
| **4.5.** Visualizações simultâneas na mesma tela, sem necessidade de pressionar nenhum botão/tecla, função, setas/cursores e barra de rolagem (ou similares): | | |
| **4.5.1.** Fluxo (ml/h); | | |
| **4.5.2.** Volume total programado e/ou volume infundido e/ou apresentação do valor regressivo do volume total programado conforme a taxa de infusão; | | |
| **5. Parâmetros de Infusão:** | | |
| **5.1.** Erro de infusão de 5,0 % ou inferior; | | |
| * Teste de conferência: As amostras serão avaliadas quanto aos parâmetros de infusão (volume, tempo de estabilização, fluxo e percentual de erro), utilizando dois equipos fornecidos e recomendado pelos fabricantes. As medições serão realizadas com analisador de bomba de infusão da marca FLUKE, modelo IDA-1S, devidamente calibrado e rastreado.<br><br>As medições realizadas encontram-se abaixo e terão a análise de percentual de | | |



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92738EC2E2A14C01E9A92F287ADB5AE0

| | | |
|---|---|---|
| erro de infusão:<br>20 ml em 01 hora: Erro em %:<br>20 ml em 02 horas: Erro em %:<br>150 ml em 02 h e 30 min.: Erro em %:<br>380 ml em 01 hora: Erro em %:<br>380 ml em 02 horas: Erro em %:<br>380 ml em 06 horas: Erro em %: | | |
| **5.2.** Faixa de volume total ajustável de 0,1 a 9.999 ml: | | |
| **5.2.1.** Com incremento de microvolume de 0,1 ml; | | |
| **5.2.2.** Com incremento de macrovolume de 1,0 ml; | | |
| **5.3.** Faixa de fluxo ajustável de 0,1 a 1200 ml/h: | | |
| **5.3.1.** Com incremento de microfluxo com incrementos de 0,1 ml/h; | | |
| **5.3.2.** Com incremento de macrofluxo com incrementos de 1,0 ml/h | | |
| **5.4.** Cálculo automático de parâmetros: | | |
| **5.4.1.** Inserção de volume total e tempo total: cálculo automático de fluxo (ml/h); | | |
| **5.4.2.** Inserção de fluxo (ml/h) e volume total: cálculo automático do tempo total; | | |
| **5.5.** Sistema de pausa manual e/ou programável pelo operador; | | |
| **5.5.1** O sistema de pausa deverá manter a memória do volume infundido referente a programação ativa, vinculada ao balanço hídrico, garantido que a interrupção temporária da infusão não cause a perda/zeragem/reinício do volume total infundido e assegurando ainda, a continuidade da contagem/registro do volume após o término da pausa e continuidade da infusão; | | |
| **5.5.2** O equipamento deve permitir o zeramento manual do volume infundido apenas mediante comando intencional do operador; | | |
| **5.6.** Sistema KVO com ajuste de fluxo; | | |
| **5.7.** Sistema Bolus: | | |
| **5.7.1.** Com sistema de segurança para evitar acionamento acidental; | | |
| **5.7.2.** Ajustável pelo operador de 0,1 a 999 ml/h; | | |
| **5.8.** Ajuste de tempo: | | |
| **5.8.1.** De 01 minuto a 99 horas e 59 minutos; | | |
| **5.8.2.** Com incremento de 01 minuto; | | |
| **5.9.** Modo de dose (peso corporal) com seleção de: | | |
| **5.9.1.** mL/h; | | |
| **5.9.2.** µg/kg/min; | | |
| **5.9.3.** mg/kg/h; | | |



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02738E0C1E2C14C01E9A92728717AD75AE01

| | | |
|---|---|---|
| **5.9.4.** Biblioteca programável; | | |
| **5.10.** Com um dos modos avançados abaixo: | | |
| **5.10.1.** Modo de intervalo ou intermitente: permite administrar duas taxas de doses distintas em intervalos regulares e por um número definido de etapas; | | |
| **5.10.2.** Modo de etapas múltiplas ou velocidades múltiplas: a velocidade de infusão da solução aumenta ou diminui nos níveis especificados; | | |
| **5.10.3.** Modo de início atrasado ou retardo: a infusão começa a ser administrada após o tempo selecionado; | | |
| **5.10.4.** Bolus programável com seleção de volume e tempo, com cálculo automático do fluxo/vazão; | | |
| **5.10.5.** Biblioteca de fármacos com limite máximo de dosagem pré-definida de acordo com a droga; | | |
| **6. Alarmes:** | | |
| **6.1.** Oclusão com identificação diferenciada em tela para: | | |
| **6.1.1.** Oclusão Distal: entre a droga e o equipamento; | | |
| **6.1.2.** Oclusão Proximal: entre o equipamento e o paciente; | | |
| **6.1.3.** Tempo de oclusão com equipamento configurado no modo de maior sensibilidade com fluxo de 100 ml/h: ≤ 02 minutos (com tolerância de 30 segundos); | | |
| **6.2.** Ar na Linha: | | |
| **6.2.1.** Sensor ultrassônico; | | |
| **6.2.2.** Com ajuste de sensibilidade; | | |
| **6.2.3.** Nível de detecção do sensor de 0,05 ml; | | |
| **6.2.4.** Detecção cumulativa: ≤ 4,0 ml; | | |
| **6.3.** Infusão completa; | | |
| **6.4.** Infusão perto do fim; | | |
| **6.5.** Funcionamento em KVO; | | |
| **6.6.** Nível baixo de carga de bateria; | | |
| **6.7.** Porta aberta; | | |
| **6.8.** Erro de fluxo e/ou fluxo não compatível; | | |
| **6.9.** Lembrete de início de infusão após programação; | | |
| **6.10.** Ajuste de volume do alarme; | | |
| **6.11.** Silenciador temporário de alarme; | | |
| **7. Características Elétricas:** | | |
| **7.1.** Alimentação elétrica: 110~220VAC@60Hz por comutação automática; | | |
| **7.2.** Potência/consumo máximo admissível de 30 W; | | |
| **7.3.** Alimentação simultânea para até 03 equipamentos interligados por cabos ou racks. Em qualquer um dos métodos o conjunto de até 03 equipamentos deve ser | | |



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02738EC2E2A14C01E9A92F287ADB5AE0

| | | |
|---|---|---|
| alimentado por um único ponto de rede elétrica, sem uso de réguas ou qualquer outro tipo de dispositivo de adaptação; | | |
| **7.4.** Bateria interna recarregável com autonomia de 05 horas (para vazão de 25 ml/h); | | |
| **7.5.** Tempo máximo admissível para recarga total do equipamento desligado, considerando a bateria totalmente descarregada: ≤ 10 horas; | | |
| **7.6.** Cordão de alimentação elétrica destacável sem auxílio de ferramenta; | | |
| **8. Segurança:** | | |
| **8.1.** Bloqueio das funções e sistema de desbloqueio; | | |
| **8.2.** Grau de proteção elétrica: Classe I tipo BF; | | |
| **8.3.** Grau de proteção contra penetração de líquidos: IP22; | | |
| **8.4.** Relatório dos últimos 1.000 erros/eventos; | | |
| **8.5.** Sistema de auto teste inicial; | | |
| **8.6.** Indicação de falha/necessidade de substituição da bateria; | | |
| **8.7.** Aviso de manutenção preventiva; | | |
| **8.8.** Sistema de contra fluxo livre: ao remover o equipo da bomba de infusão, o sistema fecha automaticamente o clipe contra fluxo livre do equipo de infusão; | | |
| **8.9.** Sistema contra instalação errada do equipo: dificulta o fechamento da porta se o equipo não estiver instalado corretamente; | | |
| **8.10.** Sistema de vedação da porta para proteger o interior da bomba contra o derramamento de solução; | | |
| **9. Acessórios:** | | |
| **9.1.** Demais acessórios necessários para garantir o perfeito funcionamento do equipamento. | | |



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 02A3D4E9-E2C1-4C30-B692-7287ADB5AE0D

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO OLIVEIRA BONIFACIO, ENGENHEIRO CLÍNICO, em 25/08/2026, às 14:07 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE AFAZ SAMPAIO, SUPERVISOR DE SEÇÃO, em 25/08/2026, às 12:50 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por GISLENE APARECIDA DA SILVA, ENFERMEIRO, em 25/08/2026, às 13:31 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por CICERO DANIEL FERREIRA DE SOUSA, ENGENHEIRO CLINICO, em 25/08/2026, às 12:54 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por LIVIA SANTANA LEVADA, ENFERMEIRA, em 25/08/2026, às 13:45 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por LUIS GUSTAVO CAIS CHIEPPE, ENGENHEIRO ELETRICISTA, em 25/08/2026, às 18:17 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

**A autenticidade do documento pode ser conferida no site: sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador: 6C78D819 F2C14C00 9AD2F1E7 ADB5ACDD**

UNICAMP
SIGAD

## 6. MODELO DE GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. Os fornecedores registrados por meio da Ata de Registro de Preços estarão obrigados a celebrar as contratações que dela poderão advir nas condições estabelecidas neste Termo de Referência.

6.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a celebrar contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços.

6.3. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizadas mediante contrato ou instrumento equivalente, cujas condições gerais estão descritas no Item 7 do presente Termo de Referência.

6.3.1. O fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o contrato ou, quando adotado instrumento contratual simplificado, confirmar o seu recebimento, sob pena de decadência do direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

6.3.2. O prazo para assinatura previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado por igual período por solicitação justificada do interessado e aceita pela Administração.

6.4. As condições específicas inerentes à gestão e à execução do registro de preços constará detalhadamente na Ata de Registro de Preços, cuja minuta será anexada ao instrumento convocatório.

## 7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, na forma do art. 84, caput da Lei nº 14.133/2021.

7.2. O contrato ou instrumento hábil equivalente deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.4. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.5. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.6. Após a assinatura do contrato ou instrumento hábil equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 988535AC-3E4A-44B1-8369-9281624B7DF4

de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

### 7.7. Garantia da Contratação

7.7.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

7.7.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

### 7.8. Fiscalização

7.8.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7.8.2. O fiscal do contrato acompanhará a sua execução, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no ajuste, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, consoante as atribuições previstas no Art. 16 da Resolução GR nº 14/2023.

### 7.9. Gestor do contrato

7.9.1. O gestor do contrato acompanhará a execução contratual, com apoio dos fiscais do contrato, assegurando o controle dos prazos do contrato; a manutenção das condições de habilitação da contratada; a disponibilidade prévia de empenho, o pagamento, as garantias e as glosas; a formalização de apostilamento e termos aditivos, bem como as demais atribuições necessárias à plena execução do contrato estabelecidas no Art. 14 da Resolução GR nº 14/2023.

### 7.10 Emissão da Declaração de Conteúdo Eletrônica (DC-e)

7.10.1. Quando for necessário o transporte de bens e materiais de propriedade ou sob a guarda da Universidade, considerando sua condição de autarquia não contribuinte do ICMS, caberá à contratada emitir a Declaração de Conteúdo Eletrônica (DC-e) antes do início do trajeto para acobertar o trânsito desses bens e materiais, devendo o transportador portar o respectivo DACE (Documento Auxiliar da Declaração de Conteúdo Eletrônica) durante todo o itinerário, em estrita observância ao item 2, subitem 2.2.3, modalidade 4 – Transportadora do Manual de Orientação da DC-e (MODC) e às diretrizes da Portaria SRE nº 60, de 23 de setembro de 2025.

## 8. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

### 8.1. Liquidação

8.1.1. Recebido provisoriamente o objeto, e mediante ateste da Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, serão iniciados os prazos para recebimento definitivo, liquidação e pagamento do contrato ou da parcela de referência.



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 9[illegible]

8.1.2. A liquidação da despesa será realizada após o recebimento definitivo do objeto integralmente ou da parcela, limitando-se ao prazo de pagamento estabelecido ao fornecedor estabelecido no item 8.2 do Termo de Referência.

8.1.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

**8.2. Prazo de pagamento**

8.2.1. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento provisório, mediante a apresentação de documento fiscal equivalente, desde que tenha ocorrido o recebimento definitivo do objeto integralmente ou da respectiva parcela, nos termos do item 5.3 e subsequentes deste Termo de Referência.

8.2.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente na forma da legislação aplicável (artigo 2º, inciso III, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023, c/c o artigo 1º do Decreto estadual nº 32.117, de 1990), bem como incidirão juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, em relação ao atraso verificado.

**8.3. Forma de pagamento**

8.3.1. O pagamento será efetuado mediante depósito em conta corrente no Banco do Brasil S/A sob a titularidade da Contratada, conforme Decreto Estadual nº 62.867/2017, alterado pelo Decreto Estadual nº 66.000/2021.

8.3.1.1. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome do contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais– CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pelo contratado, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei estadual nº 12.799, 2008.

8.3.2. O Contratante, por ocasião do pagamento, efetuará a retenção de tributos determinada por normativas vigentes, ainda que não haja indicação de retenção no documento fiscal apresentado. As retenções não realizadas no pagamento ao fornecedor tempestivamente poderão ser objeto de desconto em pagamentos futuros.

8.3.2.1. As retenções tributárias efetuadas pelo Contratante, sobre o fornecimento de bens, devem observar a Instrução Normativa nº 1.234, de 2012, exclusivamente para Imposto sobre a renda (IR). Devido à ausência de convênio entre o Estado de São Paulo e a União, o Contratante não efetuará retenção das contribuições para o PIS, COFINS e CSLL, motivo pelo qual o Contratado não deverá destacar tais contribuições nos respectivos documentos fiscais.


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 9[illegible]

8.3.2.2. Os documentos fiscais competentes, quando emitidos dentro do Estado de São Paulo, deverão ser apresentados com destaque indicando o valor do desconto equivalente ao ICMS dispensado, a que se refere o art. 55, do Anexo I, do Regulamento do ICMS, do Estado de São Paulo, aprovado pelo Decreto estadual nº 45.490/00.

8.3.2.2.1. Nos casos do subitem acima, tratando-se de ICMS com alíquota diferente da estabelecida para as operações ou prestações internas (art. 52, inc. I, do referido Regulamento), ou com base de cálculo que não corresponda ao valor total dos produtos que são objeto do documento fiscal, e embasamento legal que o justifica deverá ser, também, destacado nesse mesmo documento

8.3.2.3. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.3.3. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, exceto nos casos em que, por força da legislação vigente, essas retenções sejam devidas.

### 8.4. Emissão da Declaração de Conteúdo Eletrônica (DC-e)

8.4.1. Caberá à contratada emitir a Declaração de Conteúdo Eletrônica (DC-e) para o transporte de bens e mercadorias da Universidade, nos termos do Manual de Orientação da Declaração de Conteúdo Eletrônica (MODC), Item 2, subitem 2.2.3, modalidade 4 - Transportadora, considerando o disposto na Portaria SRE nº 60, de 23 de setembro de 2025.

## 9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

### 9.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR LOTE.

### 9.2. Regime de Execução

9.2.1. O regime de execução do contrato será por empreitada por preço unitário.

### 9.3. Exigências de habilitação

9.3.1. Previamente à celebração do contrato ou emissão de Instrumento equivalente (Autorização de Fornecimento, nota de empenho ou outro), a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 9[illegible]

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

d) Consulta de SANÇÕES do Estado de São Paulo: https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx ;

e) Consulta de Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP): https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados;

9.3.2. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os requisitos descritos nos itens seguintes, conforme sua natureza jurídica.

**9.4. Habilitação jurídica**

9.4.1. **Pessoa física**: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.4.2. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.4.3. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.4.4. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI**: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.4.5. **Sociedade empresária estrangeira**: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

9.4.6. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.4.7. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

9.4.8. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

9.4.9. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

**9.5. Habilitação fiscal, social e trabalhista**



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 988535AC-3E4A-44B1-8369-9281674B7DF4

9.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.5.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.5.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.5.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.5.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Distrital ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.5.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

### 9.6. Qualificação Econômico-Financeira

9.6.1. Não será exigida qualificação econômico-financeira na presente contratação.

### 9.7. Qualificação Técnica

9.7.1. A qualificação técnica obedecerá às condições contidas no Item 4.1 e subitens deste Termo de Referência.

### 9.8. Outras comprovações

9.8.1. Será admitida a participação de pessoas jurídicas em consórcio, mediante:

9.8.1.1 Apresentação do compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados, o qual deverá incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Designação do consórcio e sua composição;



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 988535AC-3E4A-44B1-8369-9281674187DF40

b) Finalidade do consórcio;

c) Prazo de duração do consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo de vigência contratual;

d) Endereço do consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

e) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciado e das prestações específicas;

f) Previsão de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratação;

g) Indicação da empresa líder do consórcio e seu respectivo representante legal, que deverá ter poderes para receber citação, interpor e desistir de recursos, firmar a contratação e praticar todos os demais atos necessários à participação na licitação e execução do objeto contratado, sendo responsável pela representação do consórcio perante a Administração;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consórcio não terá a sua composição modificada sem a prévia e expressa anuência do Contratante até o integral cumprimento do objeto da contratação, observado o prazo de duração do consórcio, definido na alínea “c” desta subdivisão.

9.8.1.2 O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebração da contratação, a constituição e o registro do consórcio, nos termos de seu compromisso de constituição.

9.8.1.3 Cada consorciado, individualmente, deverá atender as exigências relativas a habilitação jurídica e habilitação fiscal, social e trabalhista, e a certidão negativa de falência/insolvência. Para efeito de habilitação econômico-financeira e de habilitação técnica, quando exigida, será observado o disposto no inciso III do caput do artigo 15 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.8.1.4 A inabilitação de qualquer consorciado acarretará a automática inabilitação do consórcio.

9.8.2. Será admitida a participação de cooperativas, mediante apresentação da seguinte documentação complementar, para evidenciar a observância do disposto no artigo 16 da Lei federal nº 14.133/2021:

9.8.2.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

9.8.2.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.8.2.3. Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

9.8.2.4. Edital de convocação e ata da última assembleia geral, e registro de presença dos cooperados presentes nessa assembleia;


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 988535AC3614D44B7CE8369528167B487DDF40

9.8.2.5. Ata da reunião em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

9.8.2.6. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador

9.8.2.7. Documentação que seja demonstrativa de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados, caso essa circunstância não esteja evidenciada na documentação a ser apresentada para atendimento aos subitens anteriores.

9.8.3. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do interessado será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

9.8.4. É dever do interessado manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

9.8.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.8.6. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.8.7. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

## 10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e será tornado público apenas e imediatamente após o julgamento das propostas.

## 11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1.A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou instrumento equivalente decorrente da Ata de Registro de Preços.

Campinas, 02 de outubro de 2026.

_____

Identificação e assinatura do servidor (ou equipe) responsável



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 988535AC-3E4A-44B1-8369-9281674B7DF4

Documento assinado eletronicamente por LUCILENE CRISTINA AMARAL JANUARIO, TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, em 06/10/2026, às 09:11 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por FELIPE SANTOS DE ABREU, PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, em 06/10/2026, às 09:59 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

**A autenticidade do documento pode ser conferida no site: sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador: 368535AC 364D447C 818B595E 6B48DD74**

UNICAMP
SIGAD

UNICAMP

# ORÇAMENTO & EXECUÇÃO DA DESPESA

## NOTA DE EMPENHO

### Dados do Empenho

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Data de Empenho:** | | **Lote:** | | **Exercício:** | 2023 |
| **Processo:** | | **Reserva:** | | **Compromisso:** | |
| **Contrato:** | | | | | |
| **Licitação /** | | | | | |
| **Fonte de Recurso:** | | | | | |
| **CO:** | | | | | |
| **Órgão:** | | | | | |

### Dados do Orçamento Legal

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Funcional Programática** | | | |
| **Classificação Econômica:** | | | |
| **Valor Despesa:** | | **Sistema Origem:** | |

### Credor

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Documento** | | | |
| **Nome / Razão Social:** | | | |
| **Endereço:** | | | |
| **Complemento:** | | **Bairro:** | |
| **Cidade:** | | **Cep:** | |
| **Telefone:** | | **País** | |
| **Conta Bancária:** | | **Caixa Postal:** | |
| **Email:** | | | |

### Especificação da Despesa

Valor Total:

**********
**********



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ"
CEP 13083-970 – CAMPINAS – SP
CNPJ: 46.068.425/0001-33

# Sistema de Compras

## Autorização de Fornecimento (AF)

Núm.

**Dados da Autorização de Fornecimento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empenhada em: | | Valor Total da AF: | |
| Processo de compra: | | Processo Secundário: | |
| Dispensa: | Lei 14.133/2021, Art. 75, II | OC/BEC: | |
| Área de Compra: | | Comprador: | |

**Fornecedor Autorizado**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social: | | | | CPF/CNPJ: | | | |
| Inscrição Estadual: | | | | Inscrição Municipal: | | | |
| Endereço: | | | | Complemento: | | | |
| Bairro: | | | | Caixa Postal: | | | |
| Cidade: | | | | CEP: | | | |
| Telefone: | | | | FAX: | | | |
| E-mail: | | | | | | | |
| Banco: | | Agência: | | C/C: | | DV: | |

**Itens Contratados**

| Item | Qtde | Código | UF | Valor Unit. | Valor Total (R$) | Tipo Recolhimento ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca: | | Modelo: | |
| Validade: | | | |

| Parcela Entrega | Prazo | Qtde |
|---|---|---|
| 1 | | |

| Parcela Pagto | Prazo | A partir de | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |

Empenhada. Fornecedor fora do CADIN no momento do empenho.

**Empenho(s) da**

1 - Contato para entrega: Ivaldo Alves Lombas dos Santos, e-mail ivaldoas@unicamp.br, telefone (19) 3521-7368 ou Danilo R Perillo, e-mail: perillo@unicamp.br, telefone (19) 3521-6579.
2 - Para quaisquer assuntos relacionados à entrega de materiais deverá ser encaminhado à: entregasdispensa@dga.unicamp.br ou entregaslicitacao@dga.unicamp.br
3 - Dados para faturamento: Universidade Estadual de Campinas, Cidade Universitária Zeferino Vaz s/nº, Distrito de Barão Geraldo - Campinas/SP, CEP 13083-970, Inscrição Estadual: Isento, CNPJ: 46.068.425/0001-33
4 - Compõe esta autorização de fornecimento as disposições do edital de licitação ou o ato que tiver autorizado a contratação direta, a proposta do licitante vencedor, bem como as regras constantes no Termo de Referência da contratação.
5 - Conforme Decreto Estadual nº 62.867/2017 e alterações, os pagamentos de despesas, obrigações ou responsabilidades de qualquer natureza, inclusive os decorrentes de decisões judiciais, de serviços da dívida pública ou de transferências, deverão ser executados exclusivamente pelo Banco do Brasil S.A.
6 - Nos termos do artigo 6, inciso II e 1a. Lei Estadual 12799/08 c.c., artigo 7, inciso II e 1o. do Decreto Estadual 53455/08, a existência de pendência(s) no Cadin Estadual ensejará a retenção do(s) pagamentos a que vossa empresa faz jus.
7 - É vedada a colocação do crédito em cobrança bancária, bem como a negociação do título.



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3DFE0 B1A14B1E B69C7291 7D17DFA0
Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código F862F75F 0C664AAD 937864FE EAB1C58F

8 - Não serão aceitas notas fiscais modelo 1 ou 1-A de acordo com a Portaria CAT 162/2008, art. 7, III, "a".

9 - Deverá constar no corpo da nota fiscal o número da AF e do processo. Estas informações são indispensáveis para efeito de pagamento.

10 - Deverá constar no corpo da nota fiscal o prazo de garantia no caso de equipamentos.

11 - Não serão permitidas divergências entre o CNPJ/CPF do titular da conta corrente e o CNPJ/CPF do fornecedor cadastrado. Os Bancos fazem distinção entre o CNPJ da matriz e o CNPJ das filiais.
12 - No caso de serviços prestados in loco na Universidade, deverá constar na NF como "local de prestação do serviço" o munícipio correspondente ao campus da UNICAMP em que o objeto da contratação foi executado.
13 - Destacar no documento fiscal a retenção do Imposto de Renda conforme IN RFB nº 1.234/2012 . Para os casos de não incidência ou alíquota zero do IR, informar obrigatoriamente no documento fiscal o respectivo enquadramento legal sob pena de, em caso de não atendimento, sujeitar-se à retenção.
14 - Os valores de COFINS, CSLL e PIS/PASEP NÃO deverão ser destacados nas notas fiscais. Se houver destaque dessas contribuições a NF deverá ser substituída.
15 - Quando devido, o desconto de ICMS deverá ser mencionado no campo apropriado da Nota Fiscal.

16 - O contratado é obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta
17 - O contratado está sujeito às sanções previstas na Resolução GR 19/2023, Publicada no D.O.E. em 25/03/2023 e disposições da Lei Federal 14.133/2021, de acordo com o disposto no instrumento convocatório.
18 - O presente contrato poderá ser extinto nos casos previstos na legislação vigente.

19 - Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, para dirimir as dúvidas ou controvérsias desta Autorização de Fornecimento que não puderem ser resolvidas administrativamente pelas partes

**Local de entrega:**

Cidade Universitária Zeferino Vaz - CAMPINAS - São Paulo

UNICAMP/DGA

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

PREGÃO ELETRÔNICO DGA NºXXX/20XX
PROCESSO ASCENDENTE Nº XX-P-XXXXX/20XX
PROCESSO DESCENDENTE Nº XX-P-XXXXX/20XX

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º .....

O(A) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, entidade autárquica de regime especial do Governo do Estado de São Paulo com sede na Cidade Universitária de "Zeferino Vaz", Distrito de Barão Geraldo, Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MFs sob o nº 46.068.425/0001-33, neste ato representado(a) pelo(a) ..... (nome), portador(a) da matrícula funcional nº....., no uso da competência conferida pela legislação aplicável, considerando o resultado obtido conforme o processo administrativo n.º ....., resolve celebrar a presente ATA de REGISTRO DE PREÇOS, procedendo ao registro dos preços do(s) fornecedor(es) indicado(s) e qualificado(s) nesta ata, de acordo com a classificação por ele(s) alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo às condições previstas no [Edital de licitação], sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto estadual nº 67.608, de 27 de março de 2023, c/c o Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e demais preceitos da legislação aplicável, e em conformidade com as disposições a seguir, de acordo com as subdivisões na forma de itens que compõem este instrumento:

## 1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de ..... , conforme o detalhamento e as especificações técnicas constantes da documentação que constitui Anexo do [Edital de [Pregão Eletrônico], que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

## 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade mínima a ser cotada, a quantidade máxima de cada item que poderá ser contratada, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| Fornecedor: _____ (nome empresarial ou denominação, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Especificação (se aplicável informar cota principal ou cota reservada, Edital/Aviso) | **Marca** (se aplicável, conforme Edital/) | **Modelo** (se aplicável, conforme Edital) | Unidade de fornecimento | Quantidade mínima a ser cotada | Quantidade máxima a ser cotada | Valor Unitário | **Prazo de garantia ou validade:** se aplicável, conforme Edital/Aviso |
| | | | | | | | | |

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo desta Ata.



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

## 3. ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão ou entidade gerenciadora será a Universidade Estadual de Campinas.

## 4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão a esta ata de registro de preços, conforme justificativa apresentada nos autos do processo.

## 5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. O prazo de vigência e validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O fornecedor poderá se opor à prorrogação da ata de registro de preços, por escrito e com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da data final da vigência.

5.1.2. A contratação decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e serão observadas, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.3. Na formalização do instrumento da contratação deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A formalização da contratação com os fornecedores registrados nesta ata de registro de preços deverá ocorrer no prazo de validade deste instrumento.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. As contratações respeitarão a ordem de classificação dos fornecedores registrados nesta ata.

5.5. O registro de fornecedores incluído nesta ata na forma de anexo, quando for o caso, consiste na formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. A fase de apresentação de amostra(s) ou de execução de prova de conceito que seja exigida na documentação que integra o instrumento convocatório, quando houver, e a habilitação dos fornecedores que compõem o cadastro de reserva, quando for o caso, serão efetuadas quando houver necessidade de contratação dos fornecedores remanescentes, por impossibilidade de atendimento da demanda pelo signatário da ata, observada a disciplina estabelecida nesta ata e no instrumento convocatório mencionado no subitem 1.1.

5.7. O preço registrado, com indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência desta ata de registro de preços.

5.8. Caso se caracterize hipótese de impossibilidade de atendimento da demanda pelo signatário da ata de que trata o item 5.6, observado o disposto no referido item, ficará facultado à Administração convocar os


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

fornecedores remanescentes do cadastro de reserva, quando houver, na ordem de classificação, para contratação nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.8.1. Na hipótese de nenhum dos fornecedores que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nas condições propostas pelo primeiro classificado nos termos do subitem anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização na forma prevista na documentação que integra o instrumento convocatório mencionado no subitem 1.1, poderá:

5.8.1.1. Convocar para negociação os fornecedores remanescentes que mantiveram sua proposta original, quando houver, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

5.8.1.2. Adjudicar e celebrar a contratação nas condições ofertadas pelos fornecedores remanescentes, observado o disposto neste item 5 e a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.9. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, desde que devidamente justificada.

## 6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do(s) item(ns) registrado(s), nas seguintes situações:

a) em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

b) em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou da superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados.

6.2. É previsto reajustamento dos preços registrados nesta ata, para o reajustamento dos preços de eventual contratação dela decorrente.

6.2.1. Caso seja realizado reajustamento dos preços desta ata, somente caberá reajustamento dos preços de eventual contratação dela decorrente se forem observados os requisitos especificados no respectivo instrumento, e for ultrapassado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado a partir dos efeitos do reajustamento dos preços desta ata, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPC-FIPE. No caso de reajustamento(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir dos efeitos do último reajustamento.

### Vedação a acréscimo de quantitativos

6.3. É vedado:

a) efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços;


E-mail: contratos@unicamp.br
Praça das Bandeiras, n° 45 - Quadra 2 - Prédio 1
Cidade Universitária "Zeferino Vaz" - Barão Geraldo
Campinas - SP - Brasil - CEP: 13083-869
www.dga.unicamp.br

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

## 7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Quando, por motivo superveniente, o preço registrado se tornar superior àquele praticado no mercado, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a sua redução.

7.1.1. Quando for exitosa a negociação a que alude o subitem anterior, o órgão ou entidade gerenciadora comunicará o novo preço aos órgãos e entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços, para que realizem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.2. O fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas, caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado.

7.1.2.1. Na hipótese prevista no subitem anterior, o órgão ou entidade gerenciadora convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado, observado o disposto no subitem 8.1.3.

7.1.2.1.1. O órgão ou entidade gerenciadora cancelará a ata de registro de preços, nos termos do disposto no item 8.2, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa, caso, nas negociações a que alude o subitem anterior, os fornecedores do cadastro de reserva não aceitem reduzir seus preços aos valores de mercado.

7.2. Quando o preço praticado no mercado se tornar superior ao preço registrado, o fornecedor poderá requerer ao órgão ou entidade gerenciadora a alteração do preço registrado, desde que observe os requisitos especificados no subitem 7.2.1.

7.2.1. O requerimento a que alude o subitem 7.2 deverá observar o disposto no subitem 6.1 e estar acompanhado de:

a) prova de fato superveniente que impossibilite o cumprimento do compromisso registrado nesta ata;

b) documentação comprobatória da inviabilidade de manutenção do preço registrado.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação dos requisitos especificados nos subitens 7.2 e 7.2.1:

a) o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora;

b) o fornecedor deverá cumprir o compromisso registrado na ata sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do subitem 8.1, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, em especial aquelas previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

7.2.3. Quando realizado o cancelamento do registro do fornecedor a que alude a alínea “b” do subitem 7.2.2, o órgão ou entidade gerenciadora convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no subitem 5.6.

7.2.3.1. O órgão ou entidade gerenciadora cancelará a ata de registro de preços, nos termos do subitem 8.2, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa, caso não obtenha êxito nas negociações a que alude o subitem anterior.

7.2.4. Quando forem comprovados os requisitos estabelecidos nos subitens 7.2 e 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora:



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

a) alterará o preço registrado, observados os valores praticados pelo mercado, no limite do impacto causado pelos fatos supervenientes ensejadores da inviabilidade de manutenção do preço inicial;

b) comunicará o novo preço aos órgãos e entidades que tiverem firmado contratos decorrentes desta ata de registro de preços, para eventual alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

## 8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1. O órgão ou entidade gerenciadora cancelará o registro do fornecedor quando este:

a) descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

b) se recusar a formalizar a contratação no prazo e condições estabelecidos pela Administração sem justificativa aceitável;

c) não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no subitem 7.2.2; ou

d) for apenado com sanção prevista no inciso III do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, aplicada no âmbito da Administração Pública do Estado de São Paulo, ou sanção prevista no inciso IV do caput do mesmo artigo.

8.1.1. Na hipótese a que alude a alínea “d” do subitem anterior, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência desta ata de registro de preços, o órgão ou entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, sendo vedadas novas contratações derivadas desta ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

8.1.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no subitem 8.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

8.1.3. Quando for cancelado o registro do fornecedor, o órgão ou entidade gerenciadora poderá convocar os fornecedores que compõem o cadastro de reserva, observados a ordem de classificação e o disposto no subitem 5.6.

8.2. O órgão ou entidade gerenciadora poderá, justificadamente, cancelar, total ou parcialmente, os preços registrados nesta ata de registro de preços:

a) por razão de interesse público;
b) a pedido do fornecedor, à vista de prova da ocorrência superveniente de caso fortuito ou força maior que impossibilitem o cumprimento do compromisso registrado; ou
c) se não houver êxito nas negociações, nos termos dos subitens 7.1.2.1.1 e 7.2.3.1.

## 9. DAS PENALIDADES

9.1. O descumprimento desta Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no instrumento convocatório mencionado no subitem 1.1 e Resolução GR-019/2023, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

9.1.1. As sanções cabíveis também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.



Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

9.2. É da competência do órgão ou entidade gerenciadora, garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, em relação à sua demanda registrada, ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

## 10. CONDIÇÕES GERAIS

10.1. Os fornecedores registrados nesta ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar as contratações que dela poderão advir nas condições estabelecidas, observado o disposto no instrumento convocatório mencionado no item 1.1 e neste instrumento.

10.1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a celebrar contratações decorrentes desta ata de registro de preços, observando-se o disposto no item 5.9.

10.2. A contratação com os fornecedores registrados nesta ata será formalizada pelo órgão ou entidade interessada mediante a [emissão de autorização de fornecimento, nota de empenho ou outro instrumento equivalente], cuja minuta integra como Anexo o instrumento convocatório mencionado no item 1.1.

10.2.1. Se, por ocasião da formalização da contratação, algum dos documentos apresentados pelo fornecedor para fins de comprovação das condições de habilitação estiver com o prazo de validade expirado, o órgão ou entidade interessada verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações e certificará a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatórios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

10.2.2. Se não for possível atualizar os documentos referidos no subitem anterior por meio eletrônico hábil de informações, o fornecedor será notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

10.2.3. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome do fornecedor no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais– CADIN ESTADUAL”. Esta condição será considerada cumprida se o devedor comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do art. 8º, §§ 1º e 2º, da Lei estadual nº 12.799, de 2008.

10.2.4. Com a finalidade de verificar se o fornecedor mantém as condições de participação no certame, serão novamente consultados, previamente à celebração da contratação, os cadastros especificados no instrumento convocatório mencionado no item 1.1.

10.2.5. Constitui(em), igualmente, condição(ões) para a celebração da contratação:

10.2.5.1. a apresentação do(s) documento(s) que o fornecedor, à época do certame, houver se comprometido a exibir por ocasião da celebração da contratação por meio de declaração específica, caso exigida na documentação que integra como Anexo o instrumento convocatório mencionado no item 1.1;

10.2.5.2. a indicação de gestor encarregado de representar o fornecedor com exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade cooperativa (se admitida a participação de cooperativa);


E-mail: contratos@unicamp.br
Praça das Bandeiras, n° 45 - Quadra 2 - Prédio 1
Cidade Universitária "Zeferino Vaz" - Barão Geraldo
Campinas - SP - Brasil - CEP: 13083-869
www.dga.unicamp.br

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

10.3. O instrumento contratual (autorização de fornecimento, nota de empenho ou outro instrumento equivalente) será enviado por meio eletrônico (e-mail ou outro ferramenta digital) ou Correios(se necessário)..

10.4. A ausência de envio de confirmação de recebimento do instrumento contratual importará na recusa à contratação, sujeita à aplicação das sanções cabíveis previstas na Lei nº 14.133, de 2021 e na Resolução GR-019/2023,

10.4.1. O envio de confirmação de recebimento do instrumento contratual (autorização de fornecimento, nota de empenho ou outro instrumento equivalente), implica o reconhecimento pelo fornecedor:

10.4.1.1. de que referida autorização de fornecimento, nota de empenho ou outro instrumento equivalente está substituindo o instrumento de contrato, aplicando-se à relação jurídica ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

10.4.1.2. de que está vinculado às previsões contidas no instrumento convocatório mencionado no item 1.1 e seus Anexos e à sua proposta;

10.4.1.3. de que se aplicam às omissões as disposições da Lei nº 14.133, de 2021, e normas regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposições da Lei nº 8.078, de 1990, e princípios gerais dos contratos;

10.4.1.4. de que as hipóteses de extinção da contratação são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021;

10.4.1.5. dos direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da Lei nº 14.133, de 2021;

10.4.1.6. de que as condições de habilitação e contratação consignadas no instrumento convocatório mencionado no item 1.1 deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência da contratação.

10.5. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos na documentação que integra o instrumento convocatório mencionado no item 1.1.

10.6. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de item(ns) específico(s) do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) via(s), que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelo(a) representante do órgão ou entidade gerenciadora e pelo(as) representante(s) do(s) fornecedor(es) registrado(s), e por testemunhas, todos abaixo identificados.

Local e data, xx de xxxx de 20xx

Assinaturas

Representante legal do órgão ou entidade gerenciadora

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

TESTEMUNHAS:

1-

2-


E-mail: contratos@unicamp.br
Praça das Bandeiras, n° 45 - Quadra 2 - Prédio 1
Cidade Universitária "Zeferino Vaz" - Barão Geraldo
Campinas - SP - Brasil - CEP: 13083-869
www.dga.unicamp.br


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

Anexo I

Cadastro de Reserva

Obedecendo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar o(s) item(ns) com preços iguais aos do adjudicatário:

| Fornecedor: _____ (nome empresarial ou denominação, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Especificação (se aplicável informar cota principal ou cota reservada, Edital/Aviso) | **Marca** (se aplicável, conforme Edital) | **Modelo** (se aplicável, conforme Edital) | Unidade de fornecimento | Quantidade mínima a ser cotada | Quantidade máxima a ser cotada | Valor Unitário | **Prazo de garantia ou validade:** se aplicável, conforme Edital/Aviso |
| | | | | | | | | |

Obedecendo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

| Fornecedor: _____ (nome empresarial ou denominação, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Especificação (se aplicável informar cota principal ou cota reservada, Edital/Aviso) | **Marca** (se aplicável, conforme Edital) | **Modelo** (se aplicável, conforme Edital) | Unidade de fornecimento | Quantidade mínima a ser cotada | Quantidade máxima a ser cotada | Valor Unitário | **Prazo de garantia ou validade:** se aplicável, conforme Edital/Aviso |
| | | | | | | | | |


E-mail: contratos@unicamp.br
Praça das Bandeiras, n° 45 - Quadra 2 - Prédio 1
Cidade Universitária "Zeferino Vaz" - Barão Geraldo
Campinas - SP - Brasil - CEP: 13083-869
www.dga.unicamp.br


Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA MENDES GODOI, ASSISTENTE TÉCNICO, em 07/10/2026, às 13:19 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

**A autenticidade do documento pode ser conferida no site: sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador: 92A3D4EC B1A14B1E B69C7281 7D17DFA0**

UNICAMP
SIGAD