

1 - Itens da Licitação

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Modelo: Elétrica, Tipo De Acionamento: Comando Digital, Capacidade De Carga Máxima: De 201 Até 250 Kg, Material Estrutura: Base Metálica, Dimensão Total (L X C): Cerca De 90 X 200 Cm, Posicionamento: Mínimo 3 Posições, C/ Fowler, Modelo De Grade Lateral: C/ Grades Retráteis, Modelo De Cabeceira / Peseira: Removível, Modelo Do Pé Da Cama: Rodízios Com Freio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (5)

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Carro Maca Elevação Hidráulica, Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi, Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica, Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio, Componentes: Suporte Soro Removível, Componentes 01: Suporte Para Cilindro De O2, Características Adicionais: Radiotransparente, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Acessórios: Bandeja Apoio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Campinas/SP (1)