



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

EDITAL MODIFICATIVO

AO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90036/2024
PROCESSO Nº 050/2024

O Exmo. Sr. José Aparecido Fernandes, Prefeito Municipal, torna público a todos os interessados, que procedeu alterações no edital de licitação em epígrafe. Desta forma TORNA PÚBLICO a edição do presente Edital Modificativo, que visa alterações daquele texto original, conforme segue:

A) - CLÁUSULA I ⇒ DAS ALTERAÇÕES NO EDITAL:

Fica alterado a data de encerramento do certame ficando como segue:

Data da sessão: 18/07/2024

Horário: 9h (horário de Brasília-DF).

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.compras.gov.br

B) - CLÁUSULA II ⇒ DAS ALTERAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA: Fica alterado o item 04 - Anexo I – Termo de Referencia, o que segue:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

Compreende o objeto desta licitação, o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS**, conforme especificações elaboradas pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços:

Item	Qtd	Unid	DESCRIÇÃO	Item Exclusivo para ME e EPP
4	4	UN	REFRIGERADOR HORIZONTAL PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS 30 LITROS. Demais características técnicas: formato externo e interno retangular, nas medidas aproximadas de 60cm x 48cm, com altura de 70cm; desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, com capacidade de armazenamento mínimo de 30 litros úteis; unidade de refrigeração compacta e silenciosa, com compressor hermético de baixo consumo de energia, refrigerante ecológico livre de cfc, condensação embutida estática a ar, refrigeração condutiva e radiante por toda extensão da câmara, gabinete externo em aço tratado e esmaltado a alta temperatura; câmara interna em aço inoxidável, equipada com blocos criogênicos para manutenção inercial da temperatura na falta de energia elétrica; isolamento térmico com 75mm de espessura em poliuretano injetado, livre de cfc; porta de acesso superior de abertura total e descanso a 90 graus, com duas contra tampas internas basculantes para minimizar perdas com fecho automático, moldura do gabinete em peça única de	X

			material injetado de alta resistência e durabilidade; equipado com rodízios especiais com freio; painel de comando e controle frontal de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em led, com temperatura programável de 2 a 8 graus celsius, controlada automaticamente a 4 graus celsius; alarme sonoro de máxima e mínima temperatura de fácil ajuste, préfixado em 3 e 7 graus celsius, sinalizador luminoso de equipamento energizado e de refrigeração em recuperação; silenciador do alarme sonoro com apenas um toque, por tempo programável; alimentação elétrica de 220 volts –; equipado com dois racks box para vacinas; equipamento registrado na anvisa; manual do usuário em português; garantia mínima do fabricante de doze meses.	
--	--	--	---	--

C) - CLÁUSULA III ⇒ DA RATIFICAÇÃO ⇒ Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições não atingidas pelo presente Edital Modificativo.

Assis, 24 de junho de 2024.

.....
JOSÉ APARECIDO FERNANDES
PREFEITO