Prefeitura Municipal de Pederneiras
CNPJ: 46.189.718/0001-79
002 - PODER EXECUTIVO

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

Número da RC
3067 / 2026
10203067

Unidade Administrativa Requisitante 002.013.001.006.000
USF GUMERCINDO GUERMANDI (SANTELMO)

Data da Requisição
17/03/2026

DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Estimado
1	1.59.13.0057-3	UN	1,000	2.011,9600	2.011,96
	CARRO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO PINTADO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM 4 RODÍZIOS DE 4" SENDO DOIS DELES COM FREIOS, 4 GAVETAS COM CHAVE SENDO A 1ª COM DIVISÓRIAS PARA MEDICAÇÃO, SUPORTE PARA CILINDRO DE O², SUPORTE PARA SORO CROMADO, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR E/OU DESFIBRILADOR, TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA, COM NO MÍNIMO 4 TOMADAS TIPO FILTRO DE LINHA E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 70 CM DE COMPRIMENTO X 45 CM DE PROFUNDIDADE X 90 CM DE ALTURA				
2	1.59.13.0162-6	UN	1,000	9.021,0000	9.021,00
	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO CAPAZ DE ANALISAR A PRESENÇA DO RITMO ONDE O CHOQUE É RECOMENDADO: FIBRILAÇÃO VENTRICULAR (FV) SEM PULSO E TAQUICARDIA VENTRICULAR SEM PULSO, DISPONIBILIZANDO A DESCARGA DE CHOQUE ELÉTRICO, QUANDO PRESSIONADO O BOTÃO DE CHOQUE, ATRAVÉS DE PÁS ADESIVAS, CONFORME OS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO INTERNACIONALMENTE VIGENTES. CASO O CHOQUE NÃO SEJA INDICADO, O EQUIPAMENTO DEVE AUXILIAR, POR COMANDO DE VOZ, O USUÁRIO A APLICAR MANOBRAS DE RCP. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR A OPERAÇÃO EM VÍTIMAS ADULTAS E CRIANÇAS. SUAS DIMENSÕES MÁXIMAS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A CARACTERÍSTICA DE PORTABILIDADE DO APARELHO, COM PESO MÁXIMO DE 3,2 KG COM A BATERIA INSERIDA NO EQUIPAMENTO. DEVE SER CONSTRUÍDO EM MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE A VIBRAÇÕES, CALOR, VEDAÇÃO A UMIDADE, POEIRA, SECREÇÕES, ÁGUA; RESISTÊNCIA A QUEDA DE ALTURA MÍNIMA DE 01 (UM) METRO. DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA A ENTRADA DE LÍQUIDOS IGUAL OU SUPERIOR A IP55.DEVERÁ OPERAR COM TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA, RECONHECENDO E IDENTIFICANDO POR MEIO DE SOFTWARE A NECESSIDADE DE DESFIBRILAÇÃO. NESTE CASO, DEVE EFETUAR A CARGA DE FORMA AUTOMÁTICA, AJUSTANDO A FORMA DE ONDA DE CHOQUE DE FORMA A RESPEITAR AS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES, SENDO O CHOQUE REQUERIDO PARA ADULTO, NO MINIMO DE 100 JOULES E PARA CRIANÇAS , NO MÍNIMO DE 50 JOULES. DESENCADEAR A DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA COM ORIENTAÇÃO DE OPERAÇÃO POR COMANDO DE VOZ E SINAIS VISUAIS E/OU SONOROS, TUDO EM LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL). ESCALA DE SELEÇÃO DE ENERGIA ATÉ 200 J UTILIZANDO PÁS AUTOADESIVAS ADULTO E INFANTIL. DEVERÁ PERMITIR REGISTRO EM MEMÓRIA DE ECG CONTÍNUO E EVENTOS. PERMITIR ATUALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO A CADA ALTERAÇÃO DE PROTOCOLO DA AMERICAN HEART ASSOCIATION, SEM CUSTO PARA A PMSP. DEVERÁ PERMITIR O ARMAZENAMENTO DE DADOS NO EQUIPAMENTO E VIR ACOMPANHADO DE ACESSÓRIO E SOFTWARE PARA A LEITURA E TRANSFERÊNCIA DE DADOS, VISUALIZAÇÃO E IMPRESSÃO ATRAVÉS DE MICROCOMPUTADOR, SEM A NECESSIDADE DE REMOVER O DEA DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR VISOR DE CRISTAL LIQUIDO OU COMPATÍVEL PARA VISUALIZAR MENSAGENS DE TEXTO,CONTADOR DE CHOQUES, TEMPO DE ATENDIMENTO E TRAÇADO DE ECG. O EQUIPAMENTO DEVERÁ FUNCIONAR COM ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIAS QUE PERMITAM NO MÍNIMO DE 140 CHOQUES NA POTÊNCIA MÁXIMA. DEVERÁ POSSUIR CONEXÕES COM O PACIENTE ELETRICAMENTE ISOLADAS (PROTEÇÃO ELÉTRICA). DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA O APARELHO DEA COM BATERIA, BEM COMO 3 JOGOS DE PÁS E TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: BATERIA COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO DE 140 CHOQUES HOMOLOGADA PELO FABRICANTE; 01 BOLSA COM ALÇA PARA ACONDICIONAMENTO DO DEA E DOS ACESSÓRIOS, RESISTENTE E LAVÁVEL; 01 MANUAL DO EQUIPAMENTO PARA O USUÁRIO; 02 PARES DE ELETRODOS AUTOADESIVOS PARA ADULTO, 01 PAR DE ELETRODOS AUTOADESIVOS INFANTIL COM DESENHO DO CORRETO POSICIONAMENTO NO PACIENTE.				
3	1.59.13.0233-9	UN	2,000	668,8300	1.337,66
	MESA AUXILIAR COM DUAS PRATELEIRAS. PÉS EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO. TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, EXTREMIDADES COM ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 40(L) X 60(C) X 80(A) CM				

Prefeitura Municipal de Pederneiras
CNPJ: 46.189.718/0001-79
002 - PODER EXECUTIVO

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

Número da RC	Unidade Administrativa Requisitante	Data da Requisição
3067 / 2026 **10203067**	002.013.001.006.000 USF GUMERCINDO GUERMANDI (SANTELMO)	17/03/2026

Tipo de Custo Exercício **Estimativa de Custo Total** 12.370,62

Local de Entrega: RUA: CASTELO BRANCO Nº 1165 **Número** 1165
Bairro: JARDIM ACARAI **CEP** 17280-450

Dotação 2026 - 414 Vínculo: 08.000.0000/08.804.0008
Classif. Funcional: 10.301.0003 1.003

Elemento da Despesa 4.4.90.52.00 / 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL

Evento 001.001 GERAL

Observação e ou Exigencias Mínimas

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER FINALIDADE DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 002/2025 DE AUTORIA DO VEREADOR Francisco Ricardo de Moura Ferreira

SEI 3536703.415.00023659/2026-60

Fonte de Recursos/Convênio

Aplicação do Material

A aquisição de equipamento para atender à finalidade da Emenda Impositiva nº 002/2025, de autoria do vereador Francisco Ricardo de Moura Ferreira

ELAINE CRISTINA CRONCA POMPEI 25593734836

Assinado digitalmente por ELAINE CRISTINA CRONCA POMPEI:25593734836
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=66490806000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=ELAINE CRISTINA CRONCA POMPEI:25593734836
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 24-Abril-Versão: 11.04

Responsável do Departamento
_____/_____/2026

Responsável do Depto. de Finanças
_____/_____/2026

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
Prefeita Municipal