Prefeitura Municipal de Pederneiras
CNPJ: 46.189.718/0001-79
002 - PODER EXECUTIVO

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

Número da RC **3083 / 2026** **10203083**

Unidade Administrativa Requisitante 002.013.001.004.000
USF OSWALDO NACHBAR (MARIA ELENA)

Data da Requisição 18/03/2026

DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Estimado
1	1.59.11.0050-7	UN	2,000	462,3800	924,76
	MESA AUXILIAR CONFECCIONADA EM MDF, REVESTIDA DE FÓRMICA BRANCA POR TODOS OS LADOS, INTERNO E EXTERNO COM 02 GAVETAS MÉDIAS + 02 GAVETAS PEQUENAS, 04 RODÍZIOS, PUXADORES LATERAIS, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,46 CM X 0,50 CM. GAVETAS COM BOJO INJETADO SEM CANTOS VIVOS, ROLDANAS EM NYLON QUE DESLIZAM POR TRILHOS DE METAL PINTADO EM EPÓXI, PUXADORES DAS GAVETAS 100 % CONFECCIONADOS EM METAL CROMADO OU PINTADO				
2	1.59.13.0057-3	UN	1,000	2.011,9600	2.011,96
	CARRO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO PINTADO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM 4 RODÍZIOS DE 4" SENDO DOIS DELES COM FREIOS, 4 GAVETAS COM CHAVE SENDO A 1ª COM DIVISÓRIAS PARA MEDICAÇÃO, SUPORTE PARA CILINDRO DE O^2, SUPORTE PARA SORO CROMADO, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR E/OU DESFIBRILADOR, TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA, COM NO MÍNIMO 4 TOMADAS TIPO FILTRO DE LINHA E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 70 CM DE COMPRIMENTO X 45 CM DE PROFUNDIDADE X 90 CM DE ALTURA				
3	1.59.13.0124-3	UN	3,000	147,7300	443,19
	SUPORTE PARA APOIO DE BRAÇO TRIPÉ EM METALON 30/50, BASE EM TUBO ESMALTADO, HASTE E CONCHA EM AÇO INOX, ALTURA MÍNIMA DE 88 CM E MÁXIMA DE 125 CM.				
4	1.59.13.0232-0	UN	1,000	1.426,0000	1.426,00
	MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE COM 2 MODULOS COMPOSTOS POR 3 GAVETAS E 1 ARMÁRIO COM 2 PORTAS EM MDF NA COR BRANCA CONTENDO 1 SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL 2 SUPORTES PARA AS PERNAS LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN DIMENSÕES APROXIMADAS COM PES NA POSIÇAO FECHADA 130 X 63 X 80 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) E DIMENSÕES COM PES NA POSIÇAO LEVANTADO: 180 × 60 × 80 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)				
5	1.59.13.0162-6	UN	1,000	9.021,0000	9.021,00
	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO CAPAZ DE ANALISAR A PRESENÇA DO RITMO ONDE O CHOQUE É RECOMENDADO: FIBRILAÇÃO VENTRICULAR (FV) SEM PULSO E TAQUICARDIA VENTRICULAR SEM PULSO, DISPONIBILIZANDO A DESCARGA DE CHOQUE ELÉTRICO, QUANDO PRESSIONADO O BOTÃO DE CHOQUE, ATRAVÉS DE PÁS ADESIVAS, CONFORME OS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO INTERNACIONALMENTE VIGENTES. CASO O CHOQUE NÃO SEJA INDICADO, O EQUIPAMENTO DEVE AUXILIAR, POR COMANDO DE VOZ, O USUÁRIO A APLICAR MANOBRAS DE RCP. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR A OPERAÇÃO EM VÍTIMAS ADULTAS E CRIANÇAS. SUAS DIMENSÕES MÁXIMAS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A CARACTERÍSTICA DE PORTABILIDADE DO APARELHO, COM PESO MÁXIMO DE 3,2 KG COM A BATERIA INSERIDA NO EQUIPAMENTO. DEVE SER CONSTRUÍDO EM MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE A VIBRAÇÕES, CALOR, VEDAÇÃO A UMIDADE, POEIRA, SECREÇÕES, ÁGUA; RESISTÊNCIA A QUEDA DE ALTURA MÍNIMA DE 01 (UM) METRO. DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA A ENTRADA DE LÍQUIDOS IGUAL OU SUPERIOR A IP55.DEVERÁ OPERAR COM TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA, RECONHECENDO E IDENTIFICANDO POR MEIO DE SOFTWARE A NECESSIDADE DE DESFIBRILAÇÃO. NESTE CASO, DEVE EFETUAR A CARGA DE FORMA AUTOMÁTICA, AJUSTANDO A FORMA DE ONDA DE CHOQUE DE FORMA A RESPEITAR AS CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES, SENDO O CHOQUE REQUERIDO PARA ADULTO, NO MINIMO DE 100 JOULES E PARA CRIANÇAS , NO MÍNIMO DE 50 JOULES. DESENCADEAR A DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA COM ORIENTAÇÃO DE OPERAÇÃO POR COMANDO DE VOZ E SINAIS VISUAIS E/OU SONOROS, TUDO EM LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL). ESCALA DE SELEÇÃO DE ENERGIA ATÉ 200 J UTILIZANDO PÁS AUTOADESIVAS ADULTO E INFANTIL. DEVERÁ PERMITIR REGISTRO EM MEMÓRIA DE ECG CONTÍNUO E EVENTOS. PERMITIR ATUALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO A CADA ALTERAÇÃO DE PROTOCOLO DA AMERICAN HEART ASSOCIATION, SEM CUSTO PARA A PMSP. DEVERÁ PERMITIR O ARMAZENAMENTO DE DADOS NO EQUIPAMENTO E VIR ACOMPANHADO DE ACESSÓRIO E SOFTWARE PARA A LEITURA E TRANSFERÊNCIA DE DADOS, VISUALIZAÇÃO E IMPRESSÃO ATRAVÉS DE MICROCOMPUTADOR, SEM A NECESSIDADE DE REMOVER O				

Prefeitura Municipal de Pederneiras
CNPJ: 46.189.718/0001-79
002 - PODER EXECUTIVO

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

Número da RC	Unidade Administrativa Requisitante	Data da Requisição
3083 / 2026 **10203083**	002.013.001.004.000 USF OSWALDO NACHBAR (MARIA ELENA)	18/03/2026

DEA DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR VISOR DE CRISTAL LIQUIDO OU COMPATÍVEL PARA VISUALIZAR MENSAGENS DE TEXTO,CONTADOR DE CHOQUES, TEMPO DE ATENDIMENTO E TRAÇADO DE ECG. O EQUIPAMENTO DEVERÁ FUNCIONAR COM ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIAS QUE PERMITAM NO MÍNIMO DE 140 CHOQUES NA POTÊNCIA MÁXIMA. DEVERÁ POSSUIR CONEXÕES COM O PACIENTE ELETRICAMENTE ISOLADAS (PROTEÇÃO ELÉTRICA). DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA O APARELHO DEA COM BATERIA, BEM COMO 3 JOGOS DE PÁS E TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO:
BATERIA COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO DE 140 CHOQUES HOMOLOGADA PELO FABRICANTE; 01 BOLSA COM ALÇA PARA ACONDICIONAMENTO DO DEA E DOS ACESSÓRIOS, RESISTENTE E LAVÁVEL; 01 MANUAL DO EQUIPAMENTO PARA O USUÁRIO; 02 PARES DE ELETRODOS AUTOADESIVOS PARA ADULTO, 01 PAR DE ELETRODOS AUTOADESIVOS INFANTIL COM DESENHO DO CORRETO POSICIONAMENTO NO PACIENTE.

6	1.59.13.0168-5	UN	1,000	2.885,5800	2.885,58

CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER, C/GRADE, C/ 2 MANIVELAS, STANDART, USO ADULTO, CABECEIRA, PESEIRA E GRADIL EM TUBOS DE AÇO, EXECUTA OS MOVIMENTOS FAWLER, TRENDELEMBURG, FLEXÃO DE PERNA, DORSO E VASCULAR, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA EPOXI-POLIESTER, RODÍZIOS DE 3" COM FREIOS, CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 200 KG

7	1.59.13.0188-0	UN	1,000	590,5000	590,50

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL, COM AS SEGUINTES CARATERÍSTICAS MÍNIMAS: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE MÁXIMA DE ATÉ 16 KG, DIMENSÕES DA CONCHA DE NO MÍNIMO 54 X 29 CM, COM FUNÇÃO TARA.

8	1.59.13.0225-8	UN	1,000	581,0000	581,00

MESA DE EXAMES DIVA PARA EXAMES CLINICOS CONFECCIONADA EM ACO PINTADO COM CABECEIRA REGULAVEL EM DIVERSAS ALTURAS POR MEIO DE CREMALHEIRA LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN ACABAMENTO REFORCADO SOLDAS REFORCADAS COM ACABAMENTO QUE IMPEDE EXPOSICAO FUTURA PINTURA ELETROSTATICA A PO EPOXI RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO SECAGEM EM ESTUFA E POLIMENTO EM ACO INOX DIMENSOES APROXIMADAS ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO 80 X 60 X 180 CM PES PROTEGIDOS COM PONTEIRA DE BORRACHA CAPACIDADE DE PESO SUPORTA ATE 250 KG COM SUPORTE PARA LENCOL DESCARTAVEL DE 50 CM

9	1.59.13.0237-1	UN	1,000	1.588,0000	1.588,00

CADEIRA DE RODAS PARA OBESO EM ACO CARBONO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE COM CAPACIDADE DE 200 KG LARGURA MINIMA DE 55 CM COM APOIO DE BRACO ESCAMOTEAVEL COM APOIOS PARA OS PES REMOVIVEIS E ASSENTO ESTOFADO ALMOFADADO COM ENCOSTO ESTOFADO ALMOFADADO

REF. Freedom: Modelo Lumina Sob Medida (Bariátrica), Jaguaribe: Modelo BIG, Ortomobil: Modelo MA3FO

10	1.60.04.0029-6	UN	1,000	1.340,7200	1.340,72

BALANÇA DIGITAL COM ESTADIÔMETRO, ESTADIÔMETRO ACOPLADO COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO ENTRE 115 CM A 215 CM, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DISPLAY EM LCD DE 6 DÍGITOS, TAMANHO MINIMO DA PLATAFORMA 40 CM DE COMPRIMENTO X 40 CM DE LARGURA , REVESTIMENTO PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE, PESAGEM ATRAVÉS DE CÉLULA DE CARGA, CAPACIDADE MÁXIMA DE 200 KG, FUNÇÃO: LIGA / DESLIGA / TARA / ZERO . PÉS EMBORRACHADOS, DIVISÃO 100 GR. FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT, MANUAL DE INSTRUÇÕES, REGISTRO INMETRO, GARANTIA: 1 ANO

Tipo de Custo Exercício **Estimativa de Custo Total** 20.812,71

Prefeitura Municipal de Pederneiras

CNPJ: 46.189.718/0001-79

002 - PODER EXECUTIVO

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

Número da RC	Unidade Administrativa Requisitante	Data da Requisição
3083 / 2026 **10203083**	002.013.001.004.000 USF OSWALDO NACHBAR (MARIA ELENA)	18/03/2026

Local de Entrega: RUA: CASTELO BRANCO Nº 1165 **Número** 1165

Bairro: JARDIM ACARAI **CEP** 17280-450

Dotação 2026 - 414 Vínculo: 08.000.0000/08.804.0027
Classif. Funcional: 10.301.0003 1.003
2026 - 414 Vínculo: 08.000.0000/08.804.0027
Classif. Funcional: 10.301.0003 1.003

Elemento da Despesa 4.4.90.52.00 / 04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

4.4.90.52.00 / 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL

Evento 001.001 GERAL

Observação e ou Exigencias Mínimas

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER FINALIDADE DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 005/2025 DE AUTORIA DO VEREADOR WILLIAN FERNANDES BRAGA.

SEI 3536703.415.00023659/2026-60

Fonte de Recursos/Convênio

Aplicação do Material

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER FINALIDADE DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 005/2025 DE AUTORIA DO VEREADOR WILLIAN FERNANDES BRAGA.

ELAINE CRISTINA CRONCA POMPEI:25593734836

Assinado digitalmente por ELAINE CRISTINA CRONCA POMPEI:25593734836
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=64690806000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=ELAINE CRISTINA CRONCA POMPEI:25593734836
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

Responsável do Departamento
_____/_____/2026

Responsável do Depto. de Finanças
_____/_____/2026

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
Prefeita Municipal