

ATA DE SESSÃO – ANÁLISE DAS AMOSTRAS

Edital de Pregão nº 002/2024

Processo administrativo nº 003/2024

Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de insumos de enfermagem para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde e Posto de Pronto Atendimento do Município, pelo período de 12 meses.

Aos dezoito (18) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), às 09:00 horas, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL, reuniram-se a pregoeira e equipe de apoio técnico, designada pela Portaria n.º 21.202, 23/01/2024, para a análise das amostras referentes ao processo supracitado, conforme estabelece o item 1.3. do certame em apreço. Nenhum representante se fez presente para a sessão. As empresas arrematantes dos itens 16, 19, 20, 21, 22, 47, 62, 61 e 184 tiveram o prazo de 05 dias úteis, para apresentar ao menos duas amostras (prova e contraprova) do item arrematado, conforme item 3.2 do Termo de Referência, consoante resultado constante na Ata preliminar da sessão pública, ocorrida no dia 27 de fevereiro de 2024. Abaixo, segue síntese do parecer elaborado pela equipe técnica do departamento de Saúde:

Item	Descrição Resumida	Arrematante	Apresentou Amostra	Situação
16	Algodão hidrófilo rolo 500g	Classmed - Produtos Hospitalares – EIRELI CNPJ 01.328.535/0001-59	SIM	Amostra Aprovada
19	Atadura de crepe em tecido com dimensão de 06cm x 1.8m	Cirúrgica Olímpio Ltda CNPJ 01.140.868/0001-50	NÃO	Desclassificada
20	Atadura de crepe em tecido com dimensão de 10cm x 1.8m	Tetra Farm Industria e Comercio De Material Hospitalar LTDA CNPJ 20.515.679/0001-69	SIM	Reprovada – Não atende as especificações do edital quanto a dimensão do comprimento
21	Atadura de crepe em tecido com dimensão de 15cm x 1.8m	Tetra Farm Industria e Comercio De Material Hospitalar LTDA CNPJ 20.515.679/0001-69	SIM	Reprovada – Não atende as especificações do edital quanto a dimensão do comprimento
22	Atadura de crepe em tecido com dimensão de 20cm x 1.8m	Tetra Farm Industria e Comercio De Material Hospitalar LTDA CNPJ 20.515.679/0001-69	SIM	Reprovada – Não atende as especificações do edital quanto a dimensão do comprimento
47	Compressa de gaze hidrófila – AMPLA PARTICIPAÇÃO	Tetra Farm Industria e Comercio De Material Hospitalar LTDA CNPJ 20.515.679/0001-69	SIM	Reprovada – Não atende as especificações do edital quanto as medidas solicitadas
61	Espéculo vaginal descartável, tamanho no 01 (pequeno)	Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar EIRELI CNPJ 30.888.187/0001-72	NÃO	Desclassificada
62	Espéculo vaginal descartável, tamanho no 02 (médio)	Tech-Sul Medical Indústria e Comércio LTDA CNPJ 21.831.246/0001-85	SIM	Amostra Aprovada
184	Compressa de gaze hidrófila – COTA RESERVADA ME/EPP	Pouso Farma Hospitalar LTDA CNPJ 18.519.219/0001-67	NÃO	Desclassificada

Conforme estabelece o item 3.3.1. do Termo de Referência, Anexo III do Edital, a não apresentação da amostra acarretará na desclassificação do proponente. Portanto, na reabertura da sessão pública que ocorrerá na data de 18 de março de 2024, às 14:00 horas, no Sistema portal de Compras Públicas- www.portaldecompraspublicas.com.br, as empresas que não apresentaram amostras, serão desclassificadas. A sessão de análise das amostras foi transmitida e ficará disponível para acesso no canal do Departamento de Licitações e Compras - www.youtube.com/@licitacoesvgsul.

O resultado da análise das amostras será divulgado no endereço eletrônico da Município, sítio: <http://www.vgsul.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/editais-de-licitacao>, para conhecimento dos interessados.

Conforme discutido na segunda sessão da análise das amostras, a maioria dos itens já se encontram com convocações em terceiros e quartos colocados, e considerando o aumento da demanda de material de enfermagem, em vários casos urgentes conforme consta no Decreto 6.018/2024, que institui Estado de Emergência de Saúde Pública em razão de Epidemia de Dengue no Município de Vargem Grande do Sul e dá outras providências, visando o interesse público as enfermeiras responsáveis, em conjunto com a pregoeira decide encerrar as convocações dos itens de amostras desclassificadas, e assim encerrar a sessão, dando andamento ao processo e encaminhando os itens finalizados para adjudicação.

Os itens remanescentes serão encaminhados para nova licitação.

Nada mais a constar, lavrou-se a Ata.

Vargem Grande do Sul, 18 de março de 2024.

Luana Videira de Freitas
Pregoeira

Isabela Tavares Barbier
Membro da EQUIPE de Apoio

Pedro Lucas Falconi
Membro da Equipe de Apoio.

Adriana Aparecida Espósito Conceição
Equipe de apoio Técnico
Enfermeira - COREN 438402

Rosangela M. Gonçalves de Araújo Lima
Equipe de apoio Técnico
Tec. Enfermagem COREN 414168

EDITAL DE PREGÃO Nº 002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024

TERMO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

Declaramos que a amostra do item 16, Marca: NATHY, entregues pela empresa Classmed - Produtos Hospitalares – EIRELI, CNPJ 01.328.535/0001-59, atende às especificações contidas no Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, sendo considerada, portanto, aprovada.

Item	Descritivo do Material	Atividades de aferição de compatibilidade
16	Algodão hidrófilo em camadas (manta) continua em forma de rolo 500g, provido de papel apropriado em toda sua extensão, aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura total.	Conferência do grau de pureza e ausência de grumos

Vargem Grande do Sul, 18 de março de 2024.

Adriana Aparecida Espósito Conceição
Enfermeira
COREN 438402

Rosângela M. Gonçalves de Araújo Lima
Tec. Enfermagem
COREN 414168

EDITAL DE PREGÃO Nº 002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024

TERMO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

Declaramos que, em análise, a amostra dos itens 20, 21 e 22, da marca TETRAFARM, entregues pela empresa Tetra Farm Industria e Comercio De Material Hospitalar LTDA, CNPJ 20.515.679/0001-69, a equipe de apoio técnica não obteve resultados satisfatórios e/ou conclusivos, considerando que o material não atende as especificações do edital quanto a dimensão do comprimento. Quanto ao item 47, o material não atende as especificações do edital quanto as medidas solicitadas.

Item	Descritivo do Material
20	Atadura de crepe em tecido composto por poliéster até 16%, algodão aproximadamente 83% e elastano aproximadamente 1%, com dimensão de 10cm x 1.8m de comprimento em repouso, 13 fios por cm ² , bordas devidamente acabadas evitando desfiamento, classe tipo I, elasticidade de 50%, enrolada uniformemente de forma cilíndrica, embalada individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender a norma técnica da ABNT-NBR nº 14.056 e Portaria do INMETRO106/2003. OBS: Cotar preço por unidade. Disposição do produto: Pacote com 12 unidades..
21	Atadura de crepe em tecido composto por poliéster até 16%, algodão aproximadamente 83% e elastano aproximadamente 1%, com dimensão de 15cm x 1.8m de comprimento em repouso, 13 fios por cm ² , bordas devidamente acabadas evitando desfiamento, classe tipo I, elasticidade de 50%, enrolada uniformemente de forma cilíndrica, embalada individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender a norma técnica da ABNT-NBR nº 14.056 e Portaria do INMETRO106/2003. OBS: Cotar preço por unidade. Disposição do produto: Pacote com 12 unidades.
22	Atadura de crepe em tecido composto por poliéster até 16%, algodão aproximadamente 83% e elastano aproximadamente 1%, com dimensão de 20cm x 1.8m de comprimento em repouso, 13 fios por cm ² , bordas devidamente acabadas evitando desfiamento, classe tipo I, elasticidade de 50%, enrolada uniformemente de forma cilíndrica, embalada individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender a norma técnica da ABNT-NBR nº 14.056 e Portaria do INMETRO106/2003. OBS: Cotar preço por unidade. Disposição do produto: Pacote com 12 unidades.
47	Compressa de gaze hidrófila, estéril, fios 100% algodão puro e branco, sem falhas ou fios soltos, 11 fios por cm ² , 05 dobras uniformes, 08 camadas, com bordas voltadas para dentro, medindo 7,5 x 7,5cm quando fechada e 15x 30cm quando aberta, embaladas em pacotes com 10 unidades, em material que garanta a integridade do produto. – AMPLA CONCORRÊNCIA

Vargem Grande do Sul, 18 de março de 2024.

Adriana Aparecida Espósito Conceição

Enfermeira

COREN 438402

Rosângela M. Gonçalves de Araújo Lima

Tec. Enfermagem

COREN 414168

EDITAL DE PREGÃO Nº 002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024

TERMO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

Declaramos que a amostra do item 62, Marca: VAGISPEC, entregues pela Tech-Sul Medical Indústria e Comércio LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, atende às especificações contidas no Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, sendo considerada, portanto, aprovada.

Item	Descritivo do Material	Atividades de aferição de compatibilidade
62	Espéculo vaginal descartável, tamanho no 02 (médio), confeccionado em poliestileno cristal, valvas com bordas anti-traumáticas, sendo largura na parte proximal menor que a largura da parte distal, efeito luminoso na extremidade proximal, atóxico, com abertura em forma de rosca tipo borboleta, embalado em material que garanta a integridade do produto	Conferência quanto às medidas proximal e distal do produto

Vargem Grande do Sul, 18 de março de 2024.

Adriana Aparecida Espósito Conceição
Enfermeira
COREN 438402

Rosângela M. Gonçalves de Araújo Lima
Tec. Enfermagem
COREN 414168