



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA PAULISTA
 AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - CEP 12.914-001
 UF: SAO PAULO - BRASIL - FONE: (11) 4034-7100
 CNPJ: 46.352.746/0001-65 HOME PAGE: www.braganca.sp.gov.br

DATA 03/09/2025

PG. 1

REQUISICAO/SOLICITACAO < > - 0000007400 /2025 - R.P. <N>

UNIDADE SOLICITANTE 10.02.00 -FUNDO MUN. DE SAUDE

DATA EMISSAO 27/06/2025

PRAZO CONS./EXEC CONFORME EDITAL

FORMA ENTR./EXEC CONFORME EDITAL

LOCAL PARA ENTREGA ALMOXARIFADO DA SAUDE

GESTOR INDICADO CARMEM SILVIA GUARIENTE

FUNCIONARIO CATIA NINNI

DESTINO 00013 - ALMOXARIFADO DA SAUDE

OBJETO

FICHA 00456 3.3.90.30. 10 302 0022 2083
 FONTE 01 - TESOURO APLICACAO 3100000 - SAUDE - GERAL
 ELEMENTO 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR

| ITEM | COD.OBJETO | DESCRICAO | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|-------------------|--|---------------|-------------|-------------|
| 00001 | 008.00130.0020-01 | INDICADOR QUIMICO PARA AUTOCLAVE INDICADOR INTEGRADOR QUIMICO (CLASSE 05) - COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PILULA QUIMICA SENSIVEL A TEMPERATURA TEMPO E VAPOR PERMITINDO EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO COM DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR A CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. DEVERA CONTEMPLAR 03 VALORES DECLARADOS: 121GC A 135GC E UMA TEMPERATURA INTERMEDIARIA CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA. DEVEM SER ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMINIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANCA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL QUE NAO EXIGE A INTERPRETACAO DE COR ONDE DURANTE A ESTERILIZACAO A VAPOR A SUBSTANCIA QUIMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LIQUIDO DE COLORACAO ESCURA ATRAVES DA MECHA DE PAPEL. A MIGRACAO E VISIVEL ATRAVES DA JANELA IDENTIFICADA POR REJEITADO E DEVERA ATINGIR A AREA DENOMINADA ACEITO SE TODAS AS CONDICoes NECESSARIAS PARA A ELIMINACAO DE MICROORGANISMOS NO INTERIOR DA EMBALAGEM FOREM ALCANCADAS. A EXTENSAO DA MIGRACAO A PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSICAO AO VAPOR E A TEMPERATURA. CONFORME NORMA | 1.000,000 PCT | 0,0000 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA PAULISTA
 AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - CEP 12.914-001
 UF: SAO PAULO - BRASIL - FONE: (11) 4034-7100
 CNPJ: 46.352.746/0001-65 HOME PAGE: www.braganca.sp.gov.br

DATA 03/09/2025

PG. 2

ANSI/AAMI/ISO 11140-1. PRODUTO DEVE SER LIVRE DE
 CHUMBO MERCURIO BARIO E LATEX. A EMBALAGEM PRIMARI
 A DEVE PROMOVER A INTEGRIDADE DO MATERIAL ATE O MO
 MENTO DA SUA UTILIZAAAO E DEVE POSSUIR IMPRESSO OS
 DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PROCEDENCIA
 NUMERO DE LOTE DATA DE FABRICACAO. PACOTE COM 10
 UNIDADES.

| ITEM | COD.OBJETO | DESCRICAO | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|--|-------------------|---|--------------------------|-------------|-------------|
| 00002 | 008.00125.0043-01 | LOCAO OLEOSA COM VITAMINA - A F E AGE COM 100ML HI DRATANTE | 50,000 UN | 0,0000 | 0,00 |
| 00003 | 008.00042.0022-01 | SERINGA DESC TUBERCULINA E C/ AGULHA 13 MM X 0,38 MM | 500,000 UN | 0,0000 | 0,00 |
| 00004 | 059.00002.0041-01 | LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX SEM PO (P) LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO; BORRACHA NAT URAL (LATEX); SUPERFICIE LISA; AMBIDESTRA; NAO EST ERIL; SEM PO; ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO, TOTA LMENTE IMPERMEAVEL A AGUA E A OUTROS FLUIDOS. COM CA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 50,000 CX | 0,0000 | 0,00 |
| 00005 | 059.00002.0042-01 | LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX SEM PO (M) LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO; BORRACHA NAT URAL (LATEX); SUPERFICIE LISA; AMBIDESTRA; NAO EST ERIL; SEM PO; ALTA SENSIBILIDADE E CONFORTO, TOTA LMENTE IMPERMEAVEL A AGUA E A OUTROS FLUIDOS. COM CA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 50,000 CX | 0,0000 | 0,00 |
| 0001 Req.mostradas, com 0005 itens no total. | | | VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ | | 0,00 |

 Requisitante

 Secretario

DLCA: _____ EM _____

Usuario: 10006 - 03/09/2025 - 10:36:50

AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSI
 DADES DOS SETORES DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. OS ITENS SOL
 CITADOS FORAM REVOGADOS NO PE 117/2024.