



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Secretaria Municipal de Saúde

Resposta sobre equipamento de aspiração de secreção modelo “5005 Home Care Nevoni”

Após análise da ficha técnica do equipamento e considerando as necessidades do nosso serviço, verificamos que o modelo ofertado possui potência inferior à dos aparelhos atualmente utilizados pela equipe que deve ser de, no mínimo: bomba de vácuo 1/33 HP e vácuo de 600mmHg. Dessa forma, ele não atenderia de maneira adequada às demandas assistenciais que temos hoje.

Bragança Paulista, 13 de março de 2026.

 Adriana A. Pasternak
Enfermeira
COREN-SP 642670

Enf. Adriana Azevedo Pasternak