

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90072/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Equipó P/ Bomba De Infusão

Descrição Detalhada: Equipó P/ Bomba De Infusão Material: Pvc Âmbar P/ Solução Fotossensível , Material Adicional: Sem Segmento De Silicone , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Filtro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete , Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm , Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante , Conector Solução: Ponta Perfurante , Conector Paciente: Luer , Adicional: C/ Capa Protetora P/ Frasco E Clamp , Compatibilidade: C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1500
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,50

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1500)

2 - Equipó P/ Bomba De Infusão

Descrição Detalhada: Equipó P/ Bomba De Infusão Material: Pvc Transparente , Material Adicional: Sem Segmento De Silicone , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Filtro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete , Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm , Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante , Conector Solução: Ponta Perfurante , Conector Paciente: Luer , Compatibilidade: C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1500
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,40

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1500)