

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90128/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Container P/ Esterilização			
Descrição Detalhada: Container P/ Esterilização Material: Polímero, Características 1: C/ Trava E Tampa Hermética, Características 2: C/ 1 Suporte P/ Filtro, Dimensões 2: Cerca De 45 X 30 X 10CM			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 5.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	39		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Osasco/SP (39)		

2 - Indicador Químico			
Descrição Detalhada: Indicador Químico Classe: Classe I, Tipo Uso: Externo, Apresentação: Fita Adesiva, Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor			
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 6.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2700		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Osasco/SP (2700)		

3 - Indicador Químico			
Descrição Detalhada: Indicador Químico Tipo Uso: Para Teste De Temperatura, Apresentação: Etiqueta Auto-Adesiva, Aplicação: Uso Em Lavadora Desinfetadora			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	9000		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Osasco/SP (9000)		

4 - Indicador Biológico			
Descrição Detalhada: Indicador Biológico Tipo: Terceira Geração, Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura, Espécie: Bacillus Stearothermophillus, Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas, Aplicação: Para Esterilização A Vapor, Componentes Adicionais: Com Indicador Químico E Controle De Processo, Adicionais: Pacote Para Teste			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1300		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Osasco/SP (1300)		

5 - Container P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Container P/ Esterilização Material: Polímero, Características 1: C/ Trava E Tampa Hermética, Características 2: C/ 1 Suporte P/ Filtro, Dimensões 2: Cerca De 45 X 30 X 10CM

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 1.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (13)

6 - Indicador Químico

Descrição Detalhada: Indicador Químico Classe: Classe I, Tipo Uso: Externo, Apresentação: Fita Adesiva, Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 2.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Osasco/SP (900)