

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Campo Cirúrgico Descartável

Descrição Detalhada: Campo Cirúrgico Descartável Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms, Propriedade: Hidrorepelente, Reforço: C/ Reforço Absorvente, Fixação: Adesiva, Dimensões: Cerca De 150 X 250CM, Cor: C/ Cor, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1000)