

5 - Coluna Para Hplc

Descrição Detalhada: Coluna Para Hplc Material: Silica, Revestimento: Aço Inoxidável, Comprimento: 150MM, Diâmetro: 3,90MM, Características Adicionais: Quimicamente Ligada A Grupo Octadecilsilano, Tamanho Partículas: 5MÍCRON

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (2)

6 - Coluna Para Hplc

Descrição Detalhada: Coluna Para Hplc Material: Silica, Revestimento: Carbono, Comprimento: 100MM, Diâmetro: 4,60MM, Características Adicionais: Ligada A Cadeias De C-18, Tamanho Partículas: 5MÍCRON

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (2)

7 - Coluna Para Hplc

Descrição Detalhada: Coluna Para Hplc Material: Silica, Revestimento: Aço Inoxidável, Comprimento: 250MM, Diâmetro: 4,60MM, Porosidade: 5 Micrometros, Características Adicionais: Quimicamente Ligada A Grupo Octadecilsilano

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (1)

8 - Coluna Para Hplc

Descrição Detalhada: Coluna Para Hplc Material: Silica, Comprimento: 20CM, Diâmetro: 4,6MM, Aplicação: Cromatografia Líquida De Alto Desempenho, Características Adicionais: Quimicamente Ligada A Grupo Octadecilsilano C18, Tamanho Partículas: 10MÍCRON

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (1)

9 - Coluna Para Hplc

Descrição Detalhada: Coluna Para Hplc Material: Silica Porosa, Comprimento: 250MM, Diâmetro: 4,6MM, Porosidade: 80 Angstrom, Aplicação: Cromatografia, Características Adicionais: Ligada A Grupamentos C8, Tamanho Partículas: 5MÍCRON

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (2)

10 - Coluna Para Hplc

Descrição Detalhada: Coluna Para Hplc Material: Silica, Revestimento: Aço Inoxidável, Comprimento: 150MM, Diâmetro: 4,60MM, Características Adicionais: Quimicamente Ligada A Grupo Octadecilsilano, Tamanho Partículas: 5MÍCRON

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (2)

11 - Coluna Cromatográfica

Descrição Detalhada: Coluna Cromatográfica Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 150MM, Diâmetro: 4,60MM, Aplicação: C18 Cromatografia Líquida De Alto Desempenho, Tamanho Partículas: 3MICRA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (2)

12 - Filtro Laboratório

Descrição Detalhada: Filtro Laboratório Tipo: Para Seringa, Material: PvdF, Porosidade: 0,45 µM, Dimensões: Cerca De 35MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (3000)

13 - Membrana Laboratório

Descrição Detalhada: Membrana Laboratório Tipo: Filtração, Material: PtfE, Formato: Redonda, Porosidade: 0,5 µM, Dimensões: Cerca De 45MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (300)

14 - Membrana Laboratório

Descrição Detalhada: Membrana Laboratório Tipo: Filtração, Material: PtfE, Formato: Redonda, Porosidade: 0,22 µM, Dimensões: Cerca De 45MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (100)

15 - Filtro Laboratório

Descrição Detalhada: Filtro Laboratório Tipo: Para Seringa, Material: PvdF, Porosidade: 0,22 µm, Dimensões: Cerca De 35MM, Esterilidade: Estéril, Apirogênico, Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (200)

16 - Ponteira Laboratório

Descrição Detalhada: Ponteira Laboratório Material: Polipropileno, Capacidade: Até 1000 Mcl, Esterilidade*: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase, Tipo Uso*: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (1000)

17 - Placa Laboratório

Descrição Detalhada: Placa Laboratório Tipo: P/ Cromatografia Camada Delgada, Material: Alumínio, Adicional: Com Silica Gel, Dimensões: Cerca De 20 X 20CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (100)

18 - Papel De Filtro

Descrição Detalhada: Papel De Filtro Tipo: Qualitativo, Diâmetro: Cerca De 120MM, Tipo Filtração: Filtração Rápida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (5000)