

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90124/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Central Processadora Vídeo Uso Médico

Descrição Detalhada: Central Processadora Vídeo Uso Médico Tipo: Digital, Tensão Alimentação: 120 / 220V, Frequência: 50/60HZ, Aplicação: Endoscópio Eletrônico De Ccd Colorido, Características Adicionais: Tela Cheia, Magnificação De Imagem E Possibilidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.000,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

Grupo: G1

2 - Videogastrosκόpio

Descrição Detalhada: Videogastrosκόpio Tipo: Eletrônico C/Ccd Colorido, Angulação: Campo De Visão 140°, Diâmetro: Diâmetro Externo Tubo Inserção Cerca 8,5 Mm, Comprimento: Comprimento De Trabalho Cerca 1300MM, Compatibilidade: A Prova D'Água, Tipo Movimento: Ponta Distal,210° Cima,90° Baixo,100° A Dir/Esq.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 900,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

Grupo: G1

3 - Videocolonosκόpio

Descrição Detalhada: Videocolonosκόpio Tipo: Ccd Colorido Alta Resolução Tela Cheia, Angulação: Visão Frontal 170°,180°Acima E Abaixo,160° Dir/Esq, Diâmetro: 12,8mm, Comprimento: Comprimento De Trabalho 1680mm, Componentes: Canal De Trabalho (Biopsia) De 3,7mm De Diâmetro, Características Adicionais: Profundidade 2-100mm, Comprimento Total 2005mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.000,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Central Processadora Vídeo Uso Médico	1	Unidade
2	Videogastrosκόpio	1	Unidade
3	Videocolonosκόpio	1	Unidade