

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2026-000

1 - Itens da Licitação

| | | | |
|---|-------------------|---------------------------|----------------|
| 1 - Cateter Central | | | |
| Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso, Tipo Implante: Inserção Periférica, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca 2 Fr, Vias: Duplo Lúmen, Comprimento: Cerca 30CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas, Componente: Kit Introdutor Completo, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual | | | |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. | | | |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: | Não | | |
| Quantidade Total: | 40 | | |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | | |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,17 | | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | São Paulo/SP (40) | | |

| | | | |
|--|------------------|--------------------|----------------|
| 2 - Balão Uso Médico | | | |
| Descrição Detalhada: Balão Uso Médico Material: Silicone, Tamanho: Volume Cerca De 500 MI, Características Adicionais: Montado Em Sonda 2 Vias, Válvula Antirrefluxo, Aplicação: Intra-Uterino, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril, Uso: Radiopaco | | | |
| Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. | | | |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: | Não | | |
| Quantidade Total: | 8 | | |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | | |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 25,66 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | São Paulo/SP (8) | | |