

5 - Cânula Orofaríngea Guedel

Descrição Detalhada: Cânula Orofaríngea Guedel Material*: Polímero, Tamanho*: Tamanho Nº 4, Esterilidade*: Estéril, Embalagem Individual*: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (70)

6 - Fluxômetro

Descrição Detalhada: Fluxômetro Capacidade Fluxo: 0 A 15L/MIN, Aplicação: Controle Fluxo Oxigênio Medicinal, Pressão: Pressão Calibração Até 3,5 KGF/CM2, Tipo Conexão: Conexões Conforme Abnt, Regulagem: Vazão Regulada P/Válvula Agulha C/Manopla Fixada, Tipo Escala: Escala Numérica, Componentes: Flutuador Esférico, Porca Conexão C/Abas Em Latão, Conexão Saída: Conexão Saída C/Resca Em Latão Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (150)

7 - Lâmina Laringoscópio

Descrição Detalhada: Lâmina Laringoscópio Material: Aço Inoxidável, Tipo: Curva, Tamanho: Nº 4, Características Adicionais: Fibra Ótica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (40)

8 - Filtro Purificação De Ar

Descrição Detalhada: Filtro Purificação De Ar Material: Papel De Microfibra De Vidro Plissado, Aplicação: Cabines De Segurança, Características Adicionais: Filtro Hepa H14, Dimensões: 915 X 610 X 78MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (50)