

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90048/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Equipo P/ Bomba De Infusão			
Descrição Detalhada: Equipo P/ Bomba De Infusão Material: Pvc Transparente, Material Adicional: Com Segmento De Silicone, Volume Bureta: Bureta Cerca De 150ML, Características Bureta: Graduada, C/ Alça, Respiro, Injetor E Filtro, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, C/ Priming Reduzido, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante, Conector Solução: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Clamp, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		160	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Franco da Rocha/SP (160)	
Grupo: G1			

2 - Equipo P/ Bomba De Infusão			
Descrição Detalhada: Equipo P/ Bomba De Infusão Material: Pvc Âmbar P/ Solução Fotossensível, Material Adicional: Com Segmento De Silicone, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Uso S/ Agulha, Conector Solução: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Capa Protetora P/ Frasco, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		150	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Franco da Rocha/SP (150)	
Grupo: G1			

3 - Equipo P/ Bomba De Infusão			
Descrição Detalhada: Equipo P/ Bomba De Infusão Material: Pvc Âmbar P/ Solução Fotossensível, Material Adicional: Com Segmento De Silicone, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante, Conector Solução: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Capa Protetora P/ Frasco, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		700	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Franco da Rocha/SP (700)	
Grupo: G1			

4 - Seringa Para Bomba

Descrição Detalhada: Seringa Para Bomba Aplicação: Compatível C/ Bomba Infusora, Material: Polipropileno, Capacidade: Cerca 60ML, Característica Adicional: Graduada, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Franco da Rocha/SP (600)

Grupo: G1

5 - Seringa Para Bomba

Descrição Detalhada: Seringa Para Bomba Aplicação: Compatível C/ Bomba Infusora, Material: Polipropileno, Capacidade: Cerca 20ML, Característica Adicional: Graduada, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Franco da Rocha/SP (2600)

Grupo: G1

6 - Extensor Infusão Vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Tipo: P/ Bomba Infusora, Vias: 1 Via, Material: Polímero, Comprimento: Cerca 120CM, Calibre: Cerca 6FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Até Cerca De 100PSI, Componente Adicional: C/ Clamp, Características Adicionais: Fotossensível, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Franco da Rocha/SP (2000)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Equipo P/ Bomba De Infusão	160	Unidade
2	Equipo P/ Bomba De Infusão	150	Unidade
3	Equipo P/ Bomba De Infusão	700	Unidade
4	Seringa Para Bomba	600	Unidade
5	Seringa Para Bomba	2600	Unidade
6	Extensor Infusão Vascular	2000	Unidade