

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90035/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Circuito Respiratório			
Descrição Detalhada: Circuito Respiratório Material: Silicone, Modelo: C/ 5 Traqueias, Diâmetro Traqueia: Cerca De 22MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 100, 100, 60, 60, 60CM, Conector: C/ Conector "Y", Dreno Coletor De Água: C/ 2 Drenos, Linha Adicional: Sem Linha, Componente Adicional: C/ Balão De Ventilação Cerca De 2,5l, Esterilidade: Esterilizável			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	10		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	7,25		
Local de Entrega (Quantidade):	Mogi das Cruzes/SP (10)		

2 - Conector Uso Médico			
Descrição Detalhada: Conector Uso Médico Aplicação: P/ Circuito Ventilatório, Material 1: Polímero, Modelo: Tubular, Formato: Em "T", Diâmetro: D. Ext X D. Int 22 X 15 / 22 X 15 E D. Int 15MM			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	100		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20			
Local de Entrega (Quantidade):	Mogi das Cruzes/SP (100)		

3 - Conector Uso Médico			
Descrição Detalhada: Conector Uso Médico Aplicação: P/ Circuito Ventilatório, Material 1: Polímero, Modelo: Tubular, Formato: Em "Y", Diâmetro: D. Ext X D. Int 22 X 15 / 22 X 15 / 22 X 15MM, Característica Adicional: Entrada Adicional C/ Tampa			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	80		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,40		
Local de Entrega (Quantidade):	Mogi das Cruzes/SP (80)		