

5 - Bisturi Oftalmológico

Descrição Detalhada: Bisturi Oftalmológico Material Lâmina: Aço Inoxidável, Modelo: Reto De 15°, Tamanho Lâmina: Cerca De 1,5MM, Material Cabo: C/ Cabo Plástico, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,79

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (600)

6 - Bisturi Oftalmológico

Descrição Detalhada: Bisturi Oftalmológico Material Lâmina: Aço Inoxidável, Modelo: Crescente Angulado C/ Bisel Duplo, Tamanho Lâmina: Cerca De 2,3MM, Material Cabo: C/ Cabo Plástico, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,36

Local de Entrega (Quantidade): Guarulhos/SP (600)