

## **1 - Itens da Licitação**

**Descrição Detalhada:** Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 3MM, Comprimento Balão: Cerca De 151 A 200MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0.018??. Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (26)