

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90103/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Âncora De Sutura Ortopédica

Descrição Detalhada: Âncora De Sutura Ortopédica Material: Titânio, Diâmetro: Cerca De 3,5MM, Componente: 2 Fios Sutura, Material Do Fio: Polietileno, Componente 2: Sistema De Aplicação, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (75)

2 - Tela Cirúrgica

Descrição Detalhada: Tela Cirúrgica Modelo: Implantável, Material: Polipropileno + Celulose + Polidioxanona, Aplicação: Parcialmente Absorvível, Dimensões: Cerca De 30 X 30CM, Esterilidade: Estéril, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (8)

3 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Lombar Externa - Dle, Adicionais: Radiopaco, Tipo Cateter: Cateter Lombar De Silicone, Componente 1: Sistema Fechado C/ Conectores, Câmara Graduada, Componente 2: Bolsa Coletora, Opcionais: Conjunto Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (25)

4 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp, Adicionais: Radiopaco, Tipo Cateter: Cateter Ventricular E Peritoneal De Silicone, Componente 1: Válvula Unidirecional Programável, Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor, Tamanho: Adulto, Opcionais: Conjunto Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (15)