

ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

1. DA DESCRIÇÃO E QUANTIDADE

1.1. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	SIAFÍSICO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE
01	4285409 - Eletrodo P/bisturi Eletrocirurgico. Especificação Técnica: Eletrodo P/equipamento Médico; de Retorno, com cabo, C/ Adesivo Hidrogel Polyhesive, Bipartida, Sistema Rem; para Bisturi Eletrocirurgico; Borda Adesiva Acrílica c/proteção de Invasão de Fluido, Livre de Látex P/pacientes acima de 2,700 kg.	459262	428540-9	UNIDADE	100

2. DA ENTREGA

2.1. A entrega será **única**

2.2. A entrega deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias uteis após emissão da nota de empenho

2.3 A **vigência do contrato** será até o **término do exercício financeiro vigente**, observadas as disposições legais aplicáveis.

3. Local, Horário de Entrega e Validade:

Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua **Oswaldo Cruz, nº 197 – Bairro Boqueirão** – Santos/SP – CEP **11045-100**, Setor: **Almoxarifado**, no horário das **08h00 às 16h00**, em dias úteis.

3.1 Para a entrega de insumos de **grande volume**, é **obrigatório o agendamento prévio** junto à Seção de Almoxarifado, por meio do telefone **(13) 3202-1316** ou pelo e-mail lideralmoxarifado.hga@logfarma.com.br

3.2 Na ausência de **agendamento prévio**, as mercadorias **não serão recebidas**.

3.3 Prazo de Validade:

O prazo de validade dos bens, na data da entrega, **não poderá ser inferior a 12 (doze) meses**.

4. Da Proposta Comercial:

A proposta deverá ser elaborada em **papel timbrado da empresa**, contendo obrigatoriamente o **CNPJ**, bem como **nome completo, telefone e e-mail do responsável** pela sua emissão.

4.1 A proposta deverá informar os **dados bancários do Banco do Brasil** (agência e conta), em conformidade com o disposto no **Decreto nº 62.867/2017**.

4.2 Validade da Proposta:

A proposta deverá possuir **validade mínima de 60 (sessenta) dias**, contados a partir da data de sua apresentação.

4.3 Documentação Técnica:

A proposta deverá conter **catálogo técnico do produto**, com **descritivo detalhado e imagens nítidas**, que permitam a perfeita identificação e avaliação do item ofertado.

4.4 Regularização Sanitária:

Deverá ser apresentado **registro do produto junto à ANVISA**, quando aplicável, em plena validade.

4.5 Comodato

A empresa vencedora deverá fornecer em comodato para o hospital, **01 (um) BISTURIS ELETRÔNICOS** durante o período de fornecimento dos insumos e até que os mesmos termine, conforme descritivo do equipamento abaixo:

A- Bisturi eletrônico para todos os procedimentos de centro cirúrgico, independente da complexidade da cirurgia, contendo Indicação digital de potência em watts e ajuste digital de potência com precisão de 01 em 01 watt para todos os modos de operação, através de teclas blindadas e a prova de líquidos. Indicação sonora da função acionada Sistema de monitoração da resistência/contato da placa-paciente adesiva com sistema REM, com indicação visual da qualidade do contato através de display gráfico localizado no painel frontal e seleção automática do sistema de monitoração conforme tipo de placa conectada.

B- Funções eletrocirúrgicas monopolares (corte e coagulação) acionadas através de pedal duplo e permitir acionamento simultâneo de 02 canetas de comando manual. Permitir ainda, a operação do modo bipolar através de pedal independente e de forma automática, sem a necessidade de acionar qualquer tecla no painel do equipamento.

C- Possuir modo de corte para tecidos adiposos que exigem maior eficiência durante o procedimento e permitir conexão com coagulador argônio, mantendo todas as funções convencionais do bisturi elétrico.

D- Potências mínimas para cada função: 400 watts para corte puro e modo forçado para tecidos adiposos, 03 modos de Blends para os tipos de normal e forçado; 120 watts para coagulação spray; 80 watts para bipolar em modos rápido e preciso e função microbipolar independente, com alta precisão para coagulação de vasos de pequeno calibre (microcirurgias).

E- Seleção automática de voltagem de acordo com a rede elétrica (127/220VAC), podendo ser ligado em qualquer tomada cuja voltagem da rede elétrica esteja entre 100 e 240VAC.

F- Possuir Certificado de Conformidade comprovando atendimento às exigências da NBRIEC 60601-2-2 (Norma Internacional de

Segurança Elétrica para bisturis eletrônicos) na classificação CF e inclusive teste de interferência eletromagnética (EMC).

G- Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação, em plena validade, atendendo a determinação da RDC-59 - ANVISA.

H- O equipamento deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 carrinho; 01 pedal duplo; 01 pedal simples para o modo bipolar; 01 cabo para placa descartável adulto ou infantil.

I- A empresa vencedora deverá realizar manutenção preventiva conforme recomendação do fabricante, assim como fica responsável pela manutenção corretiva do equipamento, devendo responder a solicitação de conserto num prazo de 48 horas de dias úteis.

A entrega do material em comodato deverá ser realizada de forma imediata, sendo que a entrega será realizada em até 05 (cinco) dias úteis contados da emissão da nota de empenho.