

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

1. DA DESCRIÇÃO E QUANTIDADE

1.1. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	SIAFÍSICO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE
01	4131304 - Cateter Intravenoso Central de Inserção Periférica (picc) de 1, 9 Especificação Técnica: Cateter Intravenoso Radiopaco Esteril; Em Silicone; Pediátrico; Intravenoso Central de Inserção Periférica (picc); Centimetrado; Mono Lúmen; Com Introduutor Compatível Ao Diâmetro e Comprimento do Cateter; Sendo a Agulha de Punção Compatível Com Cateter; Asas de Fixação; Tamanho do Diâmetro de 1,9 a 2,0 Fr e Comprimento Variando de 28 a 50 Cm; Atóxico; Apirogenico; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto e Permita Transferência Asséptica; o Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente;	437360	413130-4	UNIDADE	100
02	135496 - Lençol Papel Desc., Branco, (70cmx50m), Involucro Individual Especificação Técnica: Lençol de Papel Descartável; Em Papel Com Textura Firme e Resistente; Na Cor Branca; Medindo (70cm x 50m); Involucro Individual Em Plástico Atóxico; Rotulagem Respeitando a Legislação Atual Vigente;	481788	13549-6	ROLO	2800
03	3957780 - Fio de Aço Inoxidável Em Monofilamento de Aço Inoxidável, Diam. 5 Especificação Técnica: Fio de Aço Inoxidável; Em Monofilamento de Aço Inoxidável, Não Absorvível; Diâmetro 5 e Comprimento 45cm; Uma Agulha Em Aço Inoxidável, Cortante, 1/2 Circulo e 4,8 Cm de Comprimento; Esteril; Medindo Mínimo de 10 Cm e Máximo de 50cm; Embalado Em Envelope Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Deverá Ser Entregue Com a Rotulagem de Acordo Com a Legislação Vigente;	487673	395778-0	UNIDADE	50

04	5019435 - Cobertura Não Aderente Com Associações, Medindo 15 x 15 Cm Especificação Técnica: Cobertura Não Aderente Com Associações; Medindo 15 x 15 Cm, Curativo Primário, Absorvente, Não Oclusivo, Composto Por Fibras Poli absorventes; Formadas Por Núcleo Acrílico Envolto Por Polímeros de Polacrilato de Amônia e Matriz Cicatrizante; Tlc (tec. Lípidio Coloide, Carboximetilcelulose, Partículas Lipofílicas) Com Sais de Prata, Esteril; Embalado Em Embalagem Individual, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente;	638430	501943-5	UNIDADE	300
05	5773458 - Curativo Adesivo de Não Tecido 2,5cmx10m Especificação Técnica: Curativo Adesivo; Com Não Tecido de Poliéster Elástico, Branco e Poroso, Com Adesivo Hipoalergenico a Base de Poliacrilato; Fixação de Curativos, Cateteres e Drenos. Sem Látex. Não Esteril, Aplicar Somente Sobre Pele Inteira; Protegido Por Papel Siliconado Branco Com Planimétrica de 1cm². Adaptável Aos Contornos do Corpo; Rolo Medindo de 15cm x 10m; Involucro Individual Com Material Que Promova Barreira Antimicrobiana de Abertura e Transferência Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente, Contendo Data de Validade do Produto.	616733	577345-8	ROLO	120
06	2963604 - Mascara Laríngea, Em Pvc, Nº 4 Especificação Técnica: Máscara Laríngea; Em Pvc, Descartável; Com Tubo de Drenagem Gástrica Integrado C/ Barra de Fixação, Com Protetor de Mordedura; Número 14-16fr Marcações de Tamanho Nº 4 para Peso do Paciente 50-70 Kg Com Conector de 15mm Fixo.; Esteril; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente;	451079	296360-4	UNIDADE	60
07	2787580 - Protetor Descartável Ocular para Fototerapia, Tamanho PP Especificação Técnica: Protetor Descartável; Em Malha Tubular Elástica, Hipoalérgico, Anti-escara e Anatômico, para Proteção Ocular Em Fototerapia; Com Velcro Nas Extremidades para Fixação, Possui Black-out Impedindo a Passagem de Luz; Tamanho Pp, Medindo 10 x 5 Cm de Óculos e 0,3 Cm de Encaixe Narina; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente;	479673	278758-0	UNIDADE	200
08	2052822 - Protetor Descart., P/ocular Fotot., Algod.(tam.p 30cm), C/velcro	479669	205282-2	UNIDADE	100

	Especificação Técnica: Protetor Descartável; Em Protetor Ocular Fototerapia, composto Por Uma Banda de Tecido Duplo Em Algodão Atóxico, hipoalérgico E; Anti-escaras, anatômico, com Velcro Na Extremidade para Fixação, possui Black-out Impedindo a Passagem; m de Luz, tam. P,med.30 Cm de Comp.,(7.5 x 3.5cm Óculos) e (2cm de Encaixe Na Narina); Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente;				
09	1141660 - Tampa Protetora, Plástico Atóxico Para Sonda Foley Especificação Técnica: Tampa Protetora; Em Plástico Atóxico; para Uso SONDA FOLEY ; Acondicionado Em Involucro Individual; Esteril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente;	479655	114166-0	UNIDADE	300
10	6243231 - Lamina para Equipamento Médico Especificação Técnica: Lâmina para Equipamento Medico; Lâminas para Serra Sagital para (esternotomia); Lamina Semicircular P/ 2. Abertura Esterno Dimens. aprox. C.60 mm. L. 60 mm. E. 1 mm. (compatível Aparelho Microdent); Compatível Com Lamina Semicircular cód. LSM010-A, Em Aço Inox de Alto Grau de Resistencia, Compatível Com Serra Microdent; Embalado Em Embalagem Unitária;	612986	624323-1	UNIDADE	4

2. DA ENTREGA

2.1. A entrega será **parcelada** em 2 (dois) meses

2.2. A entrega deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias uteis após emissão da nota de empenho

2.3 A **vigência do contrato** será até o **término do exercício financeiro vigente**, observadas as disposições legais aplicáveis.

3. Local, Horário de Entrega e Validade:

Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço:
Rua Oswaldo Cruz, nº 197 – Bairro Boqueirão – Santos/SP – CEP 11045-100, Setor: Almoxarifado, no horário das **08h00 às 16h00**, em dias úteis.

3.1 Para a entrega de insumos de **grande volume**, é **obrigatório o agendamento prévio** junto à Seção de Almoxarifado, por meio do telefone **(13) 3202-1316** ou pelo e-mail lideralmoxarifado.hga@logfarma.com.br

3.2 Na ausência de **agendamento prévio**, as mercadorias **não serão recebidas**.

3.3 Prazo de Validade:

O prazo de validade dos bens, na data da entrega, **não poderá ser inferior a 12 (doze) meses**.

4. Da Proposta Comercial:

A proposta deverá ser elaborada em **papel timbrado da empresa**, contendo obrigatoriamente o **CNPJ**, bem como **nome completo, telefone e e-mail do responsável** pela sua emissão.

4.1 A proposta deverá informar os **dados bancários do Banco do Brasil** (agência e conta), em conformidade com o disposto no **Decreto nº 62.867/2017**.

4.2 Validade da Proposta:

A proposta deverá possuir **validade mínima de 60 (sessenta) dias**, contados a partir da data de sua apresentação.

4.3 Documentação Técnica:

A proposta deverá conter **catálogo técnico do produto**, com **descritivo detalhado e imagens nítidas**, que permitam a perfeita identificação e avaliação do item ofertado.

4.4 Regularização Sanitária:

Deverá ser apresentado **registro do produto junto à ANVISA**, quando aplicável, em plena validade.