

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

1. DA DESCRIÇÃO E QUANTIDADE

1.1. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	SIAFÍSICO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE
01	733890 - Compressa Cirur., Algodão, 04cam, C/f.rad., 25x28cm, P/lav., Ester, Nbr14767 Especificação Técnica: Compressa Cirúrgica; Em Tecido de 100% Algodão, 16 Fios/cm ² ; Com 04 Camadas de Tecido; Com Costura Reforçada Nos Cantos; Bordas Bem Acabadas Sem Desfiamento, c/cadarço C/30 Cm de Comprimento Em Uma Extremidade; Com Elemento Radiopaco Em Toda a Extensão do Corpo Da Compressa; Medindo 25 x 28cm (20grs); Pre-lavada; Esteril; Embalado Em Embalagem Dupla Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; o Produto Deverá Atender Que Comprove Cumprimento Nbr14767, Validade de No mínimo 12 Meses Na Entrega;	623085	73389-0	PACOTE 5 UNIDADES	13.000
02	5823137 - Aerocâmara para Adm. de Aerossóis Inalatórios Adulto Flexível, para circuito respiratório. Especificação Técnica: Aerocâmara para Adm. de Aerossóis Inalatórios; Composto de: Câmara retrátil, com contador, que permite a administração de aerossóis através do circuito de ventilação mecânica; para Pacientes Adulto; Em Material Atóxico; Mascara Em Acabamento Flexível, Adaptador Em Material Transparente, Inquebrável; Acondicionado Em Material Adequado Que Garanta a Integridade do Produto;	387142	582313-7	UNIDADE	3.200
03	3087085 - Conjunto Endobronquial Cal.37fr Pta Esquerda P/intubação Seletiva Especificação Técnica: Conjunto Endobronquial; Composto Por Canula, Sonda de Aspiração, Conectores e Peça Em Y; Com Canula Confeccionada Em Pvc Transparente,	454222	308708-5	UNIDADE	10

	Atóxico e Flexível; Duplo Lúmen; Cuff Traqueal e Bronquial; Com Mandril; Sem Gancho de Carina; Ponta Esquerda para Intubação Seletiva do Brônquio; Calibre 37 Fr, Sem Graduação; Com Fio Radiopaco; Esteril; Uso Único, Descartável; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente;				
04	4182448 - Cobertura de Poliuretano Medindo 9cm x 9cm Especificação Técnica: Cobertura de Poliuretano; Medindo Aprox. 9x9cm (+/-2cm) P/ Traqueostomia C/ Orifício que Permite Adaptação do Curativo Redor Da Canula; Espuma de Poliuretano Ou Polimérica Não Aderente Coberta C/ Filme Semipermeável Que Absorva Secreção; Esteril, C/ Barreira Microbiana e Viral; Embalado Em Embalagem Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica, Individualmente; a apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente;	484701	418244-8	UNIDADE	300
05	1390546 - Mascara Prot.desc., Poliéster, Semi-facial, C/elast., C/meio Filtrante Especificação Técnica: Máscara de Proteção Descartável; Confeccionado Em Fibras de Poliéster, com Meio Filtrante, semi-facial Tipo N95 (pff-2); Com Uma Camada Externa de Polipropileno e Polietileno e Uma Camada Interna de Celulose/poliéster; Com Um Par de Elásticos para Fixação; Que Não Permita Entrada Lateral de Ar, Adaptável a Diferentes Tipos de Rosto; Uso Em Ambiente Com Risco de Contaminação; apresentação Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; Rotulagem Respeitando a Legislação Atual Vigente;	485533	139054-6	UNIDADE	7800
06	597880 - Equipo Macro, C/1, 20cm, S/inj, C/resp, Conect.em Y – LUER SLIP Especificação Técnica: Equipo para Administração de Soluções Parenterais; Em Pvc Ou Similar atóxico, tubo Com 1,20cm; Com Ponta Perfurante para Ampola Plástica Ou Borracha; Com Pinça Roleta Corta Fluxo de Alta Precisão; Sem Injetor Lateral; Gotejador Macrogotas; PONTA LUER SLIP Respiro Com Filtro de Ar Hidrófobo Bacteriológico; Câmara Gotejadora Flexível; Embalado Em Papel Grau Cirúrgico e Filme Transparente, individual, esteril; o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Analítico Que Comprove Cumprimento Nbr14041;	609517	59788-0	UNIDADE	1000

07	5809517 - Filtro Hepa, para Ventilador Pulmonar e Aparelho de Anestesia – NEO/PED Especificação Técnica: Filtro; Hepa P/ Proteção de Equipamentos Respiratórios. Constituído Por Membrana Bidirecional; Composta Por Papel de Fibra de Vidro Hidrofóbico E aglutinante Orgânico Hepa, Em Capsula de Resina; para Ventilador Pulmonar e Aparelho de Anestesia. Capacidade de Retenção de Partículas Entre 1 e 0,1micro; Eficiência Filtração Bfe (bactéria) Vfe (vírus), resist. fluxo, Espaço Morto de 0 a 135ml;	479622	580951-7	UNIDADE	4.500
08	5505909 - Folha Teste Tipo Teste para Seladora Especificação Técnica: Folha Teste; para Garantir Integridade de Selagem de Papel Grau Cirúrgico; Tipo Teste para Seladora; Uso Em Pre Ensaio de Rotina de Cordão de Selagem Da Seladora; Folhas Tarjeadas para Visualização de Integridade Impermeabilização de Selagem; Embalado Em Material Apropriado Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente;	411151	550590-9	FOLHA UNIDADE	300

2. DA ENTREGA

2.1. A entrega será **parcelada** em 4 (quatro) meses

2.2. A entrega deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias uteis após emissão da nota de empenho

2.3 A **vigência do contrato** será até o **término do exercício financeiro vigente**, observadas as disposições legais aplicáveis.

3. Local, Horário de Entrega e Validade:

Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço:
Rua Oswaldo Cruz, nº 197 – Bairro Boqueirão – Santos/SP – CEP 11045-100, Setor: Almoxarifado, no horário das **08h00 às 16h00**, em dias úteis.

3.1 Para a entrega de insumos de **grande volume**, é **obrigatório o agendamento prévio** junto à Seção de Almoxarifado, por meio do telefone **(13) 3202-1316** ou pelo e-mail lideralmoxarifado.hga@logfarma.com.br

3.2 Na ausência de **agendamento prévio**, as mercadorias **não serão recebidas**.

3.3 Prazo de Validade:

O prazo de validade dos bens, na data da entrega, **não poderá ser inferior a 12 (doze) meses.**

4. Da Proposta Comercial:

A proposta deverá ser elaborada em **papel timbrado da empresa**, contendo obrigatoriamente o **CNPJ**, bem como **nome completo, telefone e e-mail do responsável** pela sua emissão.

4.1 A proposta deverá informar os **dados bancários do Banco do Brasil** (agência e conta), em conformidade com o disposto no **Decreto nº 62.867/2017**.

4.2 Validade da Proposta:

A proposta deverá possuir **validade mínima de 60 (sessenta) dias**, contados a partir da data de sua apresentação.

4.3 Documentação Técnica:

A proposta deverá conter **catálogo técnico do produto**, com **descritivo detalhado e imagens nítidas**, que permitam a perfeita identificação e avaliação do item ofertado.

4.4 Regularização Sanitária:

Deverá ser apresentado **registro do produto junto à ANVISA**, quando aplicável, em plena validade.