

ANEXO III

MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

ANEXO III.1

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

ITEM 01	ESPECIFICAÇÃO Aquisição de materiais de uso técnico hospitalar (Sistema de Coleta e Aspiração de Secreção) – Agrupamento de itens	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Subit em 1.1	4325559 (KIT SISTEMA FINAL) - SISTEMA DE COLETA E ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO. MODELO: SACO TIPO REFIL. MATERIAL: EM POLIETILENO (POLÍMERO MALEÁVEL OU MATERIAL POLIMÉRICO EQUIVALENTE). TIPO: BOLSA FLEXÍVEL, DOBRÁVEL E DESCARTÁVEL, COM VÁLVULA DIAFRAGMA E VÁLVULA HIDROFÓBICA, SISTEMA FECHADO (COM SISTEMA ANTIRREFLUXO). CAPACIDADE: DE 2000ML. MEDIDAS: APROXIMADAMENTE 11 X 21 X 14,5 CM. COMPATIBILIDADE:	619225	UNIDADE	70		

(Complexo Hospitalar do Juquery)

Avenida dos Coqueiros, s/n – Centro | CEP: 07.850-320 | Franco da Rocha, SP | Fone: (11) 4811-9378

	COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO DE ASPIRAÇÃO A VÁCUO (REDE DE VÁCUO HOSPITALAR) COM REGISTRO/REGULADOR DE PRESSÃO INTEGRADO E CONEXÃO 4 BOLSAS. EMBALAGEM: EMBALADO EM CONJUNTO COM SACO PARA DESCARTE VERMELHO PARA MATERIAL INFECTANTE. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL E USO ÚNICO. APRESENTAÇÃO: A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, RDC 222/2018 ANVISA, CONAMA 358, NR 32, RDC 36/2013 ANVISA E RDC 63/2011 ANVISA. REGISTRO NAANVISA. TREINAMENTO E MANUAL (TÉCNICO E OPERACIONAL) EM PORTUGÊS.					
Subitem 1.2	4312929 (KIT SISTEMA PRÉ) - SISTEMA DE COLETA E ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO. MODELO: SACO TIPO REFIL. MATERIAL: EM POLIETILENO (POLÍMERO MALEÁVEL OU MATERIAL POLIMÉRICO	619228	UNIDADE	720		

(Complexo Hospitalar do Juquery)

Avenida dos Coqueiros, s/n – Centro | CEP: 07.850-320 | Franco da Rocha, SP | Fone: (11) 4811-9378

EQUIVALENTE). TIPO: BOLSA FLEXÍVEL, DOBRÁVEL E DESCARTÁVEL, COM VÁLVULA DIAFRAGMA E SISTEMA FECHADO. CAPACIDADE: DE 2000ML. MEDIDAS: APROXIMADAMENTE 11 X 21 X 14,5 CM. COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO DE ASPIRAÇÃO A VÁCUO (REDE DE VÁCUO HOSPITALAR) COM REGISTRO/REGULA DOR DE PRESSÃO INTEGRADO E CONEXÃO 4 BOLSAS. EMBALAGEM: EMBALADO EM CONJUNTO COM EXTENSÃO ESTÉRIL DE APROXIMADAMENTE 3 METROS EM PVC DESCARTÁVEL COM OBTURADOR E COM SACO PARA DESCARTE VERMELHO PARA MATERIAL INFECTANTE. ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL E USO ÚNICO (EXTENSÃO EM PVC +/- 3 METROS ESTÉRIL). APRESENTAÇÃO: A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, RDC 222/2018 ANVISA, CONAMA 358, NR 32, RDC 36/2013 ANVISA E RDC					
--	--	--	--	--	--

	63/2011 ANVISA. REGISTRO NA ANVISA. TREINAMENTO E MANUAL (TÉCNICO E OPERACIONAL) EM PORTUGÊS.					
--	---	--	--	--	--	--

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- Pagamento: 30(trinta), dias após emissão da nota fiscal e recebimento definitivo do material.
- Entrega: 15(quinze) dias, após recebimento da nota de empenho. Impostos: inclusos.
- Garantia do produto: mínimo 12 (doze) meses.
- Paras fins de pagamento a empresa deverá ter conta no Banco de Brasil, de acordo com item 7.19 do Termo de Referência anexo I do edital e Decreto 62.867 de 03/10/2017.