

ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA

Documento de Formalização de Demanda 287/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
287/2026	90165-ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA	FATIMA APARECIDA FERREIRA FERNANDES	07/07/2026 12:13 (v 0.4)
Status	ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra	182/2026	024.00088583/2026-52

Informações preliminares

REQUISITANTE:

Órgão:
Setor Requirante: ENGENHARIA CLÍNICA - CGEFRO - CHJ
Responsável pela demanda: ALEXANDRE DELFINO MARIANO
Matricula: 12.901.209
E-mail: infra.chj@gmail.com
Telefone: (11) 4811-9422

DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO: 21/08/26**PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:** 30 (trinta) dias após emissão do EMPENHO**GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO:** MÉDIO

1. Definição do Objeto

1.1 Solicitação de contratação de empresa especializada para SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, com emissão de CERTIFICADOS em 15 (quinze) EQUIPAMENTOS MÉDICOS - MARCAS: GIGANTE e OLIDEF, pertencentes a Maternidade Estadual de Franco da Rocha "Leonor Bueno de Moraes", nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO e TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA com emissão de CERTIFICADOS	unidade	15		
TOTAL					

1.2 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

2. Justificativa da necessidade

É necessária a contratação de empresa especializada para efetuar serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO e TESTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA nos equipamentos constantes no Termo de Referência.

- 1- Os BERÇOS AQUECIDOS periodicamente necessitam passar por manutenções preventivas com calibração e testes de segurança elétrica pois o uso contínuo dos equipamentos podem ocasionar a desregulagem dos termostatos de segurança, a sobrecarga das resistências elétricas e demais componentes eletrônicos podendo colocar em risco a integridade física do paciente em uso do equipamento;
- 2- As INCUBADORAS NEONATAIS periodicamente necessitam passar por manutenções preventivas com calibração e testes de segurança elétrica pois o uso contínuo dos equipamentos podem ocasionar a desregulagem dos termostatos de segurança, avarias no sistema de ventilação interna, a sobrecarga das resistências elétricas e demais componentes eletrônicos podendo colocar em risco a integridade física do paciente em uso do equipamento;

3. Informação restrita

[Conteúdo Sigiloso | Justificativa: A adoção do orçamento sigiloso, conforme previsto no art. 24 da Lei nº 14.133/2021, visa garantir a competitividade e a vantajosidade do certame, preservando a isonomia entre os licitantes e evitando que o conhecimento prévio do valor estimado pela Administração influencie a elaboração das propostas. Tal medida busca,

4. Vinculação ou dependência com outro DFD

A execução deste DFD não tem dependência prévia com execução de outro DFD.

5. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho: Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

ALEXANDRE DELFINO MARIANO

Diretor Técnico II / CGEFRO / CHJ



Assinou eletronicamente em 07/07/2026 às 12:13:03.

Despacho: Autorizo a contratação, encaminhe-se ao Setor de Contratações, conforme proposto.

DEBORA PEREIRA

Diretor Técnico de Saúde III / CHJ



Assinou eletronicamente em 07/07/2026 às 11:59:03.