

ANEXO I TERMO DE REFERENCIA

1. DA DESCRIÇÃO E QUANTIDADE

1.1. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	SIAFÍSICO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE
1	5432430 - Poltrona Hospitalar até 150 Kg Com Rodízios. Especificação Técnica: Poltrona Hospitalar; para Descanso, Totalmente Reclinável Acionado Por Pistão, Capacidade P/ suportar até 150 Quilos, Com Rodízios; Na cor Bege, Estrutura Em Tubos de Aço Medindo 25 x 25 Mm, Espessura Mínima de 2 Mm, Com Apoio para Cabeça, Braços e Pés; C/posições de Trendelemburg, Semi Sentado, Sentado e Deitado, Reclinável Através de Alavanca Lateral; Revestimento Em Vinil Soldado Eletronicamente Com Espuma D33; Com Braços Articulados Que Acompanham o Movimento do Encosto, com Apoio para Os Pés Com Ajustes Independentes; Dimensões: 830 x 650 x 480 Mm Aprox.(cxlxa) Na Posição Sentado e 1660 x 470 Mm Aprox.(cxl) Na Posição Reclinada; Inclui: Garantia de 12 Meses da cadeira e peças, Manual de Operações, Assistência Técnica; Montagem e Manutenção no local.	300241	543243-0	UNIDADE	40
2	5220319 - Poltrona Hospitalar, para obeso, reclinável Especificação Técnica: Poltrona Hospitalar; para Obeso Tipo Reclinável. Capacidade 180 - 200 Kg; Estrutura Em Aço Tubular Reforçada, Pintura Epóxi, Após Tratam. antiferruginoso, Solda Tig/mig, Sem Rebarbas; Assento, Encosto e Descansa Pés articulados e independentes; Revestimento Em Espuma Poliuretano Injetada Com 12 Cm de Espessura, Revestido Em Vinil Na Cor Bege; Com Braços Em Ambos Os Lados; Dimensões: 75 x 100 x 90 Cm (larg. Assento x Prof. x Altura), altura Mínima do Assento 45 Cm; Inclui: Garantia Integral 1 Ano da cadeira e peças, Instalação e Assistência Técnica;	379430	522031-9	UNIDADE	11

3	4815092 – Carro maca para transporte de óbito 1900 x 700 x 800 Mm Especificação Técnica: Carro maca para Transporte de Óbito; Em Aço Inox Aisi 304, Tampo Superior Em Chapa Aço Inox Aisi 304, espessura 2mm, com tampo completamente fechado, tipo caixão de inox. 04 Sapatas para Fixação Dos Rodízios; Em Tubo: Diâmetro de 1.1/2" Em Aço Inox Aisi 304 Espessura de 2mm Com Reforço Inferior; Acabamento Escovado; Dimensões Externa: Comprimento 1900mm x Largura 700mm x Altura 800mm; Rodízios 8" (200 mm) Em Aço Inox, sendo 04 Giratórias Com Freio e Rodas Reforçadas e Rolamento para caminho em paralelepípedo; Garantia 12 Meses do carro maca e das peças. Capacidade de até 180 -200 kg.	422646	481509-2	UNIDADE	2
4	5455308 - Suporte de Braço Especificação Técnica: Suporte de Braço; Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Regulagem Pressão C/ Uma Manopla; Haste Vertical Tubo Aço Inox, Altura Min. 20mm, Máxima 100mm; Concha Estofada C/ Espuma Injetada Poliuretano, Revest Mat. Sintetico, Impermeável Compat. Modelo Joker;	407740	545530-8	UNIDADE	4
5	6108598 - Carro de Emergência, Monobloco, Polímero. Especificação Técnica: Carro de Emergência; Estrutura Em Monobloco de Polímero de Alto Impacto Com Tecnologia Antibacteriana, estrutura interna e aço com pintura epóxi; Tampo termo formado em polímero de alto impacto com bordas que evite derramamento de líquidos. Superfície lisas com ausência de cantos vivos e proteção contra corrosão das partes metálicas. Gavetas termo formadas em polímero ABS com nano tecnologia antibacteriana, sem cantos vivos, corrediças telescópicas com puxador integrados sendo: 5 gavetas – Interno: C: 54.5 cm x P: 44 cm A: 15 cm e frente de 18 cm 1 gaveta – Interno: C: 54.5 cm x P: 44 cm A: 13 cm e frente de 32 cm Na primeira gaveta deve conter: Divisórias em ABS tipo colmeia, ajustável, removível e lavável, também apresentar divisória de acrílico com tampo e trava (Lacre rompível manualmente) para guarda de medicamentos de psicotrópico (Semelhante a psicobox). Aproximadamente 20 nichos tipo colmeia.	410761	610859-8	UNIDADE	10

	Rodízios nas dimensões de 4" garfo giratório em poliamida e rolamento em esfera revestida em PVC. Rodas de 4" em composto termoplástico com PVC dureza: 80 Shore A, sendo duas dotadas de freios. Contem bumpers nos quatro cantos do carro sobre os rodízios, para-choques. Necessário sistema de trava para fechamento completo de todas as gavetas, com espaço para aplicação de lacre. Os acessórios deverão estar acondicionados em locais específicos no carrinho, identificados com fixação segura durante o deslocamento. 01 Tabua de Massagem Cardíaca em Acrílico 8 mm cristal medindo 55 cm x 37 cm, para compressões torácicas destinada ao atendimento de pacientes adultos com capacidade e resistência mecânica comprovada; 01 Suporte Soro com haste em aço regulável em altura; 01 Suporte para cilindro de Oxigênio com base em polímero abs de alta resistência e estrutura de alumínio, cinta velcro medindo: C- 57 cm x 11 cm de velcro e L: 5 cm para fixação do corpo do cilindro; 01 Suporte para desfibrilador com haste em aço inox e com bandeja em acrílico ou polímero ABS resistente com bordas elevadas e dispositivo para fixação para melhor segurança do equipamento medindo: 39 cm x 33 cm aproximadamente. 01 Protetor elétrico 4 tomadas (2P + T) com proteção individual. Inclui Garantia 12 Meses do carrinho e peças.				
--	--	--	--	--	--

2. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

A entrega deverá ocorrer em até 30 (cinco) dias, contados a partir da emissão da Nota de Empenho.

2.1 Local de entrega:

Rua Dr. Oswaldo Cruz, nº 197 – Boqueirão – Santos/SP – CEP 11045-100
Horário: das 08h00 às 16h00, em dias úteis, na Seção de Almoxarifado.

3. Local, Horário de Entrega e Validade:

Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço:
Rua Oswaldo Cruz, nº 197 – Bairro Boqueirão – Santos/SP – CEP 11045-100, Setor: Almoxarifado, no horário das **08h00 às 16h00**, em dias úteis.



HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO

Endereço: Rua Dr. Oswaldo Cruz, 197 Boqueirão/Santos/SP
Cep: 11045-100

CNPJ: 46.374.500/0016-70

E-mail: hospitalguilhermealvaro@gmail.com

WhatsApp: (13) 99708-2480

3.1 Para a entrega dos bens é **obrigatório o agendamento prévio** junto à Seção de Almoxarifado, por meio do telefone **(13) 3202-1316** ou pelo e-mail lideralmoxarifado.hga@logfarma.com.br, bem como envio de um cronograma de montagem/instalação que deve planejado em conjunto com a Seção de Material e Patrimônio através do e-mail: hga-patrimonio@saude.sp.gov.br e hga-crtjunior@saude.sp.gov.br.

3.2 Na ausência de **agendamento prévio**, as mercadorias **não serão recebidas**.

3.3 Garantia dos Bens:

Todos os bens devem prever prazo de garantia de **12 (doze) meses, do produto adquirido, bem como das peças que compõe**.

A troca deve ocorrer em 48 horas contados da data do acionamento da empresa, seja por e-mail ou telefone.

A montagem, instalação e manutenção devem ocorrer por parte da empresa vencedora do certame.

4. Da Proposta Comercial:

A proposta deverá ser elaborada em **papel timbrado da empresa**, contendo obrigatoriamente o **CNPJ**, bem como **nome completo, telefone e e-mail do responsável** pela sua emissão.

4.1 A proposta deverá informar os **dados bancários do Banco do Brasil** (agência e conta), em conformidade com o disposto no **Decreto nº 62.867/2017**.

4.2 Validade da Proposta:

A proposta deverá possuir **validade mínima de 60 (sessenta) dias**, contados a partir da data de sua apresentação.

4.3 Documentação Técnica:

A proposta deverá conter **catálogo técnico do produto**, com **descritivo detalhado e imagens nítidas**, que permitam a perfeita identificação e avaliação do item ofertado.

4.4 Regularização Sanitária:

Deverá ser apresentado **registro do produto junto ao INMETRO e ANVISA**, quando aplicável, em plena validade.