ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

1. DA DESCRIÇÃO E QUANTIDADE

1.1. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	SIAFÍSICO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE
1	**5176441 - Disp. P/ Punção e Adm. Medicamentos Via Intraóssea 18g-ped** **Especificação Técnica:** Sistema Manual para Punção Intra Óssea; Em Aço Inoxidável, Com Disparador Mola; Com Cateter Milimetrado para Controlar a Profundidade Da Inserção; para Punção e Infusão Intra Óssea; Agulha Com Canula de Calibre 18 G, Pediátrico; Esteril, Descartável; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente;	605293	517644-1	UNIDADE	1
2	**5949920 - Sistema Manual para Punção Intra Óssea Pediátrica Calibre 16g 3cm** **Especificação Técnica:** Sistema Manual para Punção Intra Óssea; Agulha Em Aço Inoxidável; Agulha/canula Com Furos Laterais; Composta de Trocater Com 45°, Rotativo Com Flange e Apoio Em Borracha Ou Similar; Pediátrica; para Punção e Infusão Intra Óssea; Agulha/canula de Calibre 16 G, Comprimento de 3 Cm; Esteril, Descartável; Embalado Em Material Apropriado Com Barreira Microbiana Que Permita a Transferência Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente;	605288	594992-0	UNIDADE	1
3	**6093973 - Mascara Laríngea, Pvc, Número 1, Sem Cuff** **Especificação Técnica:** Mascara laríngea; Em Pvc, Descartável, Com Tubo de Drenagem Gástrica, com Barra de Fixação de Protetor de Mordedura; Com Conector de 15 Mm Fixo Ao Tubo, C/marcação, Suporte Ventilatório de Ar, Com Insuflação Manual; Numero Tam. Nº 1, P/paciente C/peso Aproximado Até 5 Kg, barras de Proteção Contra Obstrução Epiglote; Sem Cuff, Estéril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente;	451471	609397-3	UNIDADE	2

4	**2162229 - Fita Cardíaca Algodão Med.3mmx80cmx0.25cm Esteril** **Especificação Técnica:** Fita Cardíaca; de Algodão, branca trançada; Medindo 3mm x 80cm X0,25cm; Esteril; Acondicionado Em Papel Grau Cirúrgico e Filme Plástico Laminado. Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica, o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Que Comprove Sua Esterilidade;	631799	216222-9	UNIDADE	250
5	**268615 - Fio P/sutura Poliprop, 75cm, Azul, 7-0, C/2ag.3/8circ.cilind, 1, 0cm, Ester.** **Especificação Técnica:** Fio de Sutura de Polipropileno; Em Monofilamento de Polipropileno, diam.7-0; 2 Agulhas, de 3/8 Circulo Cilíndrica de 1,0 Cm.; Cor Azul; medindo 75cm; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Que Comprove Sua Esterilidade;	487482	26861-5	UNIDADE	100
6	**4693027 - Laminadora de Mesa, Estrut.de Metal, (45x24x16, 5)cm, Polaseal, 400mm Abert** **Especificação Técnica:** Laminadora; Modelo de Mesa; Estrutura de Metal; Acabamento Em Polietileno; Medindo (45 x 24 x 16,5)cm; Extensão de Abertura Ate 400 Mm de Largura; Controle de Temperatura Com Termostato; Finalidade Plastificar Documentos; Filme de Plastificacao Polaseal; Com Espessura (0,05; 0,07 e 0,10)micras; Plastifica documentos Com Medidas Entre (54x86)mm E(303x426)mm; Velocidade de Plastificacao: Aproximadamente 50 Cm Por Minuto; Com 2 Cilindros de Borracha, Mais Tampa Protetora; Acionamento Por Botão; Tensão de Alimentação Bivolt; Garantia Mínima de 12 Meses a Partir Da Data de Entrega do Produto; Assistência Técnica Sistema Balcão;	486436	469302-7	UNIDADE	1
7	**2755173 - Tubo Traqueal Em T, Em Silicone, Tamanho Grande, 14mm x 106mm, Esteril** **Especificação Técnica:** Tubo Traqueal Em T; Em Silicone, Biocompativel; No Tamanho Grande, medindo 14mm Com Angulo de 90º e Comprimento de 106 Mm, Tubo Flexível, Com Anel de Fixação; Embalagem Individual, Esteril, Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asséptica; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente;	450947	275517-3	UNIDADE	4
8	**186805 - Propé Cirur., Falso Tecido, 35x20cm, Tipo Bota, Antiderrapante**	464785	18680-5	UNIDADE	10.000

	Especificação Técnica: Propé Cirúrgico; Em Falso Tecido; Com Aproximadamente 35 x 20cm, tipo Bota; Permitindo a Cobertura Completa do Calcado, tendo Elástico Em Toda a Volta; Com Solado Impermeável, resistente e Antiderrapante; Descartável; Embalado Em Pacote Plástico Atóxico; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente;				

2. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

A entrega deverá ocorrer em até **5 (cinco) dias corridos**, contados a partir da emissão da Nota de Empenho.

2.1. Entrega Imediata

A entrega dos bens será realizada de forma imediata e única.

2.1.2. Vigência Contratual

O contrato decorrente deste Termo de Referência terá vigência até o término do exercício financeiro vigente.

Contudo, as obrigações decorrentes de empenhos inscritos em **Restos a Pagar** poderão ser executadas no exercício financeiro subsequente, observadas as disposições do decreto estadual vigente que disciplinar a execução orçamentária e financeira à época, bem como as demais normas aplicáveis.

2.1.3. Alterações Contratuais

Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

3. Local, Horário de Entrega e Validade:

3.1 Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: **Rua Oswaldo Cruz, nº 197 – Bairro Boqueirão – Santos/SP – CEP 11045-100**, **Setor: Almoxarifado**, no horário das **08h00 às 16h00**, em dias úteis.

3.1 Para a entrega de insumos de **grande volume**, é **obrigatório o agendamento prévio** junto à Seção de Almoxarifado, por meio do telefone **(13) 3202-1316** ou pelo e-mail lideralmoxarifado.hga@logfarma.com.br

3.2 Na ausência de **agendamento prévio**, as mercadorias **não serão recebidas**.

3.3 Prazo de Validade:

O prazo de validade dos bens, na data da entrega, **não poderá ser inferior a 12 (doze) meses**.

4. Da Proposta Comercial:

A proposta deverá ser elaborada em **papel timbrado da empresa**, contendo obrigatoriamente o **CNPJ**, bem como **nome completo, telefone e e-mail do responsável** pela sua emissão.

4.1 A proposta deverá informar os **dados bancários do Banco do Brasil** (agência e conta), em conformidade com o disposto no **Decreto nº 62.867/2017**.

4.2 Validade da Proposta:
A proposta deverá possuir **validade mínima de 60 (sessenta) dias**, contados a partir da data de sua apresentação.

4.3 Documentação Técnica:
A proposta deverá conter **catálogo técnico do produto**, com **descritivo detalhado** e **imagens nítidas**, que permitam a perfeita identificação e avaliação do item ofertado.

4.4 Regularização Sanitária:
Deverá ser apresentado **registro do produto junto à ANVISA**, quando aplicável, em plena validade.