

ESP-HOSP. REGIONAL SUL

DFD 641/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
641/2026	90157-ESP-HOSP. REGIONAL SUL	TATIANE APARECIDA DE SOUZA LEITE	26/10/2026 11:35 (v 0.3)
Status			
ASSINADO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		024.001.44509/2026-23

Informações preliminares

REQUISITANTE:

Órgão: SES - Secretaria do Estado da Saúde HRS- Hospital Regional Sul
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Departamento): HRS- Setor de Compras Responsável pela demanda: Regiane Ferreira de Miranda
E-mail: cotacaohrs@gmail.com Telefone: (11) 5694.8240

DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO:

26/11/2026

PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

28/12/2026

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Média

1. Descrição sucinta do objeto

1.1 Aquisição de Cânulas .

ITENS	CÓDICOS	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	<div>SIAFÍSICO 4872371</div> <div>CADMAT 451413</div>	<div>Canula Endotraqueal; Confeccionada Em 100% Pvc, Transparente, Livre de Latex, Termossensível; Siliconizada, Pre-formada Tipo Polar Norte, Flexível, Atóxica, para Intubação Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; 7,5 Mm de Diâmetro Interno; Extremidade Retraída Atraumática Com Orifício Murphy; Graduação Indelevel; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana; Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente;</div> <div>(RS5428)</div>	<div>20</div> <div>UNIDADES</div> <div>UF: 01</div>
02	<div>SIAFÍSICO 4872363</div> <div>CATMAT 451240</div>	<div>Canula Endotraqueal; Confeccionada Em 100% Pvc, Transparente, Livre de Latex, Termossensível; Siliconizada, Pre-formada Tipo Polar Norte, Flexível, Atóxica, para Intubação Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; 7,0 Mm de Diâmetro Interno; Extremidade Retraída Atraumática Com Orifício Murphy; Graduação Indelevel; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana; Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente;</div> <div>(RS-5429)</div>	<div>20</div> <div>UNIDADES</div> <div>UF: 01</div>
03	<div>SIAFÍSICO 4872355</div> <div>CADMAT 467659</div>	<div>Canula Endotraqueal; Confeccionada Em 100% Pvc, Transparente, Livre de Latex, Termossensível; Siliconizada, Pre-formada Tipo Polar Norte, Flexível, Atóxica, para Intubação Nasal; Sem Mandril, Com Conector Semi Montado; Com Cuff de Baixa Pressão e Alto Volume, Com Encaixe para Seringa Luer-lock; Com Válvula de Segurança; 6,5 Mm de Diâmetro Interno; Extremidade Retraída Atraumática Com Orifício Murphy; Graduação Indelevel; Descartável; Com Fio Radiopaco Contínuo; Esteril; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana; Devera Obedecer a Legislação Atual Vigente;</div> <div>(RS-5430)</div>	<div>20</div> <div>UNIDADES</div> <div>UF: 01</div>

1.2 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

2. Justificativa da necessidade

2.1. A aquisição ora pretendida é necessária para possibilitar a perfeita manutenção das atividades do abastecimento do estoque, visando melhor atendimento aos pacientes, bem como fazer parte do grupo de materiais de uso na área médica e enfermagem, para a realização dos procedimentos necessários, garantindo o atendimento seguro e qualificado na assistência direta aos usuários.

3. Estimativa de quantidade e valores

3.1. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado da contratação tem caráter sigiloso e não será tornado público antes de definido o resultado do julgamento das propostas. O valor estimado da contratação foi definido com observância do disposto no Decreto estadual nº 67.888, de 17 de agosto de 2023. Conforme preconiza o Art. 24. da lei 14.133/21, Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.

Os valores apurados constam do Processo SEI nº 024.001.44509/2026-23, que embasa o presente procedimento licitatório. Justifica-se a manutenção do caráter sigiloso até a abertura das propostas a fim de que a administração possa obter propostas mais vantajosas. Amplia-se assim a competitividade do certame e propicia-se melhores propostas para administração. "

4. Vinculação ou dependência com outro DFD

4.1. A execução deste DFD não tem dependência prévia com execução de outro DFD.

5. PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 00/2026

6. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

REGIANE FERREIRA DE MIRANDA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 11:35:01.

Despacho: Diretor Técnico de Saúde III

CESAR AUGUSTO MENDES GIBELLI

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 10:51:05.