ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

Processo: 024.00086663/2026-73

1. DA DESCRIÇÃO E QUANTIDADE

1.1. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	SIAFÍSICO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE
01	**5163196 - Caixa de Cirurgia Complemento Vascular** **Especificação Técnica:** Caixa de Cirurgia; Caixa de Complemento Vascular Cp; P.anat. Debakey Vascular 15cm e 19,5cm Comp. Porta ag. Ryder C/ widia 14cm, 18cm e 20cm; Porta Ag.debakey microvascular C/widia 14cm, 20cm; Tesoura Metzenbaum Cv 20cm, Tesoura Hegemann Dietrich Angulada 45°, 19cm; Clamp Glover Debakey Rt 50mm Comp. Clamp Glover Debakey Cv 46mm Comp.; Clamp Vascular Debakey Angulado 15° 12,5cm Comp. clamp Vascular Derra Oclusão Tangencial Abert 16mm; Clamp Vascular Derra Oclusão Tangencial Abert. 20mm, Clamp Vascular Derra Oclusão Tang Abert. 26mm; Clamp Vascular Debakey Oclusão Tangencial Abert. 32mm 22cm, Clamp Vascular Debakey Cv 12,5,16 e 19cm; Clamp Vascular Cooley Ang.60°17cm, Clamp Vascular Leland Jones Ang.60°19cm; Clamp Vascular Debakey Ang.15°17cm, Clamp Vascular Debakey Rt 18cm; Inclui Garantia Dos Instrumentais; e Sistema de Acondicionamento e Treinamento; Sistema Container Alumínio Anodizado e Tampa Polímero Plástico Termoresistente; Sistema Barreira Permanente Ou Filtro Reprocessavel, Cestos Internos; Acessórios P/identificação Interna e Externa, Suporte, Divisória, Tapete Em Silicone;	480598	5163196	CONJUNTO CAIXA COMPLETA	1
02	**5160979 - Caixa de Cirurgia Comp. Vascular Abdominal** **Especificação Técnica:** Caixa de Cirurgia; Complemento Vascular Abdominal; Pinça Anat.de Bakey Pta Rt, Porta Ag.ryder, porta Ag.ryder C/widea, tesoura de Bakey Ang.45º e 60º; Clamp	480597	5160979	CONJUNTO CAIXA COMPLETA	1

	Arterial Mod. Bulldog, Clamp Arterial de Bakey Ang 45º, 60º e 90º, Clamp Arterial Derra; Clamp Arterial de Bakey Rt e Cv, Afastador Weitlaner, Afastador Anderson Adson e Beckmann Adson; Sistema de Container Alumínio Anodizado e Tampa Polímero Plástico Termoresistente; Sistema de Barreira Permanente Ou Filtro Reprocessavel, Com 02 Cesto Internos; Acessórios para Identificação Interna e Externa, Suporte Interno, Divisória, Tapete Em Silicone; Inclui Garantia Dos Instrumentais; e Sistema de Acondicionamento e Treinamento;				
03	**5667011 - Agulha de Crochê Esteril, n Mero 2** **Especificação Técnica:** Agulha de Crochê Esteril; Confeccionada Em Aço Inox, Instrumento Cirúrgico; Não Cortante, Número 2; Autoclavavel; Embalada Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente;	223671	5667011	UNIDADE	2
04	**5667020 - Agulha de Crochê Esteril, n Mero 4** **Especificação Técnica:** Agulha de Crochê Esteril; Confeccionada Em Aço Inox, Instrumento Cirúrgico; Não Cortante, Número 4; Autoclavavel; Embalada Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente;	223680	5667020	UNIDADE	2
05	**5667038 - Agulha de Crochê Esteril, Número 6** **Especificação Técnica:** Agulha de Crochê Esteril; Confeccionada Em Aço Inox, Instrumento Cirúrgico; Não Cortante, Número 6; Autoclavavel; Embalada Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente;	223668	5667038	UNIDADE	2
06	**5667046 - Agulha de Crochê Esteril, n Mero 8** **Especificação Técnica:** Agulha de Crochê Esteril; Confeccionada Em Aço Inox, Instrumento Cirúrgico; Não Cortante, Número 8; Autoclavavel; Embalada Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente;	377681	5667046	UNIDADE	2
07	**5667054 - Agulha de Crochê Esteril, Número 10** **Especificação Técnica:** Agulha de Crochê Esteril; Confeccionada Em Aço Inox, Instrumento Cirúrgico; Não Cortante, Número 10; Autoclavavel; Embalada Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente;	377682	5667054	UNIDADE	2
08	**6352065 - Flebo Extrator Reutilizável** **Especificação Técnica:** Flebo Extrator Reutilizável; Confeccionado Em Inox; Fleboextrator; Composto Por Com 02 Cabos e 06	485139	6352065	UNIDADE	2

	Ogivas Formato Balão; Cirúrgico, Autoclavavel; Embalado Em Individual; Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente;				
09	**182168 - Gaze Hidrófila Fios Alg.puro Bco 13 Fios 8 Dobras 10 x 10 cm Esteril** **Especificação Técnica:** Gaze Hidrófila; de Fios de Algodão Puro e Branco, Isento de Azulante; Com 13 Fios, 08 Dobras; medindo 10 cm x 10 m; Bom Acabamento, sem Fios Soltos Enrolada de Forma Continua e Uniforme - Em Rolo Esteril; o Produto Deverá Ser Entregue Com Laudo Combinado Com o Art.31 Da Lei 8078/90;	628234	182168	ROLO	200

2. DA ENTREGA

2.1. A entrega será de forma **IMEDIATA**

2.2. A entrega deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias uteis após emissão da nota de empenho

2.3 A **vigência do contrato** será até o **término do exercício financeiro vigente**, observadas as disposições legais aplicáveis.

3. Local, Horário de Entrega e Validade:

Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: **Rua Oswaldo Cruz, nº 197 – Bairro Boqueirão – Santos/SP – CEP 11045-100**, **Setor: Almoxarifado**, no horário das **08h00 às 16h00**, em dias úteis.

3.1. Para a entrega de insumos de **grande volume**, é **obrigatório o agendamento prévio** junto à Seção de Almoxarifado, por meio do telefone **(13) 3202-1316** ou pelo e-mail lideralmoxarifado.hga@logfarma.com.br

3.2. Na ausência de **agendamento prévio**, as mercadorias **não serão recebidas**.

3.3 Garantia do item e validade produtos:

O prazo de garantia dos bens, na data da entrega, **deverá ser superior a 12 (doze) meses**. A garantia deve incluir a manutenção corretiva do item, neste período. Para produto descartável solicitamos que no ato da entrega o item obtenha validade maior de 12 meses.

4. Da Proposta Comercial:

A proposta deverá ser elaborada em **papel timbrado da empresa**, contendo obrigatoriamente o **CNPJ**, bem como **nome completo, telefone e e-mail do responsável** pela sua emissão.

4.1 A proposta deverá informar os **dados bancários do Banco do Brasil** (agência e conta), em conformidade com o disposto no **Decreto nº 62.867/2017**.

4.2 Validade da Proposta:
A proposta deverá possuir **validade mínima de 60 (sessenta) dias**, contados a partir da data de sua apresentação.

4.3 Documentação Técnica:
A proposta deverá conter **catálogo técnico do produto**, com **descritivo detalhado** e **imagens nítidas**, que permitam a perfeita identificação e avaliação do item ofertado.

4.4 Regularização Sanitária:
Deverá ser apresentado **registro do produto junto à ANVISA**, quando aplicável, em plena validade.