Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Biômetro Ultrassônico/Ecobiômetro

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: PREÇO SUGERIDO: R$ 29.820,00

Características mínimas: Biometro ultrassônico com paquimetria. Características mínimas: Possuir Modos de imersão e contato; fórmulas de IOL e função de paquimetria.Configuração mínima:Sonda para A-Scan: 10MHzResolução: 0,01 mmPrecisão: +/- 0,1 mmFaixa de medição: 15 ~ 40 mmMedição: Câmera Anterior, Comprimento Axial , Córnea , Cristalino , Vítreo.Método de medição: Imersão ou ContatoFórmulas para LIO: SRK-T , SRK-II , HOLLADAY e HAIGISSonda para paquimetria: 20 MHzFaixa de Medição: 150 - 1.500 µm

SIGEM

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o seu respectivo valor na média nacional, inclusas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.