

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Ureteral, Formato: Duplo J (Pigtail), Material Estrutura: Poliuretano, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 20 A 30 Cm, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

Grupo: G1

2 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Não Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 145CM, Tipo Ponta: Ponta Reta Flexível, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (60)

Grupo: G1

3 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Nitinol, Tipo: Dormia C/ Cesta C/ 4 Fios, Calibre: Cerca De 3FRENCH, Comprimento: Cerca De 90CM, Aplicação: P/ Cálculo Renal Ou Ureteral, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (25)

Grupo: G1

4 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Nitinol, Tipo: Dormia, Calibre: 1,7FRENCH, Comprimento: 115CM, Aplicação: Cálculos Ureterais, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G1

5 - Introdutor Ureteral

Descrição Detalhada: Introdutor Ureteral Aplicação: P/ Ureteroscopia, Material: Polímero, Revestimento: Hidrofílico, Dimensões: Cerca De 10/12 Fr X 45 Cm, Componente: Dilatador Com Conector, Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G1

6 - Fibra óptica - uso médico

Descrição Detalhada: Fibra Óptica - Uso Médico Compatibilidade: Compatibilidade Específica, Características Técnicas: Comprimento De Onda 272 Nm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G1

7 - Fibra óptica - uso médico

Descrição Detalhada: Fibra Óptica - Uso Médico Aplicação: Ponta Plana, Tamanho: 400 Micra De Diâmetro, Compatibilidade: Compatível C/ Introdutor P/ Cateter

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (25)

Grupo: G1

8 - Ureterorrenoscópio

Descrição Detalhada: Ureterorrenoscópio Tipo: Flexível, Digital, Comprimento: 65CM, Angulação: 120° P/ Cima, 160° P/ Baixo, Diâmetro: Ponta 3,1 FRENCH, Características Adicionais: Canal De Trabalho De 3,6fr., Acessórios: Foco Automático 2-40mm, Captura Imagem, Led

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G1

9 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Ureteral, Material: Polímero, Dimensão Balão: 4 A 7 X 40MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 70CM, Adicionais: C/ 2 Marcas Radiopacas, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G1

10 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter Balão Material: Nylon, E Balão De Polímero Revestido Silicone, Aplicação: Dilatação, P/ Nefrostomia, Tipo Uso: Uso Único, Características Adicionais: C/ Bainha Introdutora, Calibre: 30FRENCH, Acessórios: De Lúmen Múltiplo, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G1

11 - Conjunto nefrostomia percutânea

Descrição Detalhada: Conjunto Nefrostomia Percutânea Tipo Cateter: Malecot, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 14 Fr, Componentes 1: C/ 1 Agulha Punção Chiba 22g, Componentes 2: Agulha Punção, Bainha Introdutora E Fio Guia, Componentes 3: C/ 3 Dilatadores, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G1

12 - Cateter vias urinárias

Descrição Detalhada: Cateter Vias Urinárias - Ureteral Uso: Urografia Retrógrada, Tipo Ponta: Ponta Reta Aberta, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 70 Cm, Adicionais: Radiopaco, Opcionais: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (30)

Grupo: G1

13 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter Balão Material: Nylon, E Balão De Polímero Revestido Silicone, Aplicação: Dilatação, P/ Nefrostomia, Tipo Uso: Uso Único, Características Adicionais: C/ Bainha Introdutora, Calibre: 30FRENCH, Acessórios: De Lúmen Múltiplo, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Endoprótese luminal	60	Unidade
2	Fio guia	60	Unidade
3	Sistema extrator	25	Unidade
4	Sistema extrator	30	Unidade
5	Introdutor Ureteral	30	Unidade
6	Fibra óptica - uso médico	30	Unidade

7	Fibra óptica - uso médico	25	Unidade
8	Ureterorrenoscópio	30	Unidade
9	Balão dilatação	20	Unidade
10	Cateter balão	20	Unidade
11	Conjunto nefrostomia percutânea	20	Unidade
12	Cateter vias urinárias	30	Unidade
13	Cateter balão	20	Unidade