

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90022/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Aparelho Raios X Uso Médico

Descrição Detalhada: Aparelho Raios X Uso Médico Potência Aparelho: 125KV, Tipo Aparelho: Coluna Base Móvel, Amperagem: 250MA, Características Adicionais: Controle Digital, Comutação Automática, Componentes Adicionais: Braço Articulado E Retrátil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 131,31

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

2 - Acessório Para Aparelho De Radiografia Raio X

Descrição Detalhada: Acessório Para Aparelho De Radiografia Raio X Tipo: Sensor Digital Intraoral, Dimensões: Cerca De 30 X 42MM, Componentes: Cabo E Conector Usb

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 135,60

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

3 - Equipamentos De Imagem Uso Médico

Descrição Detalhada: Equipamentos De Imagem Uso Médico Tipo: Detector Digital Imagem Radiográfica, Características: Tamanho Imagem 14 X 17", Componente: Escala Cinza 14 Bits, Componente I: Resolução Cerca De 2560 X 3072 Pixels, Componentes Adicionais: Faixa Voltagem Do Raio X 40 E 150 Kvp, Componente Ii: Resolução Espacial 3.5 Lp/Mm, Componente Iii: C/ Transmissão Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 242.60

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

4 - Protetor Radiológico - Tipo Vestuário

Descrição Detalhada: Protetor Radiológico - Tipo Vestuário Modelo: Avental P/ Panorâmica, Material: Borracha Plumbífera, Componente 1: C/ Protetor Tireóide, Proteção Tecido: Equivalência Frente, Tireóide E Costa 0,50MM, Adicional 1: Ajustável, Impermeável, Tamanhos: Adulto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 8,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

5 - Equipamento Odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador, Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Ponteira: Ponteira Fibras Ópticas Ou Acrílico, Material Corpo: Plástico Abs, Fonte: Luz Led, Instalação: Elétrica, Componentes: Protetor Ocular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 80,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

6 - Incubadora Laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Com Interruptor Liga/Desliga, Tipo*: Para Indicador Biológico, Temperatura: Controle Temperatura Até 60°C, Outros Componentes: Até 5 Ampolas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

7 - Equipamento Odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: Termo Compactador Endodôntico, Aspecto Físico: Caneta C/ Led, Fonte: 127/220 V, Componentes: Bateria, Calçadores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 30,30

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

8 - Seladora Embalagem

Descrição Detalhada: Seladora Embalagem Material: Polipropileno, Voltagem: 110/220V, Funcionamento: Manual, Aplicação: Vedação Envelope De Esterilização Em Autoclave, Características Adicionais: Controlador Tempo De Solda, Selagem De 30 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

9 - Conjunto Acadêmico Uso Odontológico

Descrição Detalhada: Conjunto Acadêmico Uso Odontológico Componente: Alta Rotação, Rolamento Cerâmica, 400.000 Rpm, Características Adicionais: 3 Furos, Botão De Pressão(Pb), Cabeça Padrão, Componentes 1: Micromotor, Contra Ângulo, Peça Reta, Característica Peças De Baixa Rotação: Transmissão 1:1, C/ Refrigeração Externa, Tipo Encaixe: Conexão Borden (2 Furos), Apresentação: Estojo, Conjunto Completo, Acessórios: Óleo Lubrificante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 35,80

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

10 - Equipamento Odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: P/ Endodontia, Aspecto Físico: Motor De Bancada C/ Unidade De Operação Lcd, Indicação: P/ Rotação Contínua E Movimento Reciprocante, Fonte: Bivolt, Componentes: Micromotor, Contra Ângulo Autoclavável, Rotação: Máximo Cerca De 1.200RPM, Componentes Adicionais 1: Transformador, Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 84,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

11 - Equipamento Odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Profilaxia/Periodontia/Endodontia, Fonte: Eletro-Pneumático, Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal, Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 51,00

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

12 - Equipamento Odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Profilaxia / Periodontia, Fonte: Eletro-Pneumático, Instalação: Bivolt, Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal, Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 56,40

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

13 - Fone Ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Tipo: Profissional, Frequência: 5 A 25KHZ, Tipo Fone: Dobravel, Com Imãs De Neodímio, Características Adicionais: Acessórios, Com Adaptador Para Conector 1/4 Polegas, Conector: Conector 3.5mm Banhado A Ouro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 34,20

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

14 - Equipamento Odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: Secadora De Instrumentais, Material Corpo: Aço Carbono C/ Pintura Eletrostática, Fonte: Elétrico, Capacidade: Capacidade Cerca De 700G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)