

# Estudo Técnico Preliminar 679/2024

## 1. Informações Básicas

Número do processo:

## 2. Descrição da necessidade

COM A EPIDEMIA DA DENGUE FORAM AMPLIADOS 50 ASSENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PARA ACOMODAÇÃO DOS PACIENTES COM NECESSIDADE DE HIDRATAÇÃO VIA ENDOVENOSA. AO PASSO QUE VEMOS OS NÚMEROS DE CASOS DE DENGUE DIMINUIR OBSERVAMOS O AUMENTO DO NÚMERO DE ATENDIMENTO POR CONDIÇÕES RESPIRATÓRIAS O QUE INDICA QUE SERÁ NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DESSES ASSENTOS PARA ATENDIMETO AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO.

## 3. Área requisitante

| Área Requisitante                           | Responsável                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Secretaria de Saúde Municipal de Jaguariúna | Maria do Carmo Oliveira Pelisão |

## 4. Descrição dos Requisitos da Contratação

FORMA DE PAGAMENTO: 28 DIAS PÓS TRAMITAÇÃO DE NOTA FISCAL OU DOCUMENTO EQUIVALENTE;

PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS PÓS AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ENVIADA VIA EMAIL PARA A EMPRESA CONTRATADA;

CONDIÇÃO DE ENTREGA: TODO TRANSPORTE ATÉ ENTREGA SERÁ DE REponsabilidade DA EMPRESA CONTRATADA, OS OBJETOS QUE SE INDETIFICAREM VICÍOS OU DEFEITOS SERÃO SOLICITADOS TROCA;

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA JOSÉ FRAZATO, 580 BAIRRO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO  
CEP: 13912-690

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA: MANUAL DE INSTRUÇÃO DOS ITENS

## 5. Levantamento de Mercado

A PESQUISA RELACIONADA AO ITEM DESCRITO NESTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR FOI ELABORADA COM BASE EM PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO ATRAVÉS DE FORNECEDORES FÍSICOS E EM SITE OFICIAL DO GOVERNO.

## 6. Descrição da solução como um todo

COMO OS SUPORTES DE SORO POSSUIRÃO QUATRO GANCHOS CADA SUPORTE SERÁ COMPARTILHADO ENTRE DUAS POLTRONAS. NÃO SERÁ NECESSÁRIO NENHUMA ADAPTAÇÃO NO AMBIENTE PARA QUE ESSE OBJETO SEJA COLOCADO EM USO.

## 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

ITEM: SUPORTE DE SORO

QUANTIDADE: 11 UNIDADES

DESCRIÇÃO: SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - HASTE COM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO DE 3/4" X 1,20MM (OU SUPERIOR), TERMINAÇÃO EM X COM 04 GANCHOS DE TUBOS DE AÇO INOX 3/16. - COLUNA RECEPTORA DA HASTE CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO DE Ø 1" X 1,20MM (OU SUPERIOR). - REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE PRESSÃO. - ALTURA REGULÁVEL MINIMAMENTE ENTRE 1,50M E 2,10M. - BASE COM 04 PERNAS EM X CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50CM (DE UMA PONTA A OUTRA) PARA GARANTIR MAIOR ESTABILIDADE DO CONJUNTO. - RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE Ø 2". - PESO MÍNIMO: 5 KG.

## 8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 3.708,10

R\$ 3708,10

## 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A SOLUÇÃO NÃO SERÁ PARCELADA, VISTO QUE SE TRATA DE AQUISIÇÃO COM ENTREGA EM PARCELA ÚNICA.

## 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

NÃO EXISTE OUTRAS CONTRATAÇÕES RELACIONADAS A CONTRATAÇÃO PORMENORIZADA NESTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.

## 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O OBJETO DESTES INSTRUMENTO CORRERÁ À CONTA DE RECURSOS ESPECÍFICOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL 11297.035000/1200-02 E HÁ

ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO MUNICIPAL POSTO QUE A SECRETARIA DE SAÚDE TEM COMO UMA DE SUAS METAS QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA A SAÚDE OFERTADA A POPULAÇÃO.

## **12. Benefícios a serem alcançados com a contratação**

QUALIFICAR O ATENDIMENTO PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO.

## **13. Providências a serem Adotadas**

TUDO O ACOMPANHAMENTO DA FUTURA CONTRATAÇÃO ATÉ ENTREGA DOS ITENS SERÁ ACOMPANHADA POR SERVIDOR APTO RESPONSÁVEL.

## **14. Possíveis Impactos Ambientais**

RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, A CONTRATADA DEVERÁ ADOTAR PRÁTICA DE SUSTENTABILIDADE E DE NATUREZA AMBIENTAL NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, OBSERVANDO, NO QUE FOR CABÍVEL OS CRITÉRIOS, PRÁTICAS E DIRETRIZES PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL NAS CONTRATAÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01 DE 19 DE JANEIRO DE 2010 DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, QUE VERSA SOBRE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA AQUISIÇÃO DE BENS, CONTRATAÇÕES OU OBRAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTARQUIA E FUNDACIONAL, E A LEI Nº 12.305 DE 02 DE AGOSTO DE 2010, QUE INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

## **15. Declaração de Viabilidade**

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### **15.1. Justificativa da Viabilidade**

TODAS AS APLICAÇÕES LEGAIS SÃO VIAVEIS PARA ESTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.

## **16. Responsáveis**

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**ANDRESA DE SOUSA LIMA PRIVATTI**

Enfermeira