

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP

Estudo Técnico Preliminar 212/2026**1. Informações Básicas**

Número do processo: 3464/2026

2. Aquisição de Insumos para Estomaterapia.

Contratação através de Processo Licitatório, modalidade Ata de Registro de Preço para Aquisição de Insumos para Estomaterapia pela Secretaria Municipal de Saúde.

3. Descrição da necessidade

A presente contratação tem por objetivo atender demanda de insumos para Estomaterapia necessários no cotidiano dos atendimentos realizados pelos profissionais do Hospital Municipal "Walter Ferrari", contínuo a pacientes ostomizados, necessitando manter estoque regular de insumos específicos para estomaterapia. A ausência desses materiais compromete a assistência integral, a segurança do paciente e a continuidade do tratamento, podendo gerar complicações clínicas e aumento do tempo de internação.

Pela nova Lei de Licitações Nº 14.133, de 01 de abril de 2021 entende-se que a aquisição de produtos de marca determinada, com exclusão de similares, é possível em três hipóteses: para continuidade de utilização de marca já existente no serviço público; para adoção de nova marca mais conveniente que as existentes; para padronização de marca ou tipo no serviço público.

Com a municipalização da gestão dos equipamentos de média e alta complexidade da Secretaria de Saúde de Jaguariúna, a indicação de marcas realizada por comissão composta por equipe técnica desses setores torna mais eficiente a aquisição dos itens, como por exemplo, para que não seja impactada a garantia de equipamentos já existentes e não gere gastos para a administração pública com a contratação de manutenção por perda da garantia, ou a indicação de marca para procedimentos médicos específicos .

As marcas indicadas no Termo de Referência possuem caráter exclusivamente referencial, destinadas a identificar o padrão de qualidade, desempenho, compatibilidade técnica e funcionalidade pretendidos pela administração, sendo admitidos produtos equivalentes que atendam integralmente as especificações técnicas.

4. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Setor de Enfermagem / Estomaterapia – Hospital Municipal Walter Ferrari.	Andresa de Sousa Lima Privatti

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

Solicitamos que a licitação seja realizada na modalidade sistema de registro de preços com vigência de 12 (doze) meses, pois a demanda dos itens deste certame é variável.

Os materiais deverão: - Ser de uso médico-hospitalar, estéreis ou não estéreis conforme a natureza do produto; - Possuir registro ou notificação junto à ANVISA; - Apresentar boa aderência, conforto e segurança ao paciente; - Estar dentro do prazo de validade no momento da entrega; - Atender às especificações técnicas usuais para estomaterapia, sem indicação de marca comercial.

Nos itens compostos por sistemas de bolsa e placa a administração exigirá compatibilidade mecânica e funcional entre os componentes, visando garantir segurança assistencial, prevenção de vazamentos, proteção da pele periestomal e continuidade de tratamento.

6. Levantamento de Mercado

Conforme o levantamento de mercado realizado, para o atendimento das necessidades verificando as possibilidades de aquisição de acordo com as especificações e requisitos descritos no Estudo Técnico Preliminar – ETP, dos insumos para Estomaterapia.

Com base na pesquisa sugestiva de preços, levantou-se o valor total estimado:

R\$ 110.687,10 (Cento e dez mil, seiscentos e oitenta e sete reais e dez centavos).

A Secretaria de Saúde prioriza na contratação da proposta comercial de menor custo financeiro que atenda o descritivo técnico solicitado no Termo de Referência. Os descritivos dos bens não foram retirados de nenhum catálogo eletrônico de padronização, pois a Prefeitura ainda não instituiu seu catálogo eletrônico de padronização e o catálogo federal não contempla os itens demandados. Não existe padronização, seja no âmbito Municipal ou Federal, para aquisição dos itens em questão.

7. Descrição da solução como um todo

A descrição da solução como um todo contempla a contratação de empresas para o fornecimento dos produtos descritos, visando atender ao tratamento dos pacientes hospitalizados e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Jaguariúna. **Aquisição:** seleção e fornecimento de produtos de acordo com as especificações técnicas e apresentação adequadas, garantindo conformidade com as normas sanitárias e regulamentares vigentes. **Logística de entrega:** recebimento dos produtos em condições adequadas de transporte, respeitando prazos contratuais e boas práticas de manuseio, de forma a assegurar a integridade e qualidade até o destino final.

Armazenamento: acondicionamento em locais apropriados, arejados e livres de umidade, com controle de temperatura quando necessário, observando-se as orientações do fabricante e normas de vigilância sanitária, a fim de preservar a estabilidade e eficácia nutricional. **Controle de validade:** monitoramento contínuo das datas de fabricação e validade, priorizando a utilização dos itens em ordem cronológica (sistema PEPS – primeiro que entra, primeiro que sai), evitando perdas por vencimento. **Distribuição e utilização:** fornecimento dos produtos conforme prescrição médica, atendendo à demanda dos pacientes de forma segura e eficaz, garantindo a continuidade da assistência. **Descarte:** eliminação adequada de embalagens e de eventuais produtos vencidos ou danificados, em conformidade com as normas ambientais e sanitárias, evitando riscos à saúde pública e impactos ambientais indevidos. Assim, a solução como um todo garante não apenas a aquisição dos insumos necessários, mas também a correta gestão de seu ciclo de vida, abrangendo qualidade, segurança, rastreabilidade, sustentabilidade e atendimento pleno à finalidade pública da contratação.

A Secretaria de Saúde opta pelo Sistema de Registro de Preço - SRP, respeitando o artigo nº 82 assim

como seus incisos, parágrafos e alíneas da lei federal 14133 de 2021.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

ITEM	EMBAL.	ITENS	QTDADA	Valor Unitário	Valor Total
		BOLSA DE COLOSTOMIA DRENÁVEL, OPACA, DE 13 A 22 MM FLANGE 38 MM - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BOLSA COLETORA PARA ESTOMIAS INTESTINAIS, DRENÁVEL, OPACA, RECORTE INICIAL DE 13MM E RECORTE FINAL DE 22MM, REVESTIDA COM TELA MACIA DE POLIETILENO E POLITEREFTALATO DE ETILENO DE PROTEÇÃO BILATERAL, FILTRO DE CARVÃO INTEGRADO E PELÍCULA PROTETORA CONTRA A UMIDADE, FECHAMENTO POR			

01	UNID	<p>ENCAIXE DE CONECTORES PLÁSTICO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E BOLSO DE SEGURANÇA PARA ACOMODAR CONECTORES, SISTEMA DE ENCAIXE, FLANGE APROXIMADO DE 38MM, TECNICAMENTE COMPATÍVEL COM O SISTEMA OFERTADO.</p> <p>DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO COM O EDITAL. MARCA DE REFERÊNCIA: CONVATEC OU SUPERIOR.</p>	240	36,37	8.728,80
02	UNID	<p>BOLSA DE COLOSTOMIA DRENÁVEL, OPACA, DE 33 A 45 MM FLANGE 57 MM - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BOLSA COLETORA PARA ESTOMIAS INTESTINAIS, DRENÁVEL, OPACA, RECORTE INICIAL DE 33MM E RECORTE FINAL DE 45MM, REVESTIDA COM TELA MACIA DE POLIETILENO E POLITEREFTALATO DE ETILENO DE PROTEÇÃO BILATERAL, FILTRO DE CARVÃO INTEGRADO E PELÍCULA PROTETORA CONTRA A UMIDADE, FECHAMENTO POR ENCAIXE DE CONECTORES PLÁSTICO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E BOLSO DE SEGURANÇA PARA ACOMODAR CONECTORES, SISTEMA DE ENCAIXE, FLANGE APROXIMADO 57MM, TECNICAMENTE COMPATÍVEL COM O SISTEMA OFERTADO.</p> <p>DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO COM O EDITAL. MARCA DE REFERÊNCIA: CONVATEC OU SUPERIOR.</p>	240	36,37	8.728,80
03	UNID	<p>BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, UMA PEÇA, DRENÁVEL, TRANSPARENTE, RECORTÁVEL DE 19 A 64 MM - COM CONTROLE DE ODOR/GASES - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, UMA PEÇA, DRENÁVEL, TRANSPARENTE, PLACA ADESIVA PROTETORA DE PELE, COMPOSTA POR HIDROCOLOIDES E POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS CAPAZES DE GARANTIR A PROTEÇÃO CUTÂNEA, VEDAÇÃO ADEQUADA E RESISTÊNCIA A EROSÃO.</p> <p>REFORÇADA COM UMA BORDA ADESIVA DE ACRÍLICO, RECORTE INICIAL DE 19MM E RECORTE FINAL DE 64MM. PLÁSTICO ANTI-ODOR, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO EMBUTIDO PARA CONTROLE DE ODOR E GASES, COM UMA PELÍCULA INTERNA DE PROTEÇÃO, ACOMPANHADO DE ADESIVOS PARA PROTEÇÃO DO MESMO QUANDO EM CONTATO COM A ÁGUA. POSSUI FECHO DE INTERTRAVAMENTO INTEGRADO POR CONECTORES PLÁSTICOS. DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO</p>	360	85,50	30.780,00

		DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) SUBSCRITA POR			
--	--	---	--	--	--

		SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO COM O EDITAL. MARCA DE REFERÊNCIA: CONVATEC OU SUPERIOR.			
04	UNID	CLAMP PLÁSTICO PARA BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CLIPE DE FECHAMENTO, REUTILIZÁVEL E LAVÁVEL, DE POLÍMERO OU POLIPROPILENO, PROJETADO PARA VEDAR COM SEGURANÇA A PARTE INFERIOR DE BOLSAS DRENÁVEIS. DESIGN ARTICULADO, COM DUPLO TRAVAMENTO OU ESTILO GUILHOTINA, GARANTINDO VEDAÇÃO HERMÉTICA, CONFORTO E PREVENINDO VAZAMENTOS E ODORES. MARCA DE REFERÊNCIA: CONVATEC OU SUPERIOR.	840	14,11	11.852,40
05	UNID	PASTA PREENCHEDORA E BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA ESTOMA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BARREIRA PROTETORA DE PELE EM PASTA, MALEÁVEL PARA SELAR E NIVELAR AS IRREGULARIDADES DA PELE PERIESTOMAL, COMPOSTA POR HIDROCOLOIDES DESTINADOS A VEDAÇÃO E PROTEÇÃO DA PELE PERIESTOMAL, PODENDO CONTER GELATINA, PECTINA, CABOXIMETILCELULOSE SODICA E OUTROS COMPONENTES EQUIVALENTES QUE GARANTAM DESEMPENHO COMPATÍVEL. APRESENTAÇÃO COMPATÍVEL COM O FABRICANTE (ENTRE 55 E 60G) DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO COM O EDITAL. MARCA DE REFERÊNCIA: CONVATEC OU SUPERIOR.	30	129,93	3.897,90

06	UNID		240	83,83	20.119,20
-----------	------	--	-----	--------------	------------------

PLACA ADESIVA PARA COLOSTOMIA, SISTEMA DE ENCAIXE, DIÂMETRO APROXIMADO DE 38 MM, FLEXÍVEL.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PLACA DE BASE ADESIVA COMPOSTA POR DUAS CAMADAS DE RESINA SINTÉTICA À BASE DE HIDROCOLOIDES, CONTENDO CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (CMC), PECTINA, GELATINA E POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS, SEPARADAS POR FILME DE POLIETILENO, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À EROÇÃO, VEDAÇÃO E PROTEÇÃO DA PELE PERIESTOMAL, INDICADA PARA USO PROLONGADO.

DEVERÁ POSSUIR ÁREA RECORTÁVEL COMPATÍVEL PARA ADAPTAÇÃO A ESTOMIAS ENTRE 13 MM E 22 MM, ADESIVO DE APOIO ACRÍLICO E SISTEMA DE ACOPLAMENTO MECÂNICO COMPATÍVEL COM BOLSA CORRESPONDENTE, COM FLANGE DE DIÂMETRO APROXIMADO DE 38 MM OU EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATÍVEL AO SISTEMA OFERTADO.

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO À ANVISA, SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM, BEM COMO CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DO FABRICANTE.

DEVERÁ SER APRESENTADA JUNTAMENTE COM A PROPOSTA A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO CONTENDO COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO COM O EDITAL.

MARCA DE REFERÊNCIA: CONVATEC OU SUPERIOR.

07	UNID	<p>PLACA ADESIVA PARA COLOSTOMIA, SISTEMA DE ENCAIXE, DIÂMETRO APROXIMADO DE 57 MM, FLEXÍVEL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO COLETOR DE 2 PEÇAS COM BASE ADESIVA, COM DUAS CAMADAS DE RESINA SINTÉTICA COMPOSTA POR TRÊS HIDROCOLOIDES (CMC, PECTINA E GELATINA, SEPARADAS POR UMA CAMADA DE FILME DE POLIETILENO) E POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS, QUE GARANTE MAIOR DURABILIDADE, RESISTÊNCIA A EROSÃO E PROTEÇÃO DA PELE, DE USO PROLONGADO, COM ÁREA RECORTÁVEL COMPATÍVEL PARA ADAPTAÇÃO A ESTOMIAS ENTRE 33 A 45MM. APRESENTA ADESIVO DE APOIO ACRÍLICO E ANEL DE ACOPLAMENTO PLÁSTICO, FLANGE APROXIMADO 57MM, TECNICAMENTE COMPATÍVEL COM O SISTEMA OFERTADO. DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO COM O EDITAL. MARCA DE REFERÊNCIA: CONVATEC OU SUPERIOR.</p>	240	83,83	20.119,20
08	UNID	<p>PÓ PROTETOR DE PELE PARA ESTOMIAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PÓ PROTETOR QUE ABSORVE A UMIDADE DA PELE PERIESTOMAL LESIONADA, FORMANDO UMA BARREIRA PROTETORA QUE AUXILIA NA REGENERAÇÃO DA PELE MELHORA A FIXAÇÃO DOS DISPOSITIVOS PARA ESTOMIA, 28 GRAMAS. DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO CONTENDO A COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO DA</p>	48	134,60	6.460,80

	COMPATIBILIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO COM O EDITAL. MARCA DE REFERÊNCIA: COLOPLAST.		
VALOR TOTAL R\$			110.687,10

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 110.687,10

As estimativas dos valores foram realizadas através de pesquisas por diversas fontes de preços, para que seja realizado o preço médio e quadro comparativo de preço. As fontes pesquisadas foram:

- Coleta de cotações de preços junto às empresas especializadas existentes no mercado; e
- Coleta de cotações de preços junto a entes públicos.

O mapa de preço com todas as informações referentes à estimativa de preços consta em anexo no Termo de Referência e Processo de Compra.

Com base na pesquisa sugestiva de preço de mercado, verificou-se que o valor estimado total é de **R\$ 110.687,10 (Cento e dez mil, seiscentos e oitenta e sete reais e dez centavos)**.

Como critério para apuração do valor estimado, adotou-se a média aritmética simples dos preços obtidos, considerando que essa metodologia reflete uma estimativa equilibrada dos valores praticados no mercado, conforme orientações da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021.

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Por se tratar de uma ata de registro de preço o parcelamento se torna indispensável pois:

- * Durante o período de 12 meses os insumos incluídos nesse Processo Licitatório, serão solicitados conforme a demanda. Portanto haverá necessidade de compras frequentes durante o ano vigente.
- * A aquisição dos insumos deve ser parcelada para se evitar que os insumos tenham seu prazo de validade expirado no Almoxarifado de Insumos, pois embora tenhamos um consumo médio mensal de saída, esse pode variar dependendo da demanda.
- * Embora consigamos ter uma média de consumo mensal dos insumos, esse fator é muito variável devido as demandas sazonais, epidemiológicas.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não existem outras contratações ou abertura de processos relacionado aos itens presentes neste estudo técnico preliminar.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Por ser um SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO a contratação visa justamente a compra parcelada conforme necessidade do setor solicitante.

No que diz respeito ao planejamento o tipo de contratação se faz necessária justamente pelo fato que

por mais que tenhamos uma estimativa do quantitativo mensal, o fator é muito variável, então as solicitações conforme necessidade não gerando gastos desnecessários para a administração pública.

A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsão e planejamento desta Secretaria Municipal de Saúde.

Vale a pena ressaltar que o presente ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR foi elaborado em conformidade com as disposições da instrução normativa 58/2022.

A aquisição está prevista no PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária), LOA (Lei Orçamentária Anual).

A contratação de insumos para estomoterapia não foi prevista no Plano de Contratações Anual (PCA), pois a demanda surgiu após sua elaboração, em decorrência do processo de municipalização do hospital, cuja assunção da gestão pelo Município encontra-se em fase de estruturação.

Embora a unidade ainda não esteja sob administração municipal, faz-se necessária a adoção antecipada das providências para contratação dos insumos, a fim de garantir que, no momento da efetiva assunção, não haja descontinuidade na prestação dos serviços de saúde, especialmente no atendimento a pacientes ostomizados.

Ressalta-se que o PCA admite ajustes diante de fatos supervenientes, sendo a presente contratação justificada pelo interesse público e pelo caráter preventivo, visando assegurar a continuidade e eficiência da futura gestão dos serviços de saúde.

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Suprir a demanda contínua de material para o atendimento do Hospital Municipal “Walter Ferrari”, continuidade do atendimento aos pacientes ostomizados, redução de riscos de infecção e complicações, melhoria da qualidade assistencial e organização e previsibilidade do estoque.

14. Providências a serem Adotadas

Todas as providências desde a elaboração dos documentos, acompanhamento dos futuros contratos e termos serão acompanhados por agentes fiscalizadores que se enquadram nos meios legais.

15. Possíveis Impactos Ambientais

Os insumos e materiais utilizados que alcançarem o fim da sua vida útil ou se tornarem irrecuperáveis devido a obsolescência ou diminuição da demanda de pacientes e/ou seu reparo se tornar antieconômico serão descartados mediante coleta por transportadora de lixo químico, relacionado em planilha de manifesto de transporte de resíduos fornecida pelo site da CETESB com certificado de destinação final CDF para indústria ambiental responsável, com classificação de risco grupo A resíduos sólido em saco plástico para incineração e grupo E materiais perfurocortantes ou escarificantes, sólido em caixa de papelão para incineração, conforme número ONU 2814 6,2 II.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

16.1. Justificativa da Viabilidade

A equipe de planejamento declara a viabilidade da contratação, ainda que não prevista no Plano de Contratações Anual (PCA), tendo em vista que a demanda por insumos para estomoterapia surgiu de forma superveniente ao

período de elaboração do referido instrumento, não sendo possível sua adequada previsão à época. Trata-se de necessidade atual, devidamente motivada e vinculada ao interesse público, especialmente em razão do processo de municipalização do hospital, que implicou a ampliação das responsabilidades da Administração quanto à assistência à saúde e à continuidade dos atendimentos especializados aos pacientes.

Ressalta-se que o PCA possui natureza de instrumento de planejamento, não se revestindo de caráter vinculante absoluto, sendo admitidas contratações não previstas quando devidamente justificadas, nos termos da Lei nº 14.133 /2021. No caso concreto, a necessidade decorre de circunstâncias posteriores ao planejamento inicial, notadamente a assunção da gestão hospitalar pelo ente municipal, caracterizando situação de difícil previsão, cuja não contratação poderá comprometer a continuidade, a qualidade e a segurança dos serviços de saúde prestados.

Dessa forma, demonstrada a necessidade da contratação, bem como sua compatibilidade com o interesse público e a existência de previsão orçamentária, conclui-se pela sua viabilidade, devendo o processo seguir regularmente com a devida observância aos princípios da legalidade, eficiência, transparência e vantagem para a Administração Pública.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA CAMILO

Secretária Municipal de Saúde

ANDRESA DE SOUSA LIMA PRIVATTI

Enfermeira

ELIENE SANTOS LIMA

Assistente de Gestão Pública

HENRIQUE BARSOTTI

