

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2023
PROCESSO INTERNO Nº 43.463/2023
PROCESSO DE COMPRAS Nº 1.157/2023
EDITAL Nº 175/2023

Comunicamos a todos os interessados a participarem do certame acima mencionado, que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇO DE MICROCHIP PARA O PROGRAMA DE CASTRAÇÃO, ADOÇÃO E PROGRAMA DE REGISTRO/IDENTIFICAÇÃO ANIMAL REALIZADO PELO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES**, que o edital foi retificado com as seguintes alterações:

Alteração do item 2, subitem 2.2 - Tabela de Quantitativos do Termo de Referência (Anexo II) , alteração da descrição do microchip.

Onde se lê:

COTA AMPLA CONCORRÊNCIA

Itens	Descrição Detalhada	Unid.	Quant
01	Microchip para identificação animal Microchip com as seguintes características: - Frequência de operação: 134,2 kHz (FDX-B) - Dimensões aproximadas: 11,5mm por 2,1mm (0.43" por 0.08") - Compatível com as Normas ISO 11784/11785 - Compatível com leitoras universais - Totalmente esterilizado de fábrica - Manufaturado em biovidro - Embalado individualmente em seringa descartável - Tamanho da agulha injetora: 2,6mm de diâmetro externo (2,2mm de diâmetro interno) e 32mm de comprimento aproximadamente. - Sistema antimigratório em polipropileno, em formato de cápsula, medindo 6,4mm por 2,2mm e com 2 microfuros para garantir a fixação no local aplicado - Com 8 etiquetas autocolantes com códigos de barras anexo a embalagem - Lote e validade da esterilização expressos na embalagem.	Un.	3.750

COTA RESERVADA À ME e EPP

Itens	Descrição Detalhada	Unid.	Quant
02	Microchip para identificação animal Microchip com as seguintes características: - Frequência de operação: 134,2 kHz (FDX-B) - Dimensões aproximadas: 11,5mm por 2,1mm (0.43" por 0.08") - Compatível com as Normas ISO 11784/11785 - Compatível com leitoras universais - Totalmente esterilizado de fábrica - Manufaturado em biovidro - Embalado individualmente em seringa descartável - Tamanho da agulha injetora: 2,6mm de diâmetro externo (2,2mm de diâmetro interno) e 32mm de comprimento aproximadamente. - Sistema antimigratório em polipropileno, em formato de cápsula, medindo	Un.	1.250

	6,4mm por 2,2mm e com 2 microfuros para garantir a fixação no local aplicado - Com 8 etiquetas autocolantes com códigos de barras anexo a embalagem - Lote e validade da esterilização expressos na embalagem.		
--	--	--	--

Leia-se:

COTA AMPLA CONCORRÊNCIA

Itens	Descrição Detalhada	Unid.	Quant
01	Microchip para identificação animal Microchip com sensor de temperatura para animais: - Em formato cilíndrico com dimensões de 2,1 X 12 mm; - Com sensor de temperatura integrado. Em uma única leitura deverá fornecer a identificação e a temperatura do animal; - Encapsulado em biovidro com cobertura de material antimigratório (parylene C); - De acordo com as normas ISO 11784 (NBR 14766) e ISO 11785 FDX-B (NBR 15006). A empresa deverá apresentar certificado de registro no ICAR para comprovar o cumprimento das referidas normas; - Embalado individualmente, esterilizado, montado dentro da agulha, com aplicador, medalha de identificação plástica com código QR code gravado, 4 códigos de barras e certificado de microchipagem; - O código de barras da medalha, quando lido por um celular, deverá informar os dados e a localização do animal. - O certificado de microchipagem deverá conter, no verso, espaço para anotar a transferência do animal. - A empresa deverá fornecer gratuitamente um leitor com capacidade para ler a temperatura a cada 1000 microchips.	Un.	3.750

COTA RESERVADA À ME e EPP

Itens	Descrição Detalhada	Unid.	Quant
02	Microchip para identificação animal Microchip com sensor de temperatura para animais: - Em formato cilíndrico com dimensões de 2,1 X 12 mm; - Com sensor de temperatura integrado. Em uma única leitura deverá fornecer a identificação e a temperatura do animal; - Encapsulado em biovidro com cobertura de material antimigratório (parylene C); - De acordo com as normas ISO 11784 (NBR 14766) e ISO 11785 FDX-B (NBR 15006). A empresa deverá apresentar certificado de registro no ICAR para comprovar o cumprimento das referidas normas; - Embalado individualmente, esterilizado, montado dentro da agulha, com aplicador, medalha de identificação plástica com código QR code gravado, 4 códigos de barras e certificado de microchipagem; - O código de barras da medalha, quando lido por um celular, deverá informar os dados e a localização do animal. - O certificado de microchipagem deverá conter, no verso, espaço para anotar a transferência do animal. - A empresa deverá fornecer gratuitamente um leitor com capacidade para ler a temperatura a cada 1000 microchips.	Un.	1.250

Fica alterada a data de abertura do Edital, a saber:

• **Cadastramento das propostas:**

Das 09h00min do dia 22/02/2024 até as 08h59min do dia 04/03/2024.

- **Início da Disputa de Preços:**

04/03/2024 às 09h00min.

- **Formalização de Consultas (pedido de esclarecimento e impugnações):**

Até 28/02/2024.

E-mail: licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br

Ficam ratificadas as demais cláusulas do edital.

Caraguatatuba, data da assinatura eletrônica.

GUSTAVO ALEXEY BOHER LOPES
Secretário Municipal de Saúde